

Algemene informatie

Aanbesteding: Mobiele Röntgenapparatuur voor gebruik op zaal
Aanbestedende Dienst: Erasmus MC
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 50
Onderwerp: verduidelijking eis 9.2

Vraag:

Omdat er bij eis 9.2 verschillende mogelijkheden zijn hoe deze te interpreteren zouden we graag wat meer uitleg willen hoe met deze eis om te gaan.

Antwoord:

Dat de mogelijkheid bestaat dat wanneer in uitzonderlijke gevallen de accu te weinig capaciteit heeft om zelfstandig een opname te maken, deze via netspanning ter plekke ondersteund kan worden voor het maken van een opname, eventueel met een lager vermogen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Mobiele Röntgenapparatuur

Beantwoord op: 14 feb. 2025