

EA Interventiestatieven 527168 - Nota van Inlichtingen 1 | 20 juni 2025

Ref. Nr.	Vragenronde	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 16.6	Tussen Instelling en Leverancier bestaat een verwerkersovereenkomst, welke Leverancier in geval van gunning, en wanneer zij verwerker is namens of ten behoeve van Instelling, ook op de onderhavige overeenkomst van toepassing zou willen verklaren. In dat geval wordt de inhoud van artikel 16.6 in die verwerkersovereenkomst geregeld. Kunt u bevestigen dat u bereid bent daarmee akkoord te gaan?	Akkoord
2	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 16.7	Kunt u bevestigen dat in geval van gunning en indien vast komt te staan dat leverancier verwerker is namens of ten behoeve van Instelling, de huidige verwerkersovereenkomst tussen leverancier en Instelling van toepassing gemaakt kan worden op de nieuwe overeenkomst?	Akkoord
3	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 16.8	U geeft aan dat doorgiften buiten de EER niet zijn toegestaan, tenzij de Instelling hiervoor toestemming heeft gegeven. Leverancier verwerkt persoonsgegevens in principe alleen in de Europese Economische Ruimte ("EER"). In het kader van de dienstverlening kan echter doorgifte van persoonsgegevens aan de medewerkers van leverancier buiten de EER plaatsvinden, bijvoorbeeld vanwege vereiste deskundigheid, de continuïteit van de dienstverlening of, om op verzoek van de Instelling de uitvoering van diensten buiten de kantooruren van de EER te laten plaatsvinden. Daarnaast kan het voorkomen dat in het kader van de dienstverlening persoonsgegevens worden doorgegeven aan subverwerkers buiten de EER, bijvoorbeeld wanneer gebruik wordt gemaakt van functionaliteiten of diensten die van buiten de EER worden geleverd of wanneer de voor de subverwerker eindverantwoordelijke rechtspersoon zich buiten de EER bevindt. Waar mogelijk worden persoonsgegevens geanonimiseerd, echter soms zijn gepseudonimiseerde gegevens noodzakelijk voor de gevraagde dienstverlening. Doorgifte van direct herleidbare persoonsgegevens is zeer uitzonderlijk en gebeurt enkel met toestemming van de Instelling. De doorgifte van (gepseudonimiseerde) persoonsgegevens vindt enkel plaats indien dit strikt noodzakelijk is voor het leveren van de diensten. Indien, voor de levering van de diensten, internationale doorgiften van persoonsgegevens plaatsvinden naar buiten de EER of naar een land dat door de Europese Commissie niet wordt erkend als een land met een adequaat niveau van gegevensbescherming, zijn dergelijke	Niet akkoord

4	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 47.1	Leverancier heeft reeds een bestaande remote access oplossing actief bij uw UMC. Voor de in de aanbesteding gevraagde apparatuur en dienstverlening zou Leverancier graag in geval van gunning de bestaande remote access oplossing gebruiken. Kunt u hiermee akkoord gaan?	Akkoord
5	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 47.3	Leverancier begrijpt de wens van UMC met betrekking tot session recording in het kader van haar verplichtingen rondom informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens. De gevraagde dienstverlening op het systeem is enkel volledig mogelijk met gebruikmaking van de remote access oplossing van de leverancier; bij enige andere remote access oplossing zullen bepaalde serviceactiviteiten technisch niet mogelijk zijn. De leveranciers remote access oplossing ondersteunt momenteel geen session recording. Echter, door middel van de audit logs in het systeem in combinatie met de audit logs van de remote access oplossing van de leverancier, kan UMC volledig inzicht krijgen in de activiteiten op het systeem, zoals dit al reeds het geval is voor de huidige installed base van leverancier bij UMC. Daarbij zou leverancier ook graag willen aangeven dat een session recording diepgaande details over de technische werking van het medische systeem kunnen bevatten. Dergelijke informatie kan in de verkeerde handen een beveiligingsrisico vormen voor UMC, maar ook voor andere gebruikers van het betreffende systeem. Kunt u aangeven in hoeverre UMC open staat voor een alternatieve oplossing voor session recording die UMC nog steeds een adequaat inzicht geeft in de activiteiten op het systeem en UMC in staat stelt te voldoen aan haar verplichtingen rondom informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens?	In artikel 47.3 wordt session recording en/of logging activiteiten beschreven. De uitwerking hiervan zal na eventuele gunning met de leverancier besproken worden. Leveranciers zijn wel verplicht zich te houden aan alle instructies van het Erasmus MC rondom digitaal toegang (artikel 47.1 en 47.2)
6	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Concept Koopovereenkomst, Artikel 3.2	Dit artikel stelt dat Leverancier bijgevoegde coördinatieovereenkomst zou moeten tekenen. Er is voor zover wij kunnen nagaan geen coördinatieovereenkomst bijgevoegd, en daarnaast lijkt zo'n soort overeenkomst in dit geval niet aan de orde te zijn, nu er geen noodzaak is tot coördinatie, anders dan tussen UMC en Leverancier. Kunt u de verwijzing naar die coördinatieovereenkomst schrappen?	Akkoord, de coördinatiepassage schrappen we uit de uiteindelijke overeenkomst na gunning

7	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Concept Koopovereenkomst, Artikel 3.4	Kunt u bevestigen dat deze verplichting enkel ziet op het correct installeren en instellen van de door leverancier zelf geleverde apparatuur? Leverancier heeft immers geen (technische) kennis van andere aanwezige systemen en op welke wijze deze moeten worden ingesteld en kan daarvoor geen verantwoordelijkheid dragen.	Zoals het artikel vermeld gaat het Erasmus MC ervan uit dat er een inspanning verplichting is voor inschrijver en geen verantwoordelijkheid. <i>Leverancier beperkt zich tot aanpassingen van systemen die hij zelf geleverd heeft. Voor zover het deelsystemen van andere leveranciers betreft, dient Leverancier aan Erasmus MC aan te geven welke deelsystemen op welke wijze aangepast dienen te worden en Leverancier dient zich in te spannen om eventuele problemen met betrekking tot de onderlinge samenhang met andere (deel) systemen op te lossen met andere leveranciers.</i>
8	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Concept Koopovereenkomst, Artikel 9	Wij begrijpen en bevestigen dat de gegeven garantie geldt ten aanzien van gebreken in de Prestatie die aan Leverancier te wijten zijn, wat wij echter missen in de garantie zoals uiteengezet in de overeenkomst en algemene voorwaarden is dat er ook situaties zich kunnen voordoen waarbij een mogelijk gebrek het gevolg is van een aan Instelling te wijten handeling of nalaten. In dergelijke gevallen is de garantie niet van toepassing. Het gaat om de volgende situaties: De door Leverancier verstrekte garantie geldt niet geldt voor gebreken die het gevolg zijn van: a. onjuist(e), ongepast(e) of ongeoorloofd(e) onderhoud, wijzigingen of ijking door of namens Instelling; b. door Instelling of derden geleverde programmatuur, koppelingen of benodigdheden; c. misbruik, nalatigheid, ongeval, verlies en/of andere beschadigingen welke niet het gevolg zijn van aan Leverancier toerekenbare handelingen; d. foutieve voorbereiding van de plaats van installatie door of namens Instelling; e. schade aan de producten of de daarin opgeslagen of daarmee verwerkte gegevens veroorzaakt door een externe bron, zoals een computerkraak; f. virussen of gelijkwaardige storingen aan de programmatuur als gevolg van aansluiting van de producten op een netwerk; g. het gebruik van andere dan door Leverancier goedgekeurde onderdelen of verbruiksmaterialen van de producten; h. het gebruik van de producten in combinatie met andere dan	Eventuele nalatigheid door medewerkers van het Erasmus MC valt natuurlijk niet onder garantie van de inschrijver

9	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Concept Koopovereenkomst, Artikel 9	Dit artikel bepaalt weliswaar de verplichting van leverancier tot het verlenen van garantie, maar daarbij worden niet de gebruikelijke randvoorwaarden van garantie benoemd. Bent u derhalve bereid de volgende randvoorwaarden toe te voegen aan de garantie: 1. Leverancier garandeert en staat er voor in dat de geleverde Producten: - beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen; - beschikken over de eigenschappen die zijn overeengekomen; - deugdelijk en vrij van Gebreken zijn; - in overeenstemming zijn met de overeengekomen specificaties en de geleverde documentatie; - geschikt zijn voor het doel waarvoor Leverancier deze bestemd heeft en - voldoen aan de wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften, waaronder de Europese en Nationale wet- en regelgeving en regelgeving van lagere overheden, alsmede voldoen aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen en/of certificering; alle zoals deze gelden ten tijde van de levering van het Product. 2. De door Leverancier verstrekte garantie geldt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor de duur van 12 maanden na levering en enkel voor gebreken die ontstaan zijn bij juist, correct en oordeelkundig gebruik van de producten door opdrachtgever in overeenstemming met de documentatie, het doel waarvoor Leverancier deze bestemd heeft en/of andere schriftelijke aanwijzingen van Leverancier. 3. De door Leverancier in het kader van garantie aangeboden	Niet akkoord
10	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Concept Koopovereenkomst, Artikel 12.1	Kunt u bevestigen dat in dergelijke gevallen wel de schade, die leverancier als gevolg hiervan lijdt, wordt vergoed? De gronden voor ontbinding vinden zich dan namelijk geheel buiten de invloeds- en risicosfeer van leverancier en de risico's hiervan zijn voor leverancier dan ook niet te voorzien.	Niet akkoord. Voor eventuele vergoedingen dient u zich dan te wenden tot de Rijksoverheid
11	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Concept Koopovereenkomst, Artikel 13.1	Bij deze opdracht is sprake van de levering en installatie van een bestaand systeem, waarbij geen sprake is van een ontwikkelingsovereenkomst voor maatwerk. Kunt u derhalve bevestigen dat dit artikel niet van toepassing is?	Akkoord.
12	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 3.2	Wanneer partijen een overeenkomst aangaan, moeten beide partijen erop kunnen vertrouwen dat deze niet kan worden opgezegd, tenzij sprake is van tekortkomingen of bijzondere omstandigheden dan wel opzegging gepaard gaat met vergoeding van alle gemaakte kosten en gemiste inkomsten. Bent u daarom bereid dit artikellid te schrappen dan wel overeen te komen dat opzegging enkel mogelijk is na vergoeding van alle gemaakte kosten en gederfde inkomsten van leverancier?	Niet akkoord. Dit artikel heeft alleen betrekking op het niet aanvangen van de werkzaamheden in de overeenkomst. Dit is wat ons betreft een geldige reden om de overeenkomst op te zeggen zonder verdere vergoeding.

13	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 3.4	Kunt u dit zo aanpassen, dat de Overeenkomst pas tot stand komt nadat leverancier de Order heeft ontvangen? Anders kan een overeenkomst tot stand komen, zonder dat leverancier hier ooit kennis van heeft kunnen nemen.	Niet akkoord, betreft hier overigens een artikel voor afroepcontracten
14	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 3.5	Kunt u bevestigen dat dit geldt onder de voorwaarde dat UMC leverancier tijdig en volledig deze gegevens heeft verstrekt? Deze informatie is immers van UMC en leverancier kan deze alleen weten als UMC deze verstrekt.	Niet akkoord, onze doelstellingen voor deze aanbesteding staan verwoord in de leidraad. Daarnaast is er voldoende publiek toegankelijke informatie beschikbaar op internet.
15	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 3.6	Kunt u bevestigen dat dit artikel vervalt? Dit leidt immers tot de redelijke situatie dat de AIV pas van toepassing zijn indien dat in een getekend contract is overeengekomen.	Niet akkoord. Prestatie wordt pas geleverd na ondertekening van de koopovereenkomst waar de AIV onderdeel vanuit maakt
16	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 4.1	Kunt u bevestigen dat artikel 2.5 hierop van overeenkomstige toepassing is?	Niet akkoord. Artikel 4.1 heeft specifiek betrekking op meer- of minderwerk waarvoor Erasmus MC de opdracht verstrekt. Artikel 2.5 heeft niet deze specifieke toepassing.
17	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 4.2	Kunt u bevestigen dat alle wijzigingen van de overeenkomst (daaronder dus begrepen meerwerk, minderwerk, prijswijzigingen en andere wijzigingen) enkel na schriftelijke overeenstemming tussen beide partijen mogelijk zijn en dat, indien partijen hierover geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ongewijzigd wordt voortgezet?	Nee, Erasmus MC kan dit niet bevestigen. Artikel 4.2 blijft gehandhaafd
18	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 5.1	De op te geven prijzen zijn voor een deel aan fluctuaties onderhevig, welke op dit moment niet voorzienbaar zijn. Het is daarom niet redelijk om voor alle nu op te geven prijzen te bepalen dat deze niet kunnen worden aangepast voor de duur van de overeenkomst. Bent u daarom bereid overeen te komen dat de overeengekomen prijzen jaarlijks per 1 januari kunnen worden aangepast aan de eventuele wijzigingen van het loon- en prijspeil, conform het definitieve prijsindexcijfer voor materiële kosten (ten aanzien van 1/3e deel van de vergoeding) en het definitieve prijsindexcijfer voor personele kosten (ten aanzien van 2/3e deel van de vergoeding) zoals gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza)?	Niet akkoord

19	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 6	Dit artikel vestigt enkel de verplichting van leverancier tot levering, maar niet de verplichtingen die de opdrachtgever bij levering en installatie heeft. Bent u bereid aan dit artikel het navolgende toe te voegen? Leverancier zal, indien overeengekomen, na levering ook zorgdragen voor de installatie van het geleverde op de aangewezen locatie van levering. Eventuele kosten voor installatie op een andere locatie komen voor rekening van Instelling. Instelling is in geval van installatie voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor: - een geschikte en vergrendelbare ruimte nabij de plaats van installatie waar Leverancier gereedschappen, instrumenten en de producten kan opslaan voor en gedurende de installatie, waarbij tijdens de opslag verloren of beschadigde voorwerpen op kosten van Instelling worden vervangen of hersteld; - een tijdige uitvoering en voltooiing van voorbereidende werkzaamheden op of om de plaats van installatie, conform de eisen die Leverancier hiervoor aan de Instelling heeft medegedeeld alsmede welke van een goed opdrachtgever mogen worden verwacht en in overeenstemming met alle geldende veiligheids-, elektrische- en (werktuig-)bouwkundige voorschriften die op de producten en de installatie daarvan betrekking hebben; - het tijdig kunnen beschikken over de benodigde vergunningen en machtigingen van bevoegde overheden voor of in verband met de installatie van de producten; - eventuele benodigde graaf-, breek-, metsel-, schilder-, hijs-, sleep-, takel- of bekabelingswerkzaamheden alsmede alle andere	Niet akkoord. Erasmus MC handhaaft dit artikel over leveringen. Verdere afspraken over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid zijn vastgesteld in andere artikelen. Wel commiteerd het Erasmus MC zich aan goed opdrachtgeverschap.
20	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 6.3	Onder deze overeenkomst zullen verschillende (deel-)leveringen moeten plaatsvinden. Het is daarbij niet redelijk alle termijnen aan te merken als fatale termijnen, wat zou betekenen dat een enkele overschrijding van een levertermijn kan leiden tot ontbinding van de gehele (raam)overeenkomst en alle daaronder vallende nadere overeenkomsten en/of bestellingen. Kunt u derhalve bevestigen dat, in geval van termijnoverschrijdingen welke toerekenbaar zijn aan leverancier, opdrachtgever leverancier in gebreke zal stellen en een redelijke termijn voor herstel zal gunnen, passend bij de aard van de tekortkoming en de inspanningen welke met herstel gemoeid zijn?	
21	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 8.1-3, 35	U bepaalt hier dat het eigendom op het geleverde overgaat bij levering. Voor leverancier is dat niet acceptabel, aangezien het geleverde dan nog niet betaald is en leverancier dan enkel nog een (achtergestelde) financiële vordering heeft. Bent u derhalve bereid overeen te komen dat eigendom overgaat na volledige betaling van het geleverde?	Akkoord

22	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 8	Gaat u ermee akkoord dat, aangezien het eigendom overgaat bij levering, ook het risico op de goederen bij levering overgaat op instelling? (bijvoorbeeld diefstal of toegebrachte schade door gebruik na levering, brand, waterschade)	Niet akkoord, eigendom gaat niet over bij levering maar pas bij volledige betaling. Zie vorige vraag.
23	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 8.1, 13.6, 33, 36, Definities onder M en N	U bepaalt hier dat het risico op het geleverde overgaat na goedkeuring. Voor leverancier is dat niet acceptabel, aangezien deze vanaf het moment van levering geen feitelijke beschikkingsmacht meer heeft over het geleverde en het risico dus ook niet langer kan beheersen. Denk aan beschermen tegen brand- en waterschade, beveiligen van de locatie tegen diefstal en molest etc. Hiervoor heeft opdrachtgever een zorgplicht om gedurende deze periode als goed huisvader met de producten om te gaan. Bent u derhalve bereid overeen te komen dat risico overgaat bij levering, uiteraard onverminderd het recht van opdrachtgever het geleverde aan een keuring en/of acceptatietest te onderwerpen?	Niet akkoord, artikelen blijven gehandhaafd
24	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 9.1	Kunt u bevestigen dat (door) leverancier (ontwikkelde) hulpmiddelen of hulpmiddelen die door leverancier van derden wordt betrokken zijn uitgesloten?	Nee, deze hulpmiddelen zijn niet uitgesloten
25	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 10.4	Met dit artikel wenst u het recht om te allen tijde van leverancier een bankgarantie te kunnen verlangen. Dit is voor leverancier niet acceptabel, aangezien hiermee aanzienlijke kosten gemoeid zijn en dit de kredietfaciliteiten van leverancier aantast. Wel kan leverancier u een alternatieve zekerheid verlenen, middels het overleggen van de 2:403-verklaring van haar moedermaatschappij. Bent u derhalve bereid de bankgarantie te laten vervallen en leverancier te laten volstaan met de 2:403-verklaring?	Niet akkoord, artikel 10.4 blijft gehandhaafd
26	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 10.6	Leverancier begrijpt uw wens om openstaande vorderingen te kunnen verrekenen met ontvangen facturen. Echter, dergelijke verrekeningsrechten zijn voor leverancier administratief niet te verwerken en in strijd met haar interne guidelines. Kunt u bevestigen dat verrekening pas is toegestaan, nadat leverancier u een creditnota voor de te verrekenen bedragen heeft toegezonden?	Niet akkoord, artikel 10.6 blijft gehandhaafd

27	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 11.1	Deze garantiebepaling is breder dan de garantie die leverancier kan bieden. Bent u bereid dit artikel in alle redelijkheid als volgt aan te passen? Leverancier staat er voor in dat de geleverde Producten: - beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen; - beschikken over de eigenschappen die zijn overeengekomen; - deugdelijk en vrij van Gebreken zijn; - in overeenstemming zijn met de overeengekomen specificaties en de geleverde documentatie; - geschikt zijn voor het doel waarvoor Leverancier deze bestemd heeft en - voldoen aan de wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften, waaronder de Europese en Nationale wet- en regelgeving en regelgeving van lagere overheden, alsmede voldoen aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen en/of certificering; alle zoals deze gelden ten tijde van de levering van het Product. Leverancier staat er tevens voor in dat de Prestatie onbezwaard is en vrij van beslagen.	Akkoord
----	---	---	--	---	---------

28	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 11.1	Daarnaast is deze garantie onbeperkt naar duur en inhoud, wat leveranciers in alle redelijkheid niet kunnen bieden. Bent u derhalve bereid in alle redelijkheid het volgende aan dit artikel toe te voegen? - De door Leverancier verstrekte garantie geldt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor de duur van 12 maanden na levering en enkel voor gebreken die ontstaan zijn bij juist, correct en oordeelkundig gebruik van de producten door instelling in overeenstemming met de documentatie, het doel waarvoor Leverancier deze bestemd heeft en/of andere schriftelijke aanwijzingen van Leverancier. - De door Leverancier verstrekte garantie geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van: a. onjuist(e), ongepast(e) of ongeoorloofd(e) onderhoud, wijzigingen of ijking door of namens Instelling; b. door Instelling of derden geleverde programmatuur, koppelingen of benodigdheden; c. misbruik, nalatigheid, ongeval, verlies en/of andere beschadigingen welke niet het gevolg zijn van aan Leverancier toerekenbare handelingen; d. foutieve voorbereiding van de plaats van installatie door of namens Instelling; e. schade aan de producten of de daarin opgeslagen of daarmee verwerkte gegevens veroorzaakt door een externe bron, zoals een computerkraak; f. virussen of gelijkwaardige storingen aan de programmatuur als gevolg van aansluiting van de producten op een netwerk; g. het gebruik van andere dan door Leverancier goedgekeurde	Akkoord
29	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 11.2	Bent u bereid dit artikel te laten vervallen? De producten van Leverancier bestaan veelal uit veel verschillende onderdelen die door verschillende toeleveranciers (en daar weer leveranciers van) kunnen zijn gemaakt. Het is niet redelijk en ook niet werkbaar van Leverancier te verlangen dat zij van al die partijen per individuele klant garantiecertificaten opvraagt, ook niet nu Leverancier per klant al één garantie voor de hele prestatie geeft.	Akkoord, het Erasmus MC schaft apparaten aan waarbij het geheel moet zijn voorzien van een garantiecertificaat
30	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 13.1-3	Kunt u bevestigen dat keuring enkel plaatsvindt na levering op locatie van opdrachtgever en – in verband met de bescherming van bedrijfsgevoelige (R&D)-informatie – niet op de productielocatie?	Voor deze aanbesteding en apparatuur akkoord
31	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 13.1	Kunt u bevestigen dat de kosten voor keuring voor rekening van opdrachtgever zijn?	Voor deze aanbesteding en apparatuur akkoord

32	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 14.6	Kunt u bevestigen dat de kosten die Leverancier zal dragen de logistieke kosten zijn voor het terughalen en de kosten voor het eventueel vervangen van het Product?	Akkoord
33	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 14.6	Dit artikel gaat verder dan waar Leverancier op grond van de wet toe verplicht is en wij stellen dan ook voor dit in lijn met onze wettelijke verplichtingen te brengen. Bent u bereid dit artikel als volgt te wijzigen: "In navolging van art 89, punt 8 van EUMDR 2017-745 meldt Leverancier een eventuele Recall of Veiligheidsmelding aan Instelling zonder onnodige vertraging en rekening houdende met de urgentie van het geïdentificeerde probleem. De informatie die wordt aangeleverd zal minimaal voldoen aan de bepalingen van art 89, punt 8 van EUMDR 2017-745."	Akkoord
34	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 14.8	In het kader van Post Market Surveillance kan het noodzakelijk zijn voor de leverancier om bepaalde informatie over het gebruik van het product te ontvangen ter ondersteuning van oorzakonderzoek, wat haaks staat op de bepaling in dit artikel. Bent u bereid dit artikel te laten vervallen?	Niet akkoord. In dit artikel staat dat ErasmusMC niet verplicht is en derhalve stellen we voor om per case te bepalen of er informatie wordt versprekt.
35	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 14.15	Bent u bereid dit artikel te vervangen door: "Leverancier levert de implantaatkaart voor implanteerbare klasse III Medische Hulpmiddelen."	Nee, artikel blijft gehandhaafd
36	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 16.1	Bent u bereid deze geheimhoudingsverplichting wederkerig te laten gelden? Beide partijen hebben immers een gelijk belang bij de vertrouwelijkheid van de over en weer gedeelde informatie en documentatie.	Akkoord, maar zonder mogelijkheid tot verkrijgen van een schadevergoeding vanuit het Erasmus MC
37	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 17, m.n. 17.4	Bij deze opdracht is sprake van de levering en installatie van een bestaand systeem als onderdeel van een dienst, waarbij geen sprake is van een ontwikkelingsovereenkomst voor maatwerk. Kunt u derhalve bevestigen dat geen sprake is van de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en dat leverancier aan opdrachtgever slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst dient te verlenen op alle geleverde software?	Voor de motivatie van artikel 17.4 is Erasmus MC akkoord

38	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 17.3, 19.5 e.a.	Uiteraard is leverancier bereid u voor genoemde gevallen te vrijwaren, mits hieraan wel de gebruikelijke voorwaarden aan worden verbonden. Kunt u derhalve bevestigen dat de vrijwaringsbepalingen gelden indien en voor zover sprake is van een aan leverancier toerekenbare tekortkoming, opdrachtgever de aanspraak van een derde zo spoedig mogelijk meldt aan leverancier en opdrachtgever zich onthoudt van inhoudelijke (proces-)handelingen ten aanzien van deze aanspraak?	Niet akkoord, deze artikelen blijven gehandhaafd
39	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 18	Ook leverancier heeft belang bij het vooraf kunnen beoordelen van partijen waaraan opdrachtgever het contract overdraagt, teneinde deze te kunnen onderwerpen aan haar goedkeuringsprocedures (waaronder bv. eventuele creditchecks). Bent u derhalve bereid dit artikel wederkerigheid te geven en overeen te komen dat overdracht enkel mogelijk is na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van leverancier, welke uiteraard niet op onredelijke gronden onthouden zal worden?	Niet akkoord
40	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 19.1 en 19.2	Middels dit artikel wordt een naar soort onbeperkte en veel hoger dan gebruikelijke aansprakelijkheid gevestigd, welke voor leveranciers niet verzekeraar en daarmee onacceptabel is. Daarnaast staat de hoogte van de limitering per geval niet in verhouding tot de opdracht en niet tot het bedrag waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is. In de markt is het ook niet meer dan gebruikelijk om de aansprakelijkheid te beperken naar soort en te limiteren tot een bedrag dat in verhouding staat tot de opdracht. Daarnaast geldt voor leverancier een onevenredig veel hogere aansprakelijkheid dan voor opdrachtgever. Bent u derhalve bereid de aansprakelijkheid voor beide partijen gelijkelijk te beperken, namelijk: - Tot directe schade, met uitsluiting van indirecte schade en gevolgschade; en - Tot de opdrachtwaarde, met een absoluut maximum van EUR 1.250.000 per geval en EUR 2.500.000 per jaar?	Niet akkoord, artikel 19.1 en 19.2 blijven in zijn geheel gehandhaafd. Er is wel een beperking opgenomen voor indirecte- en gevolgschade door middel van de beperking van het bedrag per gebeurtenis of het bedrag van de samenhang van gebeurtenissen.

41	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 19.2	Leverancier acht het niet redelijk wanneer voor elke “schending van bepalingen uit de AVG en/of de verwerkersovereenkomst” per definitie een onbeperkte aansprakelijkheid zou gelden, zeker niet waar UMC haar eigen aansprakelijkheid beperkt tot EUR 500.000 per geval in 19.4. Op grond van art. 82 AVG kunnen betrokkenen immers schadevergoeding eisen van zowel de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerker. Zij kunnen vervolgens deze schadevergoeding op elkaar verhalen als het gaat om een plicht die is geschonden en die op de andere partij ruste op basis van de AVG. Leverancier acht het redelijk wanneer op de aansprakelijkheid voor dergelijke schade de beperking in omvang conform artikel 19.1 van toepassing is voor zowel verwerker als verwerkingsverantwoordelijke. Bent u bereid op aansprakelijkheid voor schending AVG en/of de verwerkersovereenkomst de beperking van artikel 19.1 van toepassing te laten zijn? In het geval u daartoe niet bereid mocht zijn ontvangt Leverancier graag een toelichting op de reden waarom u een dergelijke, wederzijdse, beperking niet acceptabel acht	Niet akkoord, artikel 19.1 en 19.2 blijven in zijn geheel gehandhaafd. Er is wel een beperking opgenomen voor indirecte- en gevolgschade door middel van de beperking van het bedrag per gebeurtenis of het bedrag van de samenhang van gebeurtenissen.
42	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 19.7	U vraagt leverancier te bewijzen dat deze over de gevraagde verzekeringen beschikt middels het overleggen van betalingsbewijzen. Deze betalingsbewijzen bevatten echter bedrijfsvertrouwelijke informatie, omwille waarvan deze in geen geval met derden kan en mag worden gedeeld. Leverancier toont bij al haar relaties aan te beschikken over de gevraagde verzekeringen middels het overleggen van het verzekeringscertificaat (de verklaring van de verzekeraar dat leverancier over de betreffende verzekering beschikt). Kunt u bevestigen dat leverancier ook in dit kader mag volstaan met het op eerste verzoek overleggen van het betreffende certificaat?	Akkoord
43	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 20.1, 20.2, 20.5	Kunt u bevestigen dat deze beëindigingsmogelijkheden wederkerig gelden? Beide partijen hebben immers een gelijk belang om in de genoemde gevallen de overeenkomst te kunnen beëindigen.	Niet akkoord
44	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 20.7	Kunt u bevestigen dat in dit geval geen sprake is van een duurovereenkomst en de overeenkomst derhalve ook niet tussentijds opzegbaar is conform dit artikel?	Dit is correct. Artikel 20.7 is niet van toepassing op deze overeenkomst

45	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 22.6	Middels dit artikel verzoekt u Leverancier actief alle (financiële) relaties tussen individuele medewerkers van UMC en Leverancier schriftelijk aan UMC mede te delen. Leverancier stelt voorop dat zij voorstander is van transparantie, zij zal in dat kader de regels van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH), ook naleven. De GMH behelst in artikel 25 transacties waarvoor toestemming dan wel melding van de RvB van de zorgprofessional vereist is. Deze melding en toestemming waarborgen dat dergelijke relaties kenbaar worden gemaakt aan de RvB van instelling. Door aan Leverancier te verzoeken alle relaties schriftelijk aan UMC mede te delen, wordt een verdergaande verantwoordelijkheid tot melden opgelegd en wordt bovendien de verantwoordelijkheid van de individuele medewerkers om hun eigen raad van bestuur te informeren verschoven naar Leverancier. Het is ook niet duidelijk welke interacties precies onder de algemene term “relaties” vallen. Deze verplichting is in de ogen van Leverancier dan ook niet redelijk en ook zeer moeilijk werkbaar. Leverancier verzoekt u in dit licht om de bepaling zo aan te passen dat Leverancier melding zal maken van die relaties waarvoor in het kader van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen toestemming dan wel melding vereist is.	Erasmus MC is niet bereid om dit artikel aan te passen en de relaties te beperken tot de relaties als bedoeld in artikel 25 GMH. Erasmus MC hecht belang aan het tegengaan van belangenverstregeling in de ruimste zin van het woord en ziet hierin derhalve dan ook een actieve rol voor Leverancier. Artikel 22.6 blijft daarmee ongewijzigd.
46	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 30-34	In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van zicht- of proefzendingen. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn?	Dit is correct, artikel 30-34 zijn niet van toepassing
47	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 35-36	In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van consignatie. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn?	Dit is correct, artikel 35-36 zijn niet van toepassing
48	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 37-39	In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van bruikleen en/of huur. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn?	Dit is correct, artikel 37-39 zijn niet van toepassing
49	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 40-46	In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van ICT-prestaties als bedoeld in deze artikelen. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn?	Dit is correct, artikel 40-46 zijn niet van toepassing

50	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 16.4	U geeft het volgende aan in dit artikel: "Leverancier geeft UMC toestemming het proces en de Prestatie te controleren of te laten controleren door middel van een (externe) informatiebeveiligingsaudit". Kunt u bevestigen dat deze audit zich beperkt tot processen en procedures (en niet bijvoorbeeld penetratietesten van een product omvat)?	Akkoord
51	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie	Vraag mbt "Bijlage 1 PvE en PvW 527168 Perceel 1", punt 6.4 (Beeldvorming)	Het aangeboden röntgensysteem is in staat om tijdens 3D acquisities de röntgenbuis uit het vlak te laten bewegen zodat artefacten in de weke delen gereduceerd worden.	Wat is hier uw vraag?
52	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie	Vraag mbt "Bijlage 1 PvE en PvW 527168 Perceel 1", punt 6.10 (Dosis)	Het aangeboden röntgensysteem heeft een belichtingsautomaat die primair een vooraf bepaalde beeldkwaliteit (zoals een bepaalde contrast-ruis-verhouding) bij een zo laag mogelijke huid dosis nastreeft en niet een vast signaalniveau van de detector.	Wat is hier uw vraag? Is het antwoord op vraag ref.nr. 88 afdoende?
53	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie	Vraag mbt de Gebruikerstest (mbt Perceel 1)	Het aangeboden systeem Azurion B20/15 release 3.0 is momenteel nog niet geïnstalleerd in Nederland en aangezien deze unieke elementen mbt gebruikersgemak en bediening heeft willen we graag de gebruikers test laten uitvoeren in onze fabriek in Best gevolgd door een eventueel bezoek in een ziekenhuis waar men de release 2.2 heeft geïnstalleerd. Gaat U akkoord met dit voorstel?	Dit is akkoord.
54	1	Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt Bijlage 1A PvE en PvW 527168 Perceel 2, artikel 9.2 (Service en Garantie):	Opdrachtgever benoemt "updates", maar indien gewenst wordt de release van het systeem het meest actueel te houden zijn dit "upgrades". De eertse 5 jaar zal dit kosteloos worden aangeboden maar indien de 5 jaar daarna dit ook nog gewenst blijft zal dit mee moeten worden genomen in de TCO berekening, graag horen wij of dit de wens is.	Dit is gewenst, ook voor de 5 jaren na de 1e vijf kostenloze jaren.
55	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt PVE Perceel 1 – 9.8 en PVE Perceel 2 – 9.1	3 medisch technici van EMC zijn getraind op het doen van eerstelijns onderhoudswerkzaamheden op de Allura FD20. Zullen deze 3 technici ook de eerstelijns werkzaamheden op de systemen m.b.t. Perceel 1 en Perceel 2 uitvoeren? Zo ja, dan kan een kostenbesparing worden gerealiseerd door een minder uitgebreide training (delta-training) voor 2 van de 3 desbetreffende technici inclusief aan te bieden, waarna deze technici gecertificeerd het onderhoud uit kunnen voeren. Akkoord om de delta-trainingen inclusief aan te bieden i.p.v. volledige technische trainingen?	Niet akkoord. U dient uit te gaan van een volledige training.

56	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt PVE Perceel 1 – 9 Service, Onderhoud, en Scholing en PVE Perceel 2 – 9, 4 Service, Onderhoud en Garantie:	De wens m.b.t. onderhoud, scholing en garantie uit Perceel 2 lijkt af te wijken t.o.v. Perceel 1. Voor Perceel 1 wordt uitgevraagd: een all-in onderhoudscontract, inclusief buis en detector dekking, waarbij medische techniek van EMC de eerstelijns werkzaamheden zal uitvoeren. Kunt u bevestigen dat het bovenstaande ook voor Perceel 2 wordt uitgevraagd, en dat additioneel alléén voor Perceel 2 een uptime garantie van 98% (PVE 4.5), een update/upgrade beleid gedurende de levensduur (PVE 4.4), en 24/7 ondersteuning (op afstand) (PVE 4.3/4.2) wordt uitgevraagd?	Dat is niet correct. In perceel 2 bestaat geen PvE 9.4! In perceel 2 PvW 4.6 wordt gevraagd dat de ziekenhuistechnici van de kindercardiologie (zijn ook gebruiker van het toestel) na training, toegang tot facetten van de service software, -database, -documentatie kunnen krijgen. Zij kunnen in de eerste lijn, eventueel in overleg met service engineer een storing detecteren en met de leverancier overleggen hoe deze aan te vliegen. Omdat deze ruimte uniek is in het ziekenhuis en geen (directe) back-up heeft, is een korte storingtijd cruciaal. Voor afhandeling van hogere lijns storingen zal veelal worden teruggevallen op technici van de leverancier.
57	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt Bijlage 5a invuldocument SSO artikel 4.3 en 6.5:	Verzoek 4.3 en 6.5 te laten vervallen, en blijven aanhouden vergoeding uptime (2.15). Vergoeding van 25% procent in 4.3 en 6.5 is zodanig hoog (gezien vergoeding per incident), dat anders een risicocalculatie gemaakt zal moeten worden wat de jaarlijkse totale serviceprijs zal beïnvloeden en zal doen stijgen. Akkoord op verzoek?	Niet akkoord. De uptimegarantie zegt niets over de responstijd.
58	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt Concept Koopovereenkomst, Artikel 11.2	U geeft aan “verantwoordelijk voor alle directe en gevolgschade“, kunt u het woord “alle” laten vervallen en daarnaast specificeren wat u precies bedoelt?	de toevoeging "alle" in deze laten we staan en artikel heeft betrekking op de continuïteit van levering onderdelen en apparatuur gebonden disposables binnen de jaren waar de overeenkomst van toepassing is en wanneer Leverancier hiertoe niet meer in staat is, Erasmus MC geen gebruik meer kan maken van geleverde prestatie en derhalve kosten moet maken ter vervanging en versnelde afschrijving.
59	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt Bijlage 1A PvE en PvW 527168 Perceel 2, artikel 9.2 (Service en Garantie):	Bij vraagnummer 54 hebben we onderstaande vraag gesteld: Opdrachtgever benoemt "updates", maar indien gewenst wordt de release van het systeem het meest actueel te houden zijn dit "upgrades". De eertse 5 jaar zal dit kosteloos worden aangeboden maar indien de 5 jaar daarna dit ook nog gewenst blijft zal dit mee moeten worden genomen in de TCO berekening, graag horen wij of dit de wens is. Hierover hebben we nog een vervolgvraag: Klopt het dat deze inclusieve upgrades m.b.t. de release software van het systeem alleen geldt voor Perceel 2?	Dat klopt inderdaad voor perceel 2. Zie antwoord op vraag Ref 54.

60	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Bijlage 5a Samenstelling-Overeenkomst-invuldocument-SSO-versie-4.1 (1)	2.15 Uptime, Wij stellen voor deze passage te wijzigen in: Indien leverancier niet voldoet aan haar garantie ten aanzien van de beschikbaarheid van het systeem zal creditering door leverancier als volgt plaatsvinden. Bij een beschikbaarheid van: 1% onder de overeengekomen uptime: 1% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding 2% onder de overeengekomen uptime: 2% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding 3% onder de overeengekomen uptime: 3% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding 4% onder de overeengekomen uptime: 4% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding 5% of meer onder de overeengekomen uptime: 5% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding Indien leverancier constateert dat de uptime niet behaald dreigt te worden dan zal leverancier ook buiten de normale productietijd werken aan het voorkomen van het niet behalen van de uptime. De hierdoor ontstane extra kosten komen voor rekening van leverancier.	Niet akkoord.
61	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Bijlage 5a Samenstelling-Overeenkomst-invuldocument-SSO-versie-4.1 (1)	4.3. Kunt u toelichten wat u precies bedoel met Factuurprijs?	Dit is de onderhoudsprijs per jaar.
62	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Bijlage 5a Samenstelling-Overeenkomst-invuldocument-SSO-versie-4.1 (1)	6.5. Kunt u toelichten wat u precies bedoeld met Factuurprijs?	Dit is de onderhoudsprijs per jaar.
63	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Bijlage 5a Samenstelling-Overeenkomst-invuldocument-SSO-versie-4.1 (1)	Wij stellen het volgende sub toe te voegen: 15.11 Gezien de product specifieke zaken van ons systeem stellen wij voor om 'Aanvullende Voorwaarden betreffende Cyberbeveiliging' onderdeel van de overeenkomst te laten uitmaken, die u bij de inschrijving zult ontvangen.	Niet akkoord.
64	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 18	18.1 Partijen spreken af dat UMC aan Leverancier bij voorbaat toestemming geeft op de rechten en verplichtingen van Leverancier voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een aan Leverancier gelieerde (groeps-)entiteit.	Niet akkoord

65	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 20	20.1 f/g, Leverancier acht het niet redelijk dat een overeenkomst kan worden ontbonden of beëindigd wanneer Leverancier overgaat tot overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan. Derhalve wensen wij art. 20.1 f en art. 20.1 g te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, is UMC bereid een alternatieve regeling op te nemen, waarbij een overname, fusie, of enige daarmee vergelijkbare toestand waardoor een (belangrijke) wijziging in de zeggenschap en/of controle plaatsvindt wordt uitgesloten?	Artikel 20.1 g blijft gehandhaafd en artikel 20.1 f laten we vervallen omdat stillegging en/of liquidatie van het bedrijf al onderdeel is van 20.1 g In overige aanvullende vragen gaan we niet mee.
66	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 16	16.3. Wij stellen vast dat de hoogte van de boete niet proportioneel is met de waarde van de beoogde leveringen. Boete of vergoeding van de werkelijke geleden direct schade (zie artikel 19), geen vergoeding van beide. In geval van overtreding door beide partijen van de verplichtingen uit hoofde van dit artikel verbeuren Instelling dan wel Leverancier, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijke opeisbare niet voor verrekening vatbaar boete van minimaal Euro 5.000,00 per gebeurtenis met een maximum van Euro 10.000,00 –.	Niet akkoord. De waarde van beoogde leveringen is niet relevant, het gaat om de bescherming van persoonsgegevens in het algemeen.
67	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Concept Koopovereenkomst voor "Radiologie interventiestatief of Kindercardiologie interventiestatief",	3.2. Kunt u de coördinatieovereenkomst ter beschikking stellen?	zie antwoord ref. 6, coördinatiepassage schrappen we uit de uiteindelijke definitieve overeenkomst
68	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Concept Koopovereenkomst voor "Radiologie interventiestatief of Kindercardiologie interventiestatief",	6.1. b Akkoord, e.e.a. is afhankelijk van de af te sluiten onderhoudscontract.	artikel 6.1 b is immer van toepassing ongeacht welke vorm van onderhoud er wordt afgesproken.
69	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Bijlage 5a Samenstelling-Overeenkomst-invaldocument-SSO-versie-4.1 (1)	4.3 Er een vergoedingspercentage gevraagd van 25% van de factuurprijs. Gezien Leverancier en Opdrachtgever een uptime garantie overeen zullen komen (zie ons voorstel artikel 2.15.) waar responstijd onderdeel van uitmaakt, stellen wij voor dit artikel te laten vervallen	Niet akkoord. De uptimegarantie zegt niets over de responstijd.
70	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Bijlage 5a Samenstelling-Overeenkomst-invaldocument-SSO-versie-4.1 (1)	6.5 Er een vergoedingspercentage gevraagd van 25% van de factuurprijs. Gezien Leverancier en Opdrachtgever een uptime garantie overeen zullen komen (zie ons voorstel artikel 2.15.) waar responstijd onderdeel van uitmaakt, stellen wij voor dit artikel te laten vervallen	Niet akkoord. De uptimegarantie zegt niets over de responstijd,
71	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Bijlage 5a Samenstelling-Overeenkomst-invaldocument-SSO-versie-4.1 (1)	Wij stellen het volgende sub toe te voegen: 15.10 Gezien de product specifieke zaken van ons systeem stellen wij voor om 'Bijzondere Voorwaarden voor Verbinding op Afstand' onderdeel van de overeenkomst te laten uitmaken, die u bij de inschrijving zult ontvangen.	Niet akkoord.

72	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024.pdf artikel 6	6.3 Wij verzoeken u de zinsnede "fatale termijnen" te wijzigen in "redelijke termijnen" en toe te voegen dat bij overschrijding een ingebrekestelling noodzakelijk is.	Akkoord
73	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 16	16 Bent u bereid deze geheimhoudingsverplichting wederkerig te laten gelden? Beide partijen hebben immers een gelijk belang bij de vertrouwelijkheid van de over en weer gedeelde informatie en documentatie.	Akkoord, maar zonder mogelijkheid tot verkrijgen van een schadevergoeding vanuit het Erasmus MC
74	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024.pdf artikel 6	14.6 Verzoek om deze laatste zin van dit lid te verwijderen. Eventuele ontbinding kan altijd geschieden middels artikel 20 die eveneens voorziet in een ontbindingsmogelijkheid.	Niet akkoord
75	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Bijlage 5a Samenstelling-Overeenkomst-invuldocument-SSO-versie-4.1 (1)	Wij stellen het volgende sub toe te voegen: 15.9 Contractuele termijnen kunnen veranderen door vertragingen en/of onderbrekingen als gevolg van een epidemie of pandemie en aanzienlijke verstoringen in de toeleveringsketen, met name met betrekking tot elektronische componenten, die momenteel van invloed zijn op de wereldeconomie	Niet akkoord.
76	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 19	19.7 U vraagt leverancier te bewijzen dat deze over de gevraagde verzekeringen beschikt middels het overleggen van betalingsbewijzen. Deze betalingsbewijzen bevatten echter bedrijfsvertrouwelijke informatie, omwille waarvan deze in geen geval met derden kan en mag worden gedeeld. Leverancier toont bij al haar relaties aan te beschikken over de gevraagde verzekeringen middels het overleggen van het verzekeringscertificaat (de verklaring van de verzekeraar dat leverancier over de betreffende verzekering beschikt). in dit kader Leverancier mag volstaan met het op eerste verzoek overleggen van het betreffende certificaat?	Akkoord
77	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Bijlage 5a Samenstelling-Overeenkomst-invuldocument-SSO-versie-4.1 (1)	10.2 Wij stellen voor de eerste zin in dit sub te vervangen door: Schade waarvoor de Leverancier aansprakelijk is, in het kader van deze overeenkomst, wordt vergoed tot maximaal de contractueel overeengekomen vergoeding, waarbij deze contract waarde als maximum (totaal) bedrag heeft te gelden. De Leverancier is nimmer gehouden tot vergoeding van meer dan EUR 1,5 mln. in totaal.	Niet akkoord.

78	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 16	16.6. Kunt u bevestigen dat in geval van gunning en indien vast komt te staan dat leverancier verwerker is namens of ten behoeve van Instelling, de huidige verwerkersovereenkomst tussen leverancier en UMC van toepassing gemaakt kan worden op de nieuwe overeenkomst?	Akkoord
79	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 27	27.7 Leverancier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen voortvloeiende uit de storing of onderbreking indien de storing of onderbreking is veroorzaakt door toedoen van UMC of door een oorzaak die binnen de invloedssfeer van UMC ligt.	Betreft een artikel met betrekking tot terrein en gebouwen en is derhalve niet van toepassing op de overeenkomst
80	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 19	19.1 Wij verzoeken u om de aansprakelijkheid, zoals gebruikelijk is in de markt, te beperken tot enkel de directe schade. Dit is tussen professionele marktpartijen gebruikelijk.	Niet akkoord
81	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 19	In afwijkingen van de artikelen 19.2 en 19.3 NFU-voorwaarden is Leverancier nimmer gehouden schade te vergoeden wegens verlies van informatie inclusief de kosten van heropbouw daarvan, gemiste besparingen, gemiste overeenkomsten, tevergeefs gemaakte arbeidskosten, toename van operationele kosten, meerkosten van inkoop elders en aan derden verschuldigde kortingen of boetes."	Niet akkoord
82	1	Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Bijlage 1A PvE en PvW Perceel 2, tab Perceel 2 PvW EA 527168 Perceel 2 Bi-plane congenitaal cardiologisch interventiestatief, Overig, vraag 6.6	Externe 3D uitwerk hardware + software. Wat is het verschil / overeenkomst met voorgaande vraag 6.4?	Er is inderdaad een grote mate van overlap met 6.4 . Het is een voordeel om aan je eigen werkplek, nog beter op een laptop, de beelden/opnames te kunnen bewerken. Dus niet alleen op HC (toestel), ook op andere plekken. Software (beeldbewerking) met meerdere licenties, of laptops met deze software dus.
83	1	Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Bijlage 1A PvE en PvW Perceel 2, tab Perceel 2 Informatieblad, 1.1 Accessoires en opties	Is het akkoord dat alleen de gangbare en van toepassing (cardiologie) zijnde accessoires en opties worden beschreven?	In 1.1 worden alle (software/hardware) opties op het toestel uitgevraagd. Het is akkoord voor perceel 2 zich te beperken tot de cardiologische opties.
84	1	Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Bijlage 1A PvE en PvW Perceel 2, tab Perceel 2 Informatieblad, 1.2 Accessoires en opties	Welke bedoelt u hier, anders dan in 1.1 gevraagde accessoires	In 1.2. worden accessoires aan het toestel uitgevraagd.
85	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie	Bijlage 1 PvE en PvW 527168 Perceel 1, tab Perceel 1 Informatieblad, 1.2 Accessoires en opties	Welke bedoelt u hier, anders dan in 1.1 gevraagde accessoires	Als u de loodafscherming al bij vraag 1.1 benoemt, hoeft vraag 1.2 niet beantwoord te worden.
86	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie	Bijlage 1 PvE en PvW 527168 Perceel 1, tab Perceel 1 Informatieblad, 1.1 Accessoires en opties	Is het akkoord dat alleen de gangbare en van toepassing (radiologie) zijnde accessoires en opties worden beschreven?	Akkoord
87	1	Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt Bijlage 1A PvE en PvW 527168 Perceel 2, tab Perceel 2 PvE Sophia, ref nr 5.22:	Dit is bij het aan te bieden systeem momenteel nog niet mogelijk. Andere andere beelden wel maar 3D-reconstucties (nog) niet. Kunt u deze eis laten vervallen?	Deze eis vervalt, bij eis 5.20 wordt al gevraagd of beelden doorsturen mogelijk is.

88	1	Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt Bijlage 1A PvE en PvW 527168 Perceel 2, tab Perceel 2 PvE Sophia, ref nr 5.23:	Voor zover wij weten zal er altijd een terugkoppeling van de detectordosis gebruikt worden om controle te houden over de uiteindelijke patientdosis. Kunt u nader uitleggen wat u bedoelt?	Inderdaad wordt de detectordosis (beter: het detectorsignaal) gebruikt om controle te houden over de patiëntdosis of beter gezegd om een inschatting te maken van de hoeveelheid verzwakkend weefsel/materiaal tussen röntgenbuis en detector. Met deze eis wordt bedoeld dat de belichtingsautomaat bij doorlichting niet een vooraf bepaald detectorsignaalniveau nastreeft, maar de belichtingsparameters zo instelt dat een bepaalde contrast-ruis-verhouding in het (detector)beeld wordt behaald bij een zo laag mogelijke huiddosis. Door uitsluitend naar het detectorsignaalniveau te kijken, wordt de huiddosis niet geminimaliseerd en/of wordt het beeldcontrast niet geoptimaliseerd. Naast de contrast-ruis-verhouding kunnen ook andere aspecten van beeldkwaliteit van belang zijn (zoals temporele resolutie). Verwacht wordt daarom dat de keuze van de belichtingsparameters ook afhankelijk is van het gekozen protocol c.q. de geplande verrichting.
89	1	Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt Bijlage 1A PvE en PvW 527168 Perceel 2, tab Perceel 2 PvE Sophia, ref nr 7.2:	Wilt u dit voor cardiale anatomie, de grote vaten of beiden? Eerder gemaakte echo beelden als overlay gebruiken is niet gebruikelijk en kunnen wij niet aanbieden. Kunt u deze uit deze wens verwijderen?	PvE 7.2 (perceel 2) gaat over de positionering van het toestel in de ruimte.
90	1	Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt Bijlage 1A PvE en PvW 527168 Perceel 2, tab Perceel 2 PvE Sophia, ref nr 3.12:	Wilt u deze externe inputs ook via de monitor kunnen bedienen?	1. Hier had moeten staan 'Monitor in de behandelruimte...' 2. Bediening is op de modaliteiten zelf, alleen weergeven van beelden op de monitor.
91	1	Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt Bijlage 1A PvE en PvW 527168 Perceel 2, tab Perceel 2 PvW Sophia, ref nr 3.3:	Wilt u dit voor cardiale anatomie, de grote vaten of beiden? Eerder gemaakte echo beelden als overlay gebruiken is niet gebruikelijk en kunnen wij niet aanbieden. Kunt u deze uit deze wens verwijderen?	Wij willen graag zowel de cardiale anatomie als de grote vaten van andere modaliteiten kunnen inlezen. Echo mag worden verwijderd uit deze wens.
92	1	Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt Bijlage 1A PvE en PvW 527168 Perceel 2, tab Perceel 2 PvW Sophia, ref nr 6.4:	Wilt u deze software voor cardiale anatomie, de grote vaten of beide?	Dat willen wij voor beide
93	1	Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt Bijlage 1A PvE en PvW 527168 Perceel 2, tab Perceel 2 PvW Sophia, ref nr 6.6:	Wat wordt met deze wens bedoeld, kunt u dit nader uitleggen?	Het is een voordeel om aan je eigen werkplek, nog beter op een laptop, de beelden/opnames te kunnen bewerken. Dus niet alleen op HC (toestel), ook op andere plekken. Software (beeldbewerking) met meerdere licenties, of laptops met deze software dus.
94	1	Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Vraag mbt Bijlage 1A PvE en PvW 527168 Perceel 2, tab Perceel 2 PvW Sophia, ref nr 6.7:	In de beschrijving staat dat producten in wensen die met ja beantwoord worden ook aangeboden moeten worden. Wilt u ook dat indien deze wens met ja beantwoord wordt een hemodynamisch meetsysteem aangeboden wordt? Eventueel optioneel? Of wordt dit op een ander moment separaat uitgevraagd?	Dat is correct. Graag optioneel aanbieden met uitwerking op het informatieblad onder item 1.1

95	1	Perceel 1 Interventiestatief Radiologie, Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie	Bijlage 10 Impact_duurzaamheid Programma van Wensen 527168 Onderdeel Duurzaamheid Wensen nr 3.	In uw vraagstelling staat centraal dat er sprake is van een bedrijfsbrede gedragscode die doorwerkt naar leveranciers (Supplier Code of Conduct), met als doel te borgen dat er binnen de gehele keten wordt voldaan aan relevante wet- en regelgeving en richtlijnen op het gebied van onder meer milieu, arbeidsvoorwaarden, mensenrechten, ethiek en goed bestuur. Daarbij wordt specifiek gevraagd naar gedragscodes van zowel de inschrijver, als de 'legal manufacturer' en, indien van toepassing, de 'technical manufacturer(s)'. Wij onderschrijven dit uitgangspunt volledig. Binnen leverancier geldt een wereldwijde Supplier Code of Conduct die expliciet is ingebed in onze contracten met onze 'technical manufacturers'. Daarmee wordt onze eigen gedragscode, die voortdurend wordt geactualiseerd op basis van internationale standaarden, ESG-richtlijnen en wetgeving gecommuniceerd met leveranciers. Onze code is gebaseerd op de Responsible Business Alliance code. Dit is een bewuste keuze om via harmonisatie naleving, controleerbaarheid binnen onze supply chain te stimuleren. Daarmee is onze gedragscode leidend in de relatie met onze leveranciers. Wij verzoeken u daarom te bevestigen dat het aanleveren van onze Supplier Code of Conduct, die zowel voor de inschrijver als de legal én technical manufacturers geldt en contractueel tot stand komt, volstaat voor het verkrijgen van de maximale score van 100 punten binnen dit onderdeel.	Ja, dat kunnen we bevestigen, mits vraagsteller gestelde inbedding ook aantonen kan.
----	---	--	--	---	--