

Nota van Inlichtingen 1 EA 2D- en 3D C-bogen 536390				
Ref. Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 1 en Bijlage 1A	1. Bijlage 1 en bijlage 1A. Om uitsluiting van deelname aan beide percelen te voorkomen, verzoeken wij het Erasmus MC om eis 3.9 van de functionele systeemeisen – 'het aanwezig zijn van een laserkruis aan de buiszijde' – voor beide percelen te laten vervallen of te wijzigen in een wens. Positionering met behulp van een laserkruis vanaf de detectorzijde is gangbaar en mogelijk, binnen ons producten bieden wij alternatieve oplossingen die een correcte positionering eveneens mogelijk maken zonder gebruik te maken van een laserkruis aan de buiszijde.	Er dient minimaal 1 (één) laserkruis aanwezig te zijn.
2	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 5A	2. Bijlage 5A. We hebben reeds, recent aangepaste, contracten afgesloten ten behoeve van beeldvormende apparatuur, gaat het Erasmus MC akkoord om voor de C-bogen dezelfde contract template te gebruiken?	Nee, niet akkoord. Na eventuele gunning aan U moeten de voorwaarden als gesteld in bijlage 5a worden overgenomen.
3	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 1 PvE en PvW 536390- vraag 3.15	U geeft aan dat alle overige functionaliteiten operationeel moeten zijn zonder sleutel. Maar zonder sleutel/code worden bepaalde andere functionaliteiten zoals gemotoriseerde hoogte beweging ook vergrendeld uit veiligheidsoverwegingen. Wilt u de eis aanpassen naar: "Het toedienen van straling moet uitsluitend mogelijk zijn middels een sleutel en/of code"  Het toedienen van straling is wel alleen mogelijk met sleutel/code. Ook is het bijvoorbeeld wel mogelijk om de monitorwagen volledig te gebruiken om bijvoorbeeld beelden door te sturen en werkljst op te halen.	Akkoord
4	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 1 PvE en PvW 536390 - vraag 4.2	De DAP-waarde en intreedosis geven inzicht in de werkelijke dosis die is gebruikt. De gecumuleerde tijd zegt relatief minder over de dosis en wordt daarom alleen weergegeven op de tablet op de c-stand. Op de acquisitie monitor wordt de DAP en intreedosis weergegeven. Kunt u deze eis aanpassen naar: "Het toestel geeft de gecumuleerde tijd van doorlichting weer"	Akkoord

5	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 7 Formulier gebruikerstest C-bogen 536390 "Hoe beoordeelt u de klikstand in bovenstaande draairichting op 0 en 90 graden?"	Onze c-bogen hebben een andere oplossing voor het laten stil staan/ stoppen van de c-arm beweging, namelijk counterbalancing. Hierdoor blijft de c-boog staan op elke positie dat u hem loslaat en niet enkel bij klikstanden, 0 en 90 graden. Daarnaast hoeft u de remmen niet vast te zetten tijdens de procedure en scheelt het daarom 2 handelingen (sluiten en weer opnieuw openen). Kunt u de regel als volgt aanpassen: "hoe beoordeelt u de manier om te voorkomen dat de c-boog niet doordraait na het positioneren?"	Niet akkoord. Het gaat hier niet om het doordraaien van de c-boog, maar om een klikstand bij 0 en 90 graden.
6	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 8 Impact duurzaamheid PwW 536390 Onderdeel Duurzaam Wensen nr3	In uw vraagstelling staat centraal dat er sprake is van een bedrijfsbrede gedragscode die doorwerkt naar leveranciers (Supplier Code of Conduct), met als doel te borgen dat er binnen de gehele keten wordt voldaan aan relevante wet- en regelgeving en richtlijnen op het gebied van onder meer milieu, arbeidsvoorwaarden, mensenrechten, ethiek en goed bestuur. Daarbij wordt specifiek gevraagd naar gedragscodes van zowel de inschrijver, als de 'legal manufacturer' en, indien van toepassing, de 'technical manufacturer(s)'. Wij onderschrijven dit uitgangspunt volledig. Binnen leverancier geldt een wereldwijde Supplier Code of Conduct die expliciet is ingebed in onze contracten met onze 'technical manufacturers'. Daarmee wordt onze eigen gedragscode, die voortdurend wordt geactualiseerd op basis van internationale standaarden, ESG-richtlijnen en wetgeving gecommuniceerd met leveranciers. Onze code is gebaseerd op de Responsible Business Alliance code. Dit is een bewuste keuze om via harmonisatie naleving, controleerbaarheid binnen onze supply chain te stimuleren. Daarmee is onze gedragscode leidend in de relatie met onze leveranciers. Wij verzoeken u daarom te bevestigen dat het aanleveren van onze Supplier Code of Conduct, die zowel voor de inschrijver als de legal én technical manufacturers geldt en contractueel tot stand komt, volstaat voor het verkrijgen van de maximale score van 100 punten binnen dit onderdeel.	Ja, dat kunnen we bevestigen, mits vraagsteller gestelde inbedding ook aantonen kan.
7	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 7 Formulier gebruikerstest C-Bogen 536390 - "Hoe beoordeelt u het opslaan van een beeld met de handschakelaar? Hoe beoordeelt u het opslaan van een beeld met de voetschakelaar?"	Het opslaan van beelden kan op meerdere manieren worden gedaan bij verschillende leveranciers. Zou deze beoordeling aangepast kunnen worden naar "Hoe beoordeelt u het opslaan van beelden?". Zo kunnen alle manieren van de verschillende leveranciers in acht worden genomen. Dit maakt de beoordeling eerlijker.	Akkoord. De vraagstelling wordt aangepast: "Hoe beoordeelt u het opslaan van beelden?"Vervangt de vragen "Hoe beoordeelt u het opslaan van een beeld met de handschakelaar?"en "Hoe beoordeelt u het opslaan van een beeld met de voetschakelaar?"

8	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 1 PvE en PvW 536390 - Vraag 1.15	Onze c-bogen hebben een andere oplossing voor het laten stil staan/ stoppen van de c-arm beweging, namelijk counterbalancing. Hierdoor blijft de c-boog staan op elke positie dat u hem loslaat en niet enkel bij klikstanden, 0 en 90 graden. Daarnaast hoeft u de remmen niet vast te zetten tijdens de procedure en scheelt het daarom 2 handelingen (sluiten en weer opnieuw openen). Kunt u de wens als volgt aanpassen: de c-boog beschikt over een manier om te voorkomen dat de c-boog niet doordraait na het positioneren?	Niet akkoord. Wens 1.15 heeft geen betrekking op het vastzetten van de C-arm, maar op een klikstand op 90 en 0 graden.
9	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 1 PvE en PvW 536390 - Vraag 1.8	Ons inziens is een rode laser beter zichtbaar in OK lampen en op OK afdek doeken, omdat deze meestal groen/blauw zijn.  Kunt u nader toelichten waarom u voorkeur heeft voor een groene laser?	Uit ervaring is gebleken dat de groene laser op de patient zelf beter zichtbaar is dan rood en dat is waar je hem op moet zien. Op de groene doeken is geen van beide echt goed zichtbaar omdat de ok lampen de laser overschijnen.
10	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 1 PvE en PvW 536390 - Vraag 3.15	Zonder sleutel/code worden bepaalde andere functionaliteiten zoals gemotoriseerde hoogte beweging ook vergrendeld uit veiligheidsoverwegingen. Wel is het mogelijk om de monitorwagen volledig te gebruiken om bijvoorbeeld beelden door te sturen en werklijst op te halen. Wilt u dit deel van de eis verwijderen? Het toedienen van straling is wel alleen mogelijk met sleutel/code.	Akkoord
11	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 1 PvE en PvW 536390 - vraag 3.1	Is het een eis dat alle 6 2D mobiele c-bogen minimaal een flat detector hebben van 30x30cm?	Ja, de eis geldt voor alle c-bogen. Het Erasmus MC streeft uniformiteit na.
12	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 47.3	Leverancier begrijpt de wens van UMC met betrekking tot session recording in het kader van haar verplichtingen rondom informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens. De gevraagde dienstverlening op het systeem is enkel volledig mogelijk met gebruikmaking van de remote access oplossing van de leverancier; bij enige andere remote access oplossing zullen bepaalde serviceactiviteiten technisch niet mogelijk zijn. De leveranciers remote access oplossing ondersteunt momenteel geen session recording. Echter, door middel van de audit logs in het systeem in combinatie met de audit logs van de remote access oplossing van de leverancier, kan UMC volledig inzicht krijgen in de activiteiten op het systeem, zoals dit al reeds het geval is voor de huidige installed base van leverancier bij UMC. Daarbij zou leverancier ook graag willen aangeven dat een session recording diepgaande details over de technische werking van het medische systeem kunnen bevatten. Dergelijke informatie kan in de verkeerde handen een beveiligingsrisico vormen voor UMC, maar ook voor andere gebruikers van het betreffende systeem. Kunt u aangeven in hoeverre UMC open staat voor een alternatieve oplossing voor session recording die UMC nog steeds een adequaat inzicht geeft in de activiteiten op het systeem en UMC in staat stelt te voldoen aan haar verplichtingen rondom informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens?	In artikel 47.3 wordt session recording <b>en/of</b> logging activiteiten beschreven. De uitwerking hiervan zal na eventuele gunning met de leverancier besproken worden. Leveranciers zijn wel verplicht zich te houden aan alle instructies van het Erasmus MC rondom digitaal toegang (artikel 47.1 en 47.2)

13	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 47.1	Leverancier heeft reeds een bestaande remote access oplossing actief bij uw UMC. Voor de in de aanbesteding gevraagde apparatuur en dienstverlening zou Leverancier graag in geval van gunning de bestaande remote access oplossing gebruiken.  Kunt u hiermee akkoord gaan?	Akkoord
14	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 40-46	In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van ICT-prestaties als bedoeld in deze artikelen. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn?	Dit is correct, artikel 40-46 zijn niet van toepassing
15	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 37-39	In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van bruikleen en/of huur. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn?	Dit is correct, artikel 37-39 zijn niet van toepassing
16	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 35-36	In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van consignatie.  Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn?	Dit is correct, artikel 35-36 zijn niet van toepassing
17	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 30-34	In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van zicht- of proefzendingen.  Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn?	Dit is correct, artikel 30-34 zijn niet van toepassing
18	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 22.6	Middels dit artikel verzoekt u Leverancier actief alle (financiële) relaties tussen individuele medewerkers van UMC en Leverancier schriftelijk aan UMC mede te delen. Leverancier stelt voorop dat zij voorstander is van transparantie, zij zal in dat kader de regels van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH), ook naleven. Het eenzijdig moeten melden van alle relaties, zonder verdere definitie van het soort relaties, gaat echter te ver. Ook omdat het bereiken van de gewenste (interne) transparantie binnen het ziekenhuis niet enkel de verantwoordelijkheid van de industrie is, maar ook bij de zorginstelling en haar medewerkers zelf ligt. De GMH behelst in artikel 25 transacties waarvoor toestemming dan wel melding van de RvB van de zorgprofessional vereist is. Deze melding en toestemming waarborgen dat dergelijke relaties kenbaar worden gemaakt aan de RvB van instelling. Door aan Leverancier te verzoeken alle relaties schriftelijk aan UMC mede te delen, wordt een verdergaande verantwoordelijkheid tot melden opgelegd en wordt bovendien de verantwoordelijkheid van de individuele medewerkers om hun eigen raad van bestuur te informeren verschoven naar Leverancier. Het is ook niet duidelijk welke interacties precies onder de algemene term "relaties" vallen. Deze verplichting is in de ogen van Leverancier dan ook niet redelijk en ook zeer moeilijk werkbaar. Leverancier verzoekt u in dit licht om de bepaling zo aan te passen dat Leverancier melding zal maken van die relaties waarvoor in het kader van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen toestemming dan wel melding vereist is. Indien dat niet akkoord is, dan graag een duidelijke toelichting geven over welke soort relaties UMC verwacht geïnformeerd te worden door Leverancier.	Erasmus MC is niet bereid om dit artikel aan te passen en de relaties te beperken tot de relaties als bedoeld in artikel 25 GMH. Erasmus MC hecht belang aan het tegengaan van belangenverstregeling in de ruimste zin van het woord en ziet hierin derhalve dan ook een actieve rol voor Leverancier. Artikel 22.6 blijft daarmee ongewijzigd. Mocht er een perceel aan u gegund worden gaan we ingesprek om type relaties UMC vast te stellen.

19	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU / Artikel 20.7	Kunt u bevestigen dat in dit geval geen sprake is van een duurovereenkomst en de overeenkomst derhalve ook niet tussentijds opzegbaar is conform dit artikel?	Dit is correct. Artikel 20.7 is niet van toepassing op deze overeenkomst
20	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 20.1, 20.2 en 20.5	Kunt u bevestigen dat deze beëindigingsmogelijkheden wederkerig gelden? Beide partijen hebben immers een gelijk belang om in de genoemde gevallen de overeenkomst te kunnen beëindigen.	Niet akkoord
21	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 19.7	U vraagt leverancier te bewijzen dat deze over de gevraagde verzekeringen beschikt middels het overleggen van betalingsbewijzen. Deze betalingsbewijzen bevatten echter bedrijfsvertrouwelijke informatie, omwille waarvan deze in geen geval met derden kan en mag worden gedeeld. Leverancier toont bij al haar relaties aan te beschikken over de gevraagde verzekeringen middels het overleggen van het verzekeringscertificaat (de verklaring van de verzekeraar dat leverancier over de betreffende verzekering beschikt).  Kunt u bevestigen dat leverancier ook in dit kader mag volstaan met het op eerste verzoek overleggen van het betreffende certificaat?	Akkoord
22	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 19.2	Leverancier acht het niet redelijk wanneer voor elke "schending van bepalingen uit de AVG en/of de verwerkersovereenkomst" per definitie een onbeperkte aansprakelijkheid zou gelden, zeker niet waar UMC haar eigen aansprakelijkheid beperkt tot EUR 500.000 per geval in 19.4. Op grond van art. 82 AVG kunnen betrokkenen immers schadevergoeding eisen van zowel de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerker. Zij kunnen vervolgens deze schadevergoeding op elkaar verhalen als het gaat om een plicht die is geschonden en die op de andere partij ruste op basis van de AVG. Leverancier acht het redelijk wanneer op de aansprakelijkheid voor dergelijke schade de beperking in omvang conform artikel 19.1 van toepassing is voor zowel verwerker als verwerkingsverantwoordelijke.  Bent u bereid op aansprakelijkheid voor schending AVG en/of de verwerkersovereenkomst de beperking van artikel 19.1 van toepassing te laten zijn? In het geval u daartoe niet bereid mocht zijn ontvangt Leverancier graag een toelichting op de reden waarom u een dergelijke, wederzijdse, beperking niet acceptabel acht	Niet akkoord, artikel 19.1 en 19.2 blijven in zijn geheel gehandhaafd. Er is wel een beperking opgenomen voor indirecte- en gevolgschade door middel van de beperking van het bedrag per gebeurtenis of het bedrag van de samenhang van gebeurtenissen.

23	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 19.1	Dit artikel vestigt een naar soort onbeperkte aansprakelijkheid, welke voor leveranciers niet verzekeraar en daarmee onacceptabel is. In de markt is het ook niet meer dan gebruikelijk om de aansprakelijkheid te beperken naar soort.  Bent u derhalve bereid de aansprakelijkheid te beperken tot de schade zoals uiteengezet in artikel 6:95 tot en met 6:98 Burgerlijk Wetboek, waarbij Leverancier niet aansprakelijk is voor omzet- en/of winstderving,	Niet akkoord, artikel 19.1 blijft in zijn geheel gehandhaafd. Er is wel een beperking opgenomen voor indirecte- en gevolgschade door middel van de beperking van het bedrag per gebeurtenis of het bedrag van de samenhang van gebeurtenissen.
24	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 19.1	Bent u bereid het artikel zodanig aan te passen dat bepaalde soorten schade worden uitgesloten en wel als volgt: "De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, te weten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Opdrachtgever, is uitgesloten."	Niet akkoord
25	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 19.1 en 19.2	Middels dit artikel wordt een naar soort onbeperkte en veel hoger dan gebruikelijke aansprakelijkheid gevestigd, welke voor leveranciers niet verzekeraar en daarmee onacceptabel is. Daarnaast staat de hoogte van de limitering per geval niet in verhouding tot de opdracht en niet tot het bedrag waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is. In de markt is het ook niet meer dan gebruikelijk om de aansprakelijkheid te beperken naar soort en te limiteren tot een bedrag dat in verhouding staat tot de opdracht. Daarnaast geldt voor leverancier een onevenredig veel hogere aansprakelijkheid dan voor opdrachtgever.  Bent u derhalve bereid de aansprakelijkheid voor beide partijen gelijkelijk te beperken, namelijk: - tot directe schade, met uitsluiting van indirecte schade en gevolgschade; en - tot de opdrachtwaarde, met een absoluut maximum van EUR 1.500.000 per geval en EUR 2.500.000 per jaar?	Niet akkoord, artikel 19.1 en 19.2 blijven in zijn geheel gehandhaafd. Er is wel een beperking opgenomen voor indirecte- en gevolgschade door middel van de beperking van het bedrag per gebeurtenis of het bedrag van de samenhang van gebeurtenissen.
26	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 18	Ook leverancier heeft belang bij het vooraf kunnen beoordelen van partijen waaraan opdrachtgever het contract overdraagt, teneinde deze te kunnen onderwerpen aan haar goedkeuringsprocedures (waaronder bv. eventuele creditchecks).  Bent u derhalve bereid dit artikel wederkerigheid te geven en overeen te komen dat overdracht enkel mogelijk is na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van leverancier, welke uiteraard niet op onredelijke gronden onthouden zal worden?	Niet akkoord
27	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 17.3	Kunt u bevestigen dat deze vrijwaringsverplichting alleen ziet op schade als gevolg van een aan leverancier toerekenbare tekortkoming?	Akkoord

28	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 17.3, 19.5 e.a.	<p>Uiteraard is leverancier bereid u voor genoemde gevallen te vrijwaren, mits hieraan wel de gebruikelijke voorwaarden aan worden verbonden.</p> <p>Kunt u derhalve bevestigen dat de vrijwaringsbepalingen gelden indien en voor zover sprake is van een aan leverancier toerekenbare tekortkoming, opdrachtgever de aanspraak van een derde zo spoedig mogelijk meldt aan leverancier en opdrachtgever zich onthoudt van inhoudelijke (proces-)handelingen ten aanzien van deze aanspraak?</p>	Niet akkoord, deze artikelen blijven gehandhaafd
29	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 17, m.n. 17.4	<p>Bij deze opdracht is sprake van de levering en installatie van een bestaand systeem als onderdeel van een dienst, waarbij geen sprake is van een ontwikkelingsovereenkomst voor maatwerk.</p> <p>Kunt u derhalve bevestigen dat geen sprake is van de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en dat leverancier aan opdrachtgever slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst dient te verlenen op alle geleverde software?</p>	Voor de motivatie van artikel 17.4 is Erasmus MC akkoord
30	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 16.8	<p>U geeft aan dat doorgiften buiten de EER niet zijn toegestaan, tenzij de Instelling hiervoor toestemming heeft gegeven. Leverancier verwerkt persoonsgegevens in principe alleen in de Europese Economische Ruimte ("EER"). In het kader van de dienstverlening kan echter doorgifte van persoonsgegevens aan de medewerkers van leverancier buiten de EER plaatsvinden, bijvoorbeeld vanwege vereiste deskundigheid, de continuïteit van de dienstverlening of, om op verzoek van de Instelling de uitvoering van diensten buiten de kantooruren van de EER te laten plaatsvinden. Daarnaast kan het voorkomen dat in het kader van de dienstverlening persoonsgegevens worden doorgegeven aan subverwerkers buiten de EER, bijvoorbeeld wanneer gebruik wordt gemaakt van functionaliteiten of diensten die van buiten de EER worden geleverd of wanneer de voor de subverwerker eindverantwoordelijke rechtspersoon zich buiten de EER bevindt. Waar mogelijk worden persoonsgegevens geanonimiseerd, echter soms zijn gepseudonimiseerde gegevens noodzakelijk voor de gevraagde dienstverlening. Doorgifte van direct herleidbare persoonsgegevens is zeer uitzonderlijk en gebeurt enkel met toestemming van de Instelling. De doorgifte van (gepseudonimiseerde) persoonsgegevens vindt enkel plaats indien dit strikt noodzakelijk is voor het leveren van de diensten. Indien, voor de levering van de diensten, internationale doorgiften van persoonsgegevens plaatsvinden naar buiten de EER of naar een land dat door de Europese Commissie niet wordt erkend als een land met een adequaat niveau van gegevensbescherming, zijn dergelijke overdrachten onderworpen aan de hieronder beschreven doorgiftemechanismen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De Bindende bedrijfsvoorschriften van de leverancier</li> <li>• Modelcontractbepalingen van de EU</li> </ul> <p>In voorkomend geval zal leverancier aanvullende maatregelen nemen om een adequaat beschermingsniveau van persoonsgegevens te waarborgen.</p> <p>Kunt u op basis van deze voorwaarden instemmen met de mogelijke doorgifte buiten de EER?</p>	Niet akkoord
31	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 16.7	Kunt u bevestigen dat in geval van gunning en indien vast komt te staan dat leverancier verwerker is namens of ten behoeve van Instelling, de huidige verwerkersovereenkomst tussen leverancier en Instelling van toepassing gemaakt kan worden op de nieuwe overeenkomst?	Akkoord
32	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 16.6	<p>Tussen Instelling en Leverancier bestaat een verwerkersovereenkomst, welke Leverancier in geval van gunning, en wanneer zij verwerker is namens of ten behoeve van Instelling, ook op de onderhavige overeenkomst van toepassing zou willen verklaren. In dat geval wordt de inhoud van artikel 16.6 in die verwerkersovereenkomst geregeld.</p> <p>Kunt u bevestigen dat u bereid bent daarmee akkoord te gaan?</p>	Akkoord

33	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 16.4	U geeft het volgende aan in dit artikel: "Leverancier geeft UMC toestemming het proces en de Prestatie te controleren of te laten controleren door middel van een (externe) informatiebeveiligingsaudit".  Kunt u bevestigen dat deze audit zich beperkt tot processen en procedures (en niet bijvoorbeeld penetratietesten van een product omvat)?	Akkoord
34	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 16.1	Bent u bereid deze geheimhoudingsverplichting wederkerig te laten gelden? Beide partijen hebben immers een gelijk belang bij de vertrouwelijkheid van de over en weer gedeelde informatie en documentatie.	Akkoord, maar zonder mogelijkheid tot verkrijgen van een schadevergoeding vanuit het Erasmus MC
35	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 14.15	Bent u bereid dit artikel te vervangen door: "Leverancier levert de implantaatkaart voor implanteerbare klasse III Medische Hulpmiddelen." Dat sluit ook aan bij de wettelijke verplichtingen onder de EU MDR.	Nee, artikel blijft gehandhaafd
36	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 14.8	In het kader van Post Market Surveillance kan het noodzakelijk zijn voor de leverancier om bepaalde informatie over het gebruik van het product te ontvangen ter ondersteuning van oorzaakonderzoek, wat haaks staat op de bepaling in dit artikel.  Bent u bereid dit artikel te laten vervallen?	Niet akkoord. In dit artikel staat dat ErasmusMC niet verplicht is en derhalve stellen we voor om per case te bepalen of er informatie wordt vertstrekt.
37	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 14.6	Dit artikel gaat verder dan waar Leverancier op grond van de wet toe verplicht is en wij stellen dan ook voor dit in lijn met onze wettelijke verplichtingen te brengen.  Bent u bereid dit artikel als volgt te wijzigen: "In navolging van art 89, punt 8 van EUMDR 2017-745 meldt Leverancier een eventuele Recall of Veiligheidsmelding aan Instelling zonder onnodige vertraging en rekening houdende met de urgentie van het geïdentificeerde probleem. De informatie die wordt aangeleverd zal minimaal voldoen aan de bepalingen van art 89, punt 8 van EUMDR 2017-745."	Akkoord
38	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 14.6	Kunt u bevestigen dat de kosten die Leverancier zal dragen de logistieke kosten zijn voor het terughalen en de kosten voor het eventueel vervangen van het Product?	Akkoord
39	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 13.1	Kunt u bevestigen dat de kosten voor keuring voor rekening van opdrachtgever zijn?	Voor deze aanbesteding en apparatuur akkoord
40	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 13.1 tm 13.3	Kunt u bevestigen dat keuring enkel plaatsvindt na levering op locatie van opdrachtgever en – in verband met de bescherming van bedrijfsgevoelige (R&D)-informatie – niet op de productielocatie?	Voor deze aanbesteding en apparatuur akkoord
41	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 11.2	Bent u bereid dit artikel te laten vervallen? De producten van Leverancier bestaan veelal uit veel verschillende onderdelen die door verschillende toeleveranciers (en daar weer leveranciers van) kunnen zijn gemaakt. Het is niet redelijk en ook niet werkbaar van Leverancier te verlangen dat zij van al die partijen per individuele klant garantiecertificaten opvraagt, ook niet nu Leverancier per klant al één garantie voor de hele prestatie geeft.	Akkoord, het Erasmus MC schaft apparaten aan waarbij het geheel moet zijn voorzien van een garantiecertificaat

42	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 11.1	<p>Daarnaast is deze garantie onbeperkt naar duur en inhoud, wat leveranciers in alle redelijkheid niet kunnen bieden.</p> <p>Bent u derhalve bereid in alle redelijkheid het volgende aan dit artikel toe te voegen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De door Leverancier verstrekte garantie geldt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor de duur van 12 maanden na levering en enkel voor gebreken die ontstaan zijn bij juist, correct en oordeelkundig gebruik van de producten door instelling in overeenstemming met de documentatie, het doel waarvoor Leverancier deze bestemd heeft en/of andere schriftelijke aanwijzingen van Leverancier.</li> <li>- De door Leverancier verstrekte garantie geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. onjuist(e), ongepast(e) of ongeoorloofd(e) onderhoud, wijzigingen of ijking door of namens Instelling;</li> <li>b. door Instelling of derden geleverde programmatuur, koppelingen of benodigdheden;</li> <li>c. misbruik, nalatigheid, ongeval, verlies en/of andere beschadigingen welke niet het gevolg zijn van aan Leverancier toerekenbare handelingen;</li> <li>d. foutieve voorbereiding van de plaats van installatie door of namens Instelling;</li> <li>e. schade aan de producten of de daarin opgeslagen of daarmee verwerkte gegevens veroorzaakt door een externe bron, zoals een computerkraak;</li> <li>f. virussen of gelijkwaardige storingen aan de programmatuur als gevolg van aansluiting van de producten op een netwerk;</li> <li>g. het gebruik van andere dan door Leverancier goedgekeurde onderdelen of verbruiksmaterialen van de producten;</li> <li>h. het gebruik van de producten in combinatie met andere dan door Leverancier goedgekeurde en/of anderszins incompatibele (rand-)apparatuur of (rand-)programmatuur;</li> <li>i. het niet nakomen door Instelling van gemaakte afspraken in verband met het onderhouden van de producten.</li> </ul> </li> <li>- De garantie geldt daarnaast niet voor vervangingsonderdelen, verbruiksgoederen, detectoren van Gamma's Camera's en CT's, vacuümmaterialen (zoals beeldversterkerbuizen, röntgenbuizen en camerabuizen) en andere onderdelen waarvan in de offerte of de documentatie is bepaald dat afwijkende garantievoorwaarden gelden.</li> <li>- De door Leverancier in het kader van garantie aangeboden vervangingsonderdelen hoeven niet altijd nieuw of exact overeenstemmend met de originele onderdelen te zijn, maar dienen wel altijd qua prestatie met nieuwe onderdelen</li> </ul>	Akkoord
43	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 11.1	<p>Deze garantiebepaling is breder dan de garantie die leverancier kan bieden.</p> <p>Bent u bereid dit artikel in alle redelijkheid als volgt aan te passen?</p> <p>Leverancier staat er voor in dat de geleverde Producten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen;</li> <li>- beschikken over de eigenschappen die zijn overeengekomen;</li> <li>- deugdelijk en vrij van Gebreken zijn;</li> <li>- in overeenstemming zijn met de overeengekomen specificaties en de geleverde documentatie;</li> <li>- geschikt zijn voor het doel waarvoor Leverancier deze bestemd heeft en</li> <li>- voldoen aan de wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften, waaronder de Europese en Nationale wet- en regelgeving en regelgeving van lagere overheden, alsmede voldoen aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen en/of certificering;</li> </ul> <p>alle zoals deze gelden ten tijde van de levering van het Product.</p> <p>Leverancier staat er tevens voor in dat de Prestatie onbezwaard is en vrij van beslagen.</p>	Akkoord
44	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 10.6	<p>Leverancier begrijpt uw wens om openstaande vorderingen te kunnen verrekenen met ontvangen facturen. Echter, dergelijke verrekeningsrechten zijn voor leverancier administratief niet te verwerken en in strijd met haar interne guidelines.</p> <p>Kunt u bevestigen dat verrekening pas is toegestaan, nadat leverancier u een creditnota voor de te verrekenen bedragen heeft toegezonden?</p>	Niet akkoord, artikel 10.6 blijft gehandhaafd

45	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 10.4	Met dit artikel wenst u het recht om te allen tijde van leverancier een bankgarantie te kunnen verlangen. Dit is voor leverancier niet acceptabel, aangezien hiermee aanzienlijke kosten gemoeid zijn en dit de kredietfaciliteiten van leverancier aantast. Wel kan leverancier u een alternatieve zekerheid verlenen, middels het overleggen van de 2:403-verklaring van haar moedermaatschappij.  Bent u derhalve bereid de bankgarantie te laten vervallen en leverancier te laten volstaan met de 2:403-verklaring?	Niet akkoord, artikel 10.4 blijft gehandhaafd
46	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 9.1	Kunt u bevestigen dat (door) leverancier (ontwikkelde) hulpmiddelen of hulpmiddelen die door leverancier van derden wordt betrokken zijn uitgesloten?	Nee, deze hulpmiddelen zijn niet uitgesloten
47	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikelen 8.1, 13.6, 33, 36, Definities onder M en N	U bepaalt hier dat het risico op het geleverde overgaat na goedkeuring. Voor leverancier is dat niet acceptabel, aangezien deze vanaf het moment van levering geen feitelijke beschikkingsmacht meer heeft over het geleverde en het risico dus ook niet langer kan beheersen. Denk aan beschermen tegen brand- en waterschade, beveiligen van de locatie tegen diefstal en molest etc. Hiervoor heeft opdrachtgever een zorgplicht om gedurende deze periode als goed huisvader met de producten om te gaan.  Bent u derhalve bereid overeen te komen dat risico overgaat bij levering, uiteraard onverminderd het recht van opdrachtgever het geleverde aan een keuring en/of acceptatietest te onderwerpen?	Niet akkoord, artikelen blijven gehandhaafd
48	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 8	Kunt u bevestigen dat opdrachtgever als een goed huisvader met de producten om zal gaan vanaf levering? De producten vallen na levering immers niet meer binnen het bereik van leverancier en het zou onredelijk zijn om schade die in de risicosfeer van opdrachtgever valt (zoals bijvoorbeeld diefstal of toegebrachte schade door gebruik na levering, brand, waterschade) per definitie toe te rekenen aan Leverancier.	Opdrachtnemer zal immer als een goed huisvader omgaan vanaf levering van producten.
49	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 8	Gaat u ermee akkoord dat, aangezien op basis van de huidige voorwaarden het eigendom overgaat bij levering, ook het risico op de goederen bij levering overgaat op instelling? (bijvoorbeeld diefstal of toegebrachte schade door gebruik na levering, brand, waterschade)	Niet akkoord, eigendom gaat niet over bij levering maar pas na de acceptatieprocedure als onderdeel van de koopovereenkomst.
50	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 8.1 tm 8.3 en Artikel 35	U bepaalt hier dat het eigendom op het geleverde overgaat bij levering. Voor leverancier is dat niet acceptabel, aangezien het geleverde dan nog niet betaald is en leverancier dan enkel nog een (achtergestelde) financiële vordering heeft.  Bent u derhalve bereid overeen te komen dat eigendom overgaat na volledige betaling van het geleverde?	Eigendom gaat over van leverancier naar opdrachtnemer na ondertekening door beide partijen van de acceptatieprocedure en na volledige betaling van het geleverde.
51	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 6.3	Onder deze overeenkomst zullen verschillende (deel-)leveringen moeten plaatsvinden. Het is daarbij niet redelijk alle termijnen aan te merken als fatale termijnen, wat zou betekenen dat een enkele overschrijding van een levertermijn kan leiden tot ontbinding van de gehele (raam)overeenkomst en alle daaronder vallende nadere overeenkomsten en/of bestellingen. Kunt u derhalve bevestigen dat, in geval van termijnoverschrijdingen welke toerekenbaar zijn aan leverancier, opdrachtgever leverancier in gebreke zal stellen en een redelijke termijn voor herstel zal gunnen, passend bij de aard van de tekortkoming en de inspanningen welke met herstel gemoeid zijn?	Akkoord

52	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 6	<p>Dit artikel vestigt enkel de verplichting van leverancier tot levering, maar niet de verplichtingen die de opdrachtgever bij levering en installatie heeft. Bent u bereid aan dit artikel het navolgende toe te voegen?</p> <p>Leverancier zal, indien overeengekomen, na levering ook zorgdragen voor de installatie van het geleverde op de aangewezen locatie van levering. Eventuele kosten voor installatie op een andere locatie komen voor rekening van Instelling. Instelling is in geval van installatie voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een geschikte en vergrendelbare ruimte nabij de plaats van installatie waar Leverancier gereedschappen, instrumenten en de producten kan opslaan voor en gedurende de installatie, waarbij tijdens de opslag verloren of beschadigde voorwerpen op kosten van Instelling worden vervangen of hersteld;</li> <li>- een tijdige uitvoering en voltooiing van voorbereidende werkzaamheden op of om de plaats van installatie, conform de eisen die Leverancier hiervoor aan de Instelling heeft medegedeeld alsmede welke van een goed opdrachtgever mogen worden verwacht en in overeenstemming met alle geldende veiligheids-, elektrische- en (werktuig-)bouwkundige voorschriften die op de producten en de installatie daarvan betrekking hebben;</li> <li>- het tijdig kunnen beschikken over de benodigde vergunningen en machtigingen van bevoegde overheden voor of in verband met de installatie van de producten;</li> <li>- eventuele benodigde graaf-, breek-, metsel-, schilder-, hijs-, sleep-, takel- of bekabelingswerkzaamheden alsmede alle andere bouwkundige werkzaamheden;</li> <li>- een tijdige vrije en onbelemmerde toegang voor de door Leverancier aangewezen personen die de installatie uitvoeren alsmede het verkrijgen en tijdig aan Leverancier ter beschikking stellen van eventueel benodigde machtigingen, toegangs-, uitgangs-, verblijfs-, werk- of andere vergunningen voor de producten, de door Leverancier aangewezen personen die de installatie uitvoeren alsmede hun benodigde materialen en gereedschappen;</li> <li>- het verlenen van alle hulp en bijstand aan de door Leverancier aangewezen personen die de installatie uitvoeren in verband met het transporteren van de producten naar de plaats van installatie, waaronder het verwijderen van panelen of obstakels en het herstellen van de omgeving;</li> <li>- het tijdig voorafgaand aan de installatie inspecteren van de plaats van installatie en het verwijderen en afvoeren van alle gevaarlijke materialen van de plaats van installatie;</li> <li>- het realiseren van de voor installatie en de correcte werking van de producten en diensten benodigde koppelingen</li> </ul>	Niet akkoord. Erasmus MC handhaaft dit artikel over leveringen. Verdere afspraken over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid zijn vastgesteld in andere artikelen. Wel commiteerd het Erasmus MC zich aan goed opdrachtgeverschap.
53	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 5.1	<p>De op te geven prijzen zijn voor een deel aan fluctuaties onderhevig, welke op dit moment niet voorzienbaar zijn. Het is daarom niet redelijk om voor alle nu op te geven prijzen te bepalen dat deze niet kunnen worden aangepast voor de duur van de overeenkomst.</p> <p>Bent u daarom bereid overeen te komen dat de overeengekomen prijzen jaarlijks per 1 januari kunnen worden aangepast aan de eventuele wijzigingen van het loon- en prijspeil, conform het definitieve prijsindexcijfer voor materiële kosten (ten aanzien van 1/3e deel van de vergoeding) en het definitieve prijsindexcijfer voor personele kosten (ten aanzien van 2/3e deel van de vergoeding) zoals gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza)?</p>	Niet akkoord
54	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 4.2	Kunt u bevestigen dat alle wijzigingen van de overeenkomst (daaronder dus begrepen meerwerk, minderwerk, prijswijzigingen en andere wijzigingen) enkel na schriftelijke overeenstemming tussen beide partijen mogelijk zijn en dat, indien partijen hierover geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ongewijzigd wordt voortgezet?	Nee, Erasmus MC kan dit niet bevestigen. Artikel 4.2 blijft gehandhaafd
55	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 4.1	Kunt u bevestigen dat meer- en minderwerk schriftelijk dient te worden omschreven dan wel besproken te worden en schriftelijk akkoord op dient te worden gegeven.	Voor meer- en/of minderwerk dient vooraf schriftelijk akkoord te worden gegeven.
56	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 3.6	Kunt u bevestigen dat dit artikel vervalt? Dit leidt immers tot de redelijke situatie dat de AIV pas van toepassing zijn indien dat in een getekend contract is overeengekomen.	Niet akkoord. Prestatie wordt pas geleverd na ondertekening van de koopovereenkomst waar de AIV onderdeel vanuit maakt

57		Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 3.5	Kunt u bevestigen dat dit geldt onder de voorwaarde dat UMC leverancier tijdig en volledig deze gegevens heeft verstrekt? Deze informatie is immers van UMC en leverancier kan deze alleen weten als UMC deze verstrekt.	Niet akkoord, onze doelstellingen voor deze aanbesteding staan verwoord in de leidraad. Daarnaast is er voldoende publiek toegankelijke informatie beschikbaar op internet.
58	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 3.4	Kunt u dit zo aanpassen, dat de Overeenkomst pas tot stand komt nadat leverancier de Order heeft ontvangen? Anders kan een overeenkomst tot stand komen, zonder dat leverancier hier ooit kennis van heeft kunnen nemen.	Niet akkoord, betreft hier overigens een artikel voor afroepcontracten
59	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 3.2	Wanneer partijen een overeenkomst aangaan, moeten beide partijen erop kunnen vertrouwen dat deze niet kan worden opgezegd, tenzij sprake is van tekortkomingen of bijzondere omstandigheden dan wel opzegging gepaard gaat met vergoeding van alle gemaakte kosten en gemiste inkomsten. Bent u daarom bereid dit artikellid te schrappen dan wel overeen te komen dat opzegging enkel mogelijk is na vergoeding van alle gemaakte kosten en gederfde inkomsten van leverancier?	Niet akkoord. Dit artikel heeft alleen betrekking op het niet aanvangen van de werkzaamheden in de overeenkomst. Dit is wat ons betreft een geldige reden om de overeenkomst op te zeggen zonder verdere vergoeding.
60	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 3 Concept koopovereenkomst mobiele C-bogen- Artikel 13.1	Bij deze opdracht is sprake van de levering en installatie van een bestaand systeem, waarbij geen sprake is van een ontwikkelingsovereenkomst voor maatwerk.  Kunt u derhalve bevestigen dat dit artikel niet van toepassing is?	Akkoord
61	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 3 Concept koopovereenkomst mobiele C-bogen- Artikel 12.1	Kunt u bevestigen dat in dergelijke gevallen wel de schade, die leverancier als gevolg hiervan lijdt, wordt vergoed? De gronden voor ontbinding vinden zich dan namelijk geheel buiten de invloeds- en risicosfeer van leverancier en de risico's hiervan zijn voor leverancier dan ook niet te voorzien.	Niet akkoord. Voor eventuele vergoedingen dient u zich dan te wenden tot de Rijksoverheid
62	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 5a invuldocument SSO artikel 6.5	Verzoek bij 6.5 is een maximum van 20% per kalenderjaar toe te voegen. Gaat u hiermee akkoord?	Niet akkoord.
63	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 5a invuldocument	A.d.h.v. het invuldocument zijn standaard onderdelen vereist inclusief aan te bieden, maar is onduidelijk of vereist en verwacht wordt van Erasmus dat een dekking op strategische onderdelen zoals detector en röntgenbuis inclusief is voor alle 6 systemen.  Kunt u aangeven of dit zo is? Zo ja, mag hier een slimme, kostenbesparende dekking worden aangeboden	In de aanbieding wordt een all in contract verwacht, waarin alle onderdelen zijn opgenomen. Het staat Leverancier vrij een slimme aanbieding te doen, mits deze voldoet aan al het gestelde in het invuldocument SSO.
64	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 5a invuldocument	Er wordt gevraagd 2 technische trainingen op te nemen in de totaalaanbieding voor 6 systemen, maar er wordt niet aangegeven welke werkzaamheden de medische techniek over gaat nemen na het volgen van de technische training. Om een kostenbesparend voorstel te kunnen doen, zal dit duidelijk moeten zijn.  Kunt u bevestigen dat de medische techniek binnen het garantiejaar van de eerste 2 systemen de technische training afrondt, en dat de medische techniek vanaf jaar 2 de eerste- en tweedelijns correctieve werkzaamheden en preventieve werkzaamheden op zich neemt? Zo niet, kunt u specificeren welke werkzaamheden de medische techniek op zich neemt en per wanneer?	Over de verdeling van de werkzaamheden worden na gunning nadere afspraken gemaakt. In de aanbieding dient u uit te gaan van een all in contract, zoals wordt gevraagd. Op deze wijze kunnen aanbiedingen van leveranciers eenduidig met elkaar worden vergeleken.
65	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 6 aansluitvoorwaarden Erasmus MC-netwerk	In bijlage 6: Aansluitvoorwaarden Erasmus MC-netwerk wordt op pagina 19 van 23 verwezen naar de richtlijn domeinen en externe toegang.  Wij zien het document 'Richtlijn Domeinen en Externe Toegang' niet terug bij de stukken. Kunt u deze alsnog met ons delen?	Het document 'Richtlijn Domeinen en Externe Toegang' is als bijlage 10 toegevoegd aan de documenten
66	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 7 Formulier gebruikerstest C-bogen 536390	De gebruikerstesten zullen plaatsvinden van 29-09 tot 4-10. Onze voorkeur voor de gebruikerstest zou uit gaan naar 3 oktober en anders 2 oktober. Zou dat mogelijk zijn?	Erasmus MC zal rekening houden met uw voorkeur.

67	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 1 PvE en PvW - inruil	Kunnen jullie informatie geven over welke 2 systemen vervangen zullen worden in 2025? Zo kunnen wij een eventuele inruilwaarde bieden.	Bij de aanbesteding is geen sprake van inruil.. Inruil is alleen onderdeel van de State of Art eis.
68	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 1 PvE en PvW 536390	Is er een maximaal bedrag voor het gehele TCO voor de gehele periode van 10 jaar opgenomen waar de leveranciers zich aan moeten houden?	Nee. Gunning vindt plaats op basis van beste prijs kwaliteits verhouding (BPKV).
69	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 5a Samenstelling Overeenkomst invuldocument SSO versie 4.1 536390 - Artikel 7.5	Is het akkoord om het toe te voegen aan verwerkersovereenkomst BOZ-NFU 2022?	Ja, dit is akkoord.
70	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 5a Samenstelling Overeenkomst invuldocument SSO versie 4.1 536390 - Artikel 3.2	Kan facturatie naar 1x per jaar vooraf?	Niet akkoord, 4 x per jaar per kwartaal vooraf.
71	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 3 Concept Koopovereenkomst C-bogen - Artikel 5.1	De op te geven prijzen zijn voor een deel aan fluctuaties onderhevig, welke op dit moment niet voorzienbaar zijn. Het is daarom niet redelijk om voor alle nu op te geven prijzen te bepalen dat deze niet kunnen worden aangepast voor de duur van de overeenkomst.  Bent u daarom bereid overeen te komen dat de overeengekomen prijzen jaarlijks per 1 januari kunnen worden aangepast aan de eventuele wijzigingen van het loon- en prijspeil, conform het definitieve prijsindexcijfer voor materiële kosten (ten aanzien van 1/3e deel van de vergoeding) en het definitieve prijsindexcijfer voor personele kosten (ten aanzien van 2/3e deel van de vergoeding) zoals gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza)?	Nee, niet akkoord.
72	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Vraag m.b.t. vraag 9.6 /9.8 – Technische training en rolverdeling t.a.v. onderhoud (KO)	In vraag 9.6 / 9.8 wordt gesteld dat na afronding van de training technici van het Erasmus MC dezelfde rechten verkrijgen als de service monteurs van de fabrikant, en dat zij in staat zijn hetzelfde werk te verrichten. Tevens wordt gesteld dat eventuele benodigde software en hardware hiervoor wordt meegeleverd, met een certificeringsduur van vijf jaar.  Wij hebben hierover de volgende vragen:  Kunt u toelichten waarom technici van het Erasmus MC exact dezelfde rechten en bevoegdheden dienen te krijgen als de fabrieksservice engineers van de leverancier? In de praktijk bestaat er een duidelijk onderscheid tussen: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ eerstelijns interventies, die na passende training door interne technici kunnen worden uitgevoerd, en</li> <li>▪ tweedelijns interventies, die vanwege softwaretoegang, kalibratieprotocollen, MDR-gerelateerde vastleggingen en patiëntveiligheidsaspecten uitsluitend mogen worden uitgevoerd door geautoriseerde servicepartners van de fabrikant.</li> </ul> Wij verzoeken u deze KO-eis te beperken tot training in eerstelijns onderhoud, waarbij voor complexe interventies en systeemkritische updates de leverancier ingeschakeld blijft.	Niet akkoord. Erasmus MC past deze constructie bij meer beeldvormende apparatuur toe.

73	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Vragen ten aanzien van concept koopovereenkomst – Tender 536390 – Mobiele C-bogen Erasmus MC	Vraag 6 – Artikel 12 (Ontbinding bij Rijksmaatregelen) In artikel 12.1 wordt bepaald dat UMC de overeenkomst eenzijdig kan ontbinden bij door de overheid opgelegde beperkingen, zonder schadevergoeding. Vraag: Is Erasmus MC bereid deze bepaling aan te passen zodat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dergelijke ontbinding enkel plaatsvindt na zorgvuldig overleg,</li> <li>• met inachtneming van een redelijke termijn, en</li> <li>• dat Leverancier bij tussentijdse ontbinding recht houdt op compensatie voor aantoonbaar gemaakte kosten of reeds uitgevoerde leveringen?</li> </ul>	Niet akkoord. Zoals het artikel weergeeft zijn het maatregelen vanuit Rijkswege en voor eventuele vergoedingen dient u zich dan te wenden tot de Rijksoverheid (zie ook antwoord op vraag 62)
74	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Vragen ten aanzien van concept koopovereenkomst – Tender 536390 – Mobiele C-bogen Erasmus MC	Vraag 5 – Artikel 13.1 (Intellectuele eigendomsrechten) Artikel 13.1 stelt dat IE-rechten reeds nu voor alsdan aan UMC worden overgedragen. Vraag: Kan Erasmus MC bevestigen dat deze bepaling uitsluitend betrekking heeft op specifiek voor UMC ontwikkeld maatwerk, en niet van toepassing is op standaard medische hulpmiddelen of aanverwante technologieën waarop Canon Medical Systems het intellectuele eigendom behoudt?	Akkoord, bevestigd
75	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Vragen ten aanzien van concept koopovereenkomst – Tender 536390 – Mobiele C-bogen Erasmus MC	Vraag 4 – Artikel 11.2 (Stagnatie onderdelen en disposables) De bepaling in artikel 11.2 stelt dat de leverancier aansprakelijk is voor alle directe en gevolgschade bij stagnatie in onderdelenlevering. Vraag: Is Erasmus MC bereid om deze aansprakelijkheid te beperken tot voorzienbare en vermijdbare oorzaken, en situaties van overmacht (zoals geopolitieke handelsbeperkingen of productiebeëindiging buiten toedoen van leverancier) uit te sluiten?	Akkoord mits uitgebreid onderbouwd door leverancier en alle inspanningen zijn gedaan om toch aan onderdelen en/of disposables te komen en niet in staat is vervangende productie elders onder te brengen. Artikel heeft betrekking op de continuïteit van levering onderdelen en apparatuur gebonden disposables binnen de jaren waar de overeenkomst van toepassing is en wanneer Leverancier hiertoe niet meer in staat is, Erasmus MC geen gebruik meer kan maken van geleverde prestatie en derhalve kosten moet maken ter vervanging en versnelde afschrijving.
76	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Vragen ten aanzien van concept koopovereenkomst – Tender 536390 – Mobiele C-bogen Erasmus MC	Vraag 3 – Artikel 9.3 (Garantieperiode bij deelacceptatie) De formulering in artikel 9.3 suggereert dat de garantie op onderdelen reeds kan ingaan bij deelacceptatie. Vraag: Kan Erasmus MC bevestigen dat de garantieperiode uitsluitend ingaat na formele acceptatie van het gehele systeem, conform het gezamenlijke acceptatieproces zoals beschreven in Bijlage H, en dat er geen sprake kan zijn van “deel-garantietermijnen” voorafgaand aan klinisch gebruik?	Akkoord
77	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Vragen ten aanzien van concept koopovereenkomst – Tender 536390 – Mobiele C-bogen Erasmus MC	Vraag 2 – Artikel 7 (Updates en Upgrades) In artikel 7 worden de begrippen Updates en Upgrades gebruikt, maar deze zijn contractueel niet gedefinieerd. Vraag: Kan Erasmus MC bevestigen dat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• met Updates wordt bedoeld: noodzakelijke aanpassingen in bestaande functionaliteit (zoals bugfixes, compatibiliteitscorrecties en kleine verbeteringen), en</li> <li>• met Upgrades wordt bedoeld: functionele uitbreidingen, prestatieverbeteringen of geheel nieuwe modules, die niet standaard onderdeel zijn van het geleverde systeem</li> </ul> en dat deze Upgrades in beginsel commercieel beschikbaar worden gesteld, tenzij deze noodzakelijk zijn op basis van wet- en regelgeving of MDR-vereisten?	Updates en upgrades conform voorwaarden uit Bijlage 5 en 5A

78	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Vragen ten aanzien van concept koopovereenkomst – Tender 536390 – Mobiele C-bogen Erasmus MC	Vraag 1 – Artikel 5.1 (Prijs, indexering) In artikel 5.1 wordt bepaald dat indexering achteraf is uitgesloten. Voor de looptijd van maximaal 10 jaar achten wij het wenselijk om voor langlopende servicecontracten in elk geval een vooraf overeengekomen indexering toe te passen. Vraag: Is Erasmus MC bereid toepassing van een jaarlijkse prijsindexering volgens de NZa-materiaalindex toe te staan voor het onderhoudsdeel van de overeenkomst?	Niet akkoord. Het Erasmus MC wil vaste bedragen voor onderhoud die niet onderhevig zijn aan de jaarlijkse indexering. Het staat u vrij om in het prijstabel al vooraf rekening te houden met eventuele indexering.
79	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Vragen m.b.t. Bijlage 4 – Algemene Inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC (versie januari 2024)	Vraag 4 – Artikel 20.1 en 20.7 (Ontbinding en opzegging zonder schadevergoeding) Erasmus MC behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen zonder schadevergoeding, zelfs bij contracten voor onbepaalde tijd. Vraag: Is Erasmus MC bereid te bevestigen dat opzegging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd uitsluitend kan plaatsvinden met een redelijke opzegtermijn (minimaal 3 maanden), en dat in geval van ontbinding wegens gewijzigde omstandigheden of overheidsmaatregelen (zoals bedoeld in artikel 12 van de koopovereenkomst) eerst overleg plaatsvindt met leverancier, waarbij redelijke kosten voor reeds uitgevoerde leveringen of bestellingen worden gecompenseerd?	Artikel 20.1 (2) a) geeft ruimte in ontbinding met een bepaalde periode aangegeven in de eventuele gebrekestelling. Deze wordt niet vooraf vastgesteld in een contract. In 20.7 is al een termijn van 3 maanden opgenomen, overige voorwaarden blijven van kracht.
80	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Vragen m.b.t. Bijlage 4 – Algemene Inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC (versie januari 2024)	Vraag 3 – Artikel 19 (Aansprakelijkheid) De aansprakelijkheidslimieten voor leveranciers worden verhoogd bij opdrachten boven €250.000. Tegelijkertijd kent UMC zichzelf een beperking toe tot €500.000. Vraag: Is Erasmus MC bereid tot evenredigheid in aansprakelijkheid, met in elk geval uitsluiting van indirecte schade, tenzij bij opzet of grove nalatigheid?	Niet akkoord
81	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Vragen m.b.t. Bijlage 4 – Algemene Inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC (versie januari 2024)	Vraag 2 – Artikel 17.2 en 17.4 (Intellectuele eigendom – overdracht bij maatwerk) In deze bepalingen worden IE-rechten op maatwerkprestaties automatisch overgedragen aan Erasmus MC. Vraag: Kan Erasmus MC bevestigen dat deze overdracht van intellectuele eigendomsrechten uitsluitend van toepassing is op specifiek voor Erasmus MC ontwikkeld maatwerk? Voor standaardproducten van Canon Medical blijven de intellectuele eigendomsrechten uiteraard behouden door de fabrikant.	Akkoord
82	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Vragen m.b.t. Bijlage 4 – Algemene Inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC (versie januari 2024)	Vraag 1 – Artikel 5.1 (Prijs – vaste prijzen zonder indexering) Volgens artikel 5.1 zijn prijzen vast voor de duur van de overeenkomst en niet herzienbaar. Vraag: Is Erasmus MC bereid om voor langlopende overeenkomsten (bijv. onderhoudscontracten van 5 jaar of langer) toepassing van een jaarlijkse indexering conform de NZa-materiaalindex toe te staan?	Niet akkoord. Het Erasmus MC wil vaste bedragen voor onderhoud die niet onderhevig zijn aan de jaarlijkse indexering. Het staat u vrij om in het prijstabel al vooraf rekening te houden met eventuele indexering.
83	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 2 – Prijzenblad C-bogen	Kunt u bevestigen dat het All-in contract ook inclusief buis- en detectordekking is?	Ja, dit is correct.
84	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 1 PvE en PvW Perceel 1 & 2 PVW Vraag 1.13	Met name bij bewegende opnames van anatomie of instrumenten is een hogere pulse rate van groot belang, om bewegingsonscherpte te minimaliseren. Sommige systemen bieden daarom optioneel fluoroscopie tot 25 p/s, wat bijdraagt aan een vloeiender beeld en betere klinische beoordeling.  Kunt u daarom extra punten toe kennen aan systemen die doorlichting tot 25 p/s ondersteunen?	De score voor deze wens wordt niet aangepast.
85	Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 1 PvE en PvW Perceel 2 PVW Vraag 1.10	Kunt u bevestigen dat op de 3D C-boog geen DSA-optie aangeboden hoeft te worden en dus geen punten toegekend zal krijgen op deze vraag?	Dit is juist.

86	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 1 PvE en PwW Perceel 1 en 2 PwW Vraag 1.1	Elk systeem heeft in de basis een vorm van buiskoeling (lucht- of watergekoeld). Waarbij luchtgekoelde systemen, zeker bij intensief gebruik en bij adipeuze patiënten, sneller oververhit raken. Daarnaast kunnen ventilatoren op of rond de C-boog bij luchtgekoelde systemen de steriele luchtflow verstoren, wat in operatiekamers ongewenst is.  Indien het ErasmusMC gebruik wenst te maken van moderne en toekomstbestendige C-bogen met voldoende koelcapaciteit, zou u dan watergekoelde systemen kunnen opnemen als KO en/of extra waardering toekennen aan systemen met een minimale koelcapaciteit van 100 kHU/min?	Niet akkoord. De wens wordt niet aangepast.
87	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 1 PvE en PwW Perceel 1 en 2 PvE Vraag 3.2	In de eis wordt een minimum vermogen van 10kW gesteld. Een hoger vermogen zorgt voor betere beoordeelbare beelden bij adipeuze patiënten, in alle projecties (ook laterale / oblique). Moderne high-end C-bogen hebben dan ook een vermogen tot 30kW. Indien het Erasmus gebruik wenst te maken van de best mogelijke prestaties, kunt u dan extra punten toe kennen aan systemen met een hogere vermogen?	Niet akkoord. De eis wordt niet aangepast.
88	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 1 PvE en PwW Perceel 1 en 2 PvE Vraag 2.8	Van de inschrijver wordt verlangd dat gedurende een periode van twee jaar geen nieuwe of verbeterde versies van het aangeboden model op de markt verschijnen, en dat – indien dit toch gebeurt – zonder bijbetaling upgrades, modificaties of zelfs een omruiling plaats dienen te vinden, ongeacht of deze kosten door de fabrikant vergoed worden. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen op grond van de volgende overwegingen: 1. Technologische innovaties zijn niet volledig voorspelbaar of beïnvloedbaar door de leverancier, en het (laten) uitblijven ervan gedurende een vaste termijn is strijdig met de realiteit van medische technologie. 2. De eis zoals geformuleerd legt een onbeheersbaar financieel en juridisch risico volledig bij de inschrijver, zonder dat daar een evenredige vergoeding of afbakening tegenover staat. 3. Vanuit het oogpunt van toelating als medisch hulpmiddel onder MDR zijn updates of modificaties soms zelfs noodzakelijk of wettelijk verplicht (bijv. t.g.v. post-market surveillance), en kunnen niet zonder meer achterwege blijven. 4. Bij grote internationale leveranciers kunnen functionele wijzigingen of standaardisatie van opties onderdeel zijn van wereldwijde productstrategie, en vallen buiten de contractuele controle van de lokale dealer. Wij begrijpen de wens van het Erasmus MC om een toekomstbestendig en modern systeem aangeboden te krijgen. De gewenste systeemspecificaties zijn dan ook al opgenomen in het PvE/PwW. Indien aanvullende functionele eisen of prestaties gewenst zijn, adviseren wij deze expliciet in het PvE/PwW te verwerken.  Kunt u akkoord gaan met het laten vervallen van deze KO-eis en evt. aanvullende systeemspecificaties toevoegen in het PvE/PwW?	Niet akkoord.
89	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Offerte leidraad Hoofdstuk 4. Inschrijvingsprocedure 4.1 Belangrijke data	In de planning is aangegeven dat de gebruikerstest in de periode van 29-09-2025 tot 4-10-2025 zal plaatsvinden. In de zelfde week staat ook een andere gebruikerstest gepland in het kader van een andere Europese aanbesteding. Het is voor ons niet haalbaar om dit gelijktijdig te plannen.  Is het mogelijk om de periode voor de gebruikerstest te verruimen naar een tijdvak van 2 weken, zodat wij dit beter kunnen afstemmen en beide testen zorgvuldig kunnen voorbereiden en begeleiden?	Akkoord, de periode voor de gebruikerstest wordt verlengd tot en met 8 oktober.

90	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Offerteleidraad EA Mobiele C-Bogen, 6.6.5. Beoordeling duurzaamheid (blz. 29)	Voor informatie over de duurzaamheid doelstelling verwijst u naar bijlage 9, kunt u deze bijlage ter beschikking stellen?	Deze is reeds geuploaded.
91	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Offerteleidraad EA Mobiele C-Bogen, 4.9.17. Voertaal (blz. 20)	Bent u bereid te herformuleren in; Er wordt een digitale Nederlandstalige of Engelstalige handleiding meegeleverd? Leverancier heeft een ministeriële vrijstelling voor het leveren van handleidingen in de Nederlandse taal. Als standaard worden er in Nederland Engelstalige handleidingen meegeleverd. Een verkorte Nederlandstalige handleiding is beschikbaar.	Akkoord.
92	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Offerteleidraad EA Mobiele C-Bogen, 3.1 Aanleiding, aard en omvang van de Opdracht (blz. 8)	Wij vragen u om meer specificaties van de oude systemen zoals type, merk, leeftijd van het systeem en de leeftijd van de röntgenbuis. Kunt u tevens per systeem aangeven wanneer de planning is om deze te vervangen?	Deze vraag is niet relevant
93	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Koopovereenkomst voor "Mobiele C-Bogen, 2D-en/of 3D systemen" Tendered nummer 536390,, artikel 6.1.b	Akkoord, e.e.a. is afhankelijk van het af te sluiten onderhoudscontract.	Dat is juist
94	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Koopovereenkomst voor "Mobiele C-Bogen, 2D-en/of 3D systemen" Tendered nummer 536390, Artikel 13.1	Bij deze opdracht is sprake van de levering en installatie van een bestaand systeem, waarbij geen sprake is van een ontwikkelingsovereenkomst voor maatwerk. Kunt u derhalve bevestigen dat dit artikel niet van toepassing is?	Akkoord
95	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 5a Samenstelling-Overeenkomst-invaldocument-SSO-versie-4.1 (1)	2.15 Uptime, Wij stellen voor deze passage te wijzigen in: Indien leverancier niet voldoet aan haar garantie ten aanzien van de beschikbaarheid van het systeem zal creditering door leverancier als volgt plaatsvinden. Bij een beschikbaarheid van: 1% onder de overeengekomen uptime: 1% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding 2% onder de overeengekomen uptime: 2% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding 3% onder de overeengekomen uptime: 3% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding 4% onder de overeengekomen uptime: 4% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding 5% of meer onder de overeengekomen uptime: 5% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding Indien leverancier constateert dat de uptime niet behaald dreigt te worden dan zal leverancier ook buiten de normale productietijd werken aan het voorkomen van het niet behalen van de uptime. De hierdoor ontstane extra kosten komen voor rekening van leverancier.	Niet akkoord.
96	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 5a Samenstelling-Overeenkomst-invaldocument-SSO-versie-4.1 (1)	6.5. Kunt u toelichten wat u precies bedoelt met Factuurprijs per keer?	Hier wordt bedoeld: Per keer dat de maximale responstijd wordt overschreden is een vergoeding van 10% van de factuurprijs verschuldigd.

97	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 5a Samenstelling-Overeenkomst-Invuldocument-SSO-versie-4.1 (1)	6.5 Er een vergoedingspercentage gevraagd van 10% van de factuurprijs per keer. Gezien Leverancier en Opdrachtgever een uptime garantie overeen zullen komen (zie ons voorstel artikel 2.15.) waar responstijd onderdeel van uitmaakt, stellen wij voor dit artikel te laten vervallen	Niet akkoord. Responstijd is iets anders dan uptime.
98	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 5a Samenstelling-Overeenkomst-Invuldocument-SSO-versie-4.1 (1)	10.2 Wij stellen voor de eerste zin in dit sub te vervangen door: Schade waarvoor de Leverancier aansprakelijk is, in het kader van deze overeenkomst, wordtvergoed tot maximaal de contractueel overeengekomen vergoeding, waarbij deze contract waarde als maximum (totaal) bedrag heeft te gelden. De Leverancier is nimmer gehouden tot vergoeding van meer dan EUR 1,5 mln. in totaal.	Niet akkoord.
99	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 5a Samenstelling-Overeenkomst-Invuldocument-SSO-versie-4.1 (1)	Wij stellen het volgende sub toe te voegen: 15.9 Contractuele termijnen kunnen veranderen door vertragingen en/of onderbrekingen als gevolg van een epidemie of pandemie en aanzienlijke verstoringen in de toeleveringsketen, met name met betrekking tot elektronische componenten, die momenteel van invloed zijn op de wereldeconomie.	Niet akkoord.
100	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 16.4	NEN7510 is een Nederlandse norm, is het kunnen aantonen dat de geleverde prestatie in overeenstemming is met de internationale ISO27001 ook toegestaan ?	Akkoord
101	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 5a Samenstelling-Overeenkomst-Invuldocument-SSO-versie-4.1 (1)	Wij stellen het volgende sub toe te voegen: 15.10 Gezien de productspecifieke zaken van ons systeem stellen wij voor om 'Bijzondere Voorwaarden voor Verbinding op Afstand' onderdeel van de overeenkomst te laten uitmaken, die u bij de inschrijving zult ontvangen.	Niet akkoord
102	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 5a Samenstelling-Overeenkomst-Invuldocument-SSO-versie-4.1 (1)	Wij stellen het volgende sub toe te voegen: 15.11 Gezien de product specifieke zaken van ons systeem stellen wij voor om 'Aanvullende Voorwaarden betreffende Cyberbeveiliging' onderdeel van de overeenkomst te laten uitmaken, die u bij de inschrijving zult ontvangen.	Niet akkoord
103	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 4 Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024.pdf artikel 6	6.3 Wij verzoeken u de zinsnede "fatale termijnen" te wijzigen in "redelijke termijnen" en toe te voegen dat bij overschrijding een ingebrekestelling noodzakelijk is.	Akkoord. Doch na overschrijding van de vastgestelde redelijke termijnen is UMC bevoegd over te gaan tot een ingebrekestelling met fatale termijnen.
104	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 4 Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 14	14.6 Verzoek om deze laatste zin van dit lid te verwijderen. Eventuele ontbinding kan altijd geschieden middels artikel 20 die eveneens voorziet in een ontbindingsmogelijkheid.	Niet akkoord
105	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 4 Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 16	16 Bent u bereid deze geheimhoudingsverplichting wederkerig te laten gelden? Beide partijen hebben immers een gelijk belang bij de vertrouwelijkheid van de over en weer gedeelde informatie en documentatie.	Akkoord, maar zonder mogelijkheid tot verkrijgen van een schadevergoeding vanuit het Erasmus MC

106	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 16	16.3. Wij stellen vast dat de hoogte van de boete niet proportioneel is met de waarde van de beoogde leveringen. Boete of vergoeding van de werkelijke geleden direct schade (zie artikel 19), geen vergoeding van beide. In geval van overtreding door beide partijen van de verplichtingen uit hoofde van dit artikel verbeuren Instelling dan wel Leverancier, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijke opeisbare niet voor verrekening vatbaar boete van minimaal Euro 5.000,00 per gebeurtenis met een maximum van Euro 10.000,00 –.	Niet akkoord. De waarde van beoogde leveringen is niet relevant, het gaat om de bescherming van persoonsgegevens in het algemeen.
107	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 16	16.6. Kunt u bevestigen dat in geval van gunning en indien vast komt te staan dat leverancier verwerker is namens of ten behoeve van Instelling, de huidige verwerkersovereenkomst tussen leverancier en UMC van toepassing gemaakt kan worden op de nieuwe overeenkomst?	Akkoord
108	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 18	18.1 Partijen spreken af dat UMC aan Leverancier bij voorbaat toestemming geeft op de rechten en verplichtingen van Leverancier voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een aan Leverancier gelieerde (groeps-)entiteit.	Niet akkoord
109	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 19	19.7 U vraagt leverancier te bewijzen dat deze over de gevraagde verzekeringen beschikt middels het overleggen van betalingsbewijzen. Deze betalingsbewijzen bevatten echter bedrijfsvertrouwelijke informatie, omwille waarvan deze in geen geval met derden kan en mag worden gedeeld. Leverancier toont bij al haar relaties aan te beschikken over de gevraagde verzekeringen middels het overleggen van het verzekeringscertificaat (de verklaring van de verzekeraar dat leverancier over de betreffende verzekering beschikt). in dit kader Leverancier mag volstaan met het op eerste verzoek overleggen van het betreffende certificaat?	Akkoord
110	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 20	20.1 f/g, Leverancier acht het niet redelijk dat een overeenkomst kan worden ontbonden of beëindigd wanneer Leverancier overgaat tot overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan. Derhalve wensen wij art. 20.1 f en art. 20.1 g te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, is UMC bereid een alternatieve regeling op te nemen, waarbij een overname, fusie, of enige daarmee vergelijkbare toestand waardoor een (belangrijke) wijziging in de zeggenschap en/of controle plaatsvindt wordt uitgesloten?	Artikel 20.1 g blijft gehandhaafd en artikel 20.1 f laten we vervallen omdat stillegging en/of liquidatie van het bedrijf al onderdeel is van 20.1 g In overige aanvullende vragen gaan we niet mee.
111	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 27	27.7 Leverancier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen voortvloeiende uit de storing of onderbreking indien de storing of onderbreking is veroorzaakt door toedoen van UMC of door een oorzaak die binnen de invloedssfeer van UMC ligt.	Betreft een artikel met betrekking tot terrein en gebouwen en is derhalve niet van toepassing op de overeenkomst
112	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 19	19.1 Wij verzoeken u om de aansprakelijkheid, zoals gebruikelijk is in de markt, te beperken tot enkel de directe schade. Dit is tussen professionele marktpartijen gebruikelijk.	Niet akkoord
113	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 19	In afwijkingen van de artikelen 19.2 en 19.3 NFU-voorwaarden is Leverancier nimmer gehouden schade te vergoeden wegens verlies van informatie inclusief de kosten van heropbouw daarvan, gemiste besparingen, gemiste overeenkomsten, tevergeefs gemaakte arbeidskosten, toename van operationele kosten, meerkosten van inkoop elders en aan derden verschuldigde kortingen of boetes.”	Niet akkoord

114	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 47.1	Leverancier heeft reeds een bestaande remote access oplossing actief bij uw UMC. Voor de in de aanbesteding gevraagde apparatuur en dienstverlening zou Leverancier graag in geval van gunning de bestaande remote access oplossing gebruiken. Kunt u hiermee akkoord gaan?	Akkoord
115	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 8 Impact Sustainability list of wishes 536390 - Vraag 10	In uw vraagstelling is geformuleerd: "LCA rapport beschikbaar is en gedeeld kan worden voorafgaande aan eventueel voornemen tot gunning." In de toelichting is gesteld: "Bewijsvoering moet gedeeld kunnen worden indien Erasmus MC voornemens is te gunnen."  Kunt u bevestigen dat hetgeen gesteld is in de toelichting leidend is, m.a.w. dat bewijsvoering gedeeld moet kunnen worden indien Erasmus MC voornemens is te gunnen?	Akkoord
116	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 1 PvE en PvW 536390 - Vraag 2.4	Graag bevestiging dat zoals gebruikelijk de servicehandleiding wordt gedeeld na afronding technische training. Dit kan niet eerder ivm Customer Service Intellectual Property policy. Dit proces is door beide partijen akkoord bevonden en wordt ook als zodanig gehandhaafd bij de andere modaliteiten.	Akkoord.