

Ref. Nr.	Vragenron	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
118	2	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 8 Impact duurzaamheid - Vraag 3	In uw vraagstelling staat centraal dat er sprake is van een bedrijfsbrede gedragscode die doorwerkt naar leveranciers (Supplier Code of Conduct), met als doel te borgen dat er binnen de gehele keten wordt voldaan aan relevante wet[1]en regelgeving en richtlijnen op het gebied van onder meer milieu, arbeidsvoorwaarden, mensenrechten, ethiek en goed bestuur. Daarbij wordt specifiek gevraagd naar gedragscodes van zowel de inschrijver, als de 'legal manufacturer' en, indien van toepassing, de 'technical manufacturer(s)'. Wij onderschrijven dit uitgangspunt volledig. Binnen leverancier geldt een wereldwijde Supplier Code of Conduct die expliciet is ingebed in onze contracten met onze ‘technical manufacturers’. Daarmee wordt onze eigen gedragscode, die voortdurend wordt geactualiseerd op basis van internationale standaarden, ESG-richtlijnen en wetgeving gecommuniceerd met leveranciers. Onze code is gebaseerd op de Responsible Business Alliance code. Dit is een bewuste keuze om via harmonisatie naleving, controleerbaarheid binnen onze supply chain te stimuleren. Daarmee is onze gedragscode leidend in de relatie met onze leveranciers. Wij verzoeken u daarom te bevestigen dat het aanleveren van onze Supplier Code of Conduct, die zowel voor de inschrijver als de legal én technical manufacturers geldt en contractueel tot stand komt, volstaat voor het verkrijgen van de maximale score van 100 punten binnen dit onderdeel. Dit is consistent met de voorgaande tender van de interventiestatieven – Tendernummer 527168.	Ja, dat kunnen we bevestigen, mits vraagsteller gestelde inbedding ook aantonen kan.
119	2	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene inkoopvoorwaarden, artikel 8.1 tm 8.3, 35 (vraag 47 Nvl 1)	Dank voor de bevestiging. Zou u dit willen reflecteren in de aangepaste contractsdocumentatie?	In de definitieve versie van het contract kan deze bevestiging meegenomen worden

120	2	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU, Artikel 22.6 (vraag 18 Nvl 1)	Akkoord om in gesprek te gaan om type relaties vast te stellen. In aanvulling: is Instelling bereid, deze bepaling wederkerig te maken en een bekendheidsvereiste toe te voegen? Het gaat immers om financiële relaties over en weer. Gelet op de omvang van Leverancier en Instelling is het niet eenvoudig een volledig overzicht te krijgen. Kunt u instemmen met het volgende artikel: Leverancier en UMC zullen, voor zover hen bekend, actief alle (financiële) relaties tussen individuele medewerkers van UMC (zoals gedefinieerd in artikel 20.2) en Leverancier schriftelijk over en weer mededelen.	Erasmus MC blijft bij het antwoord zoals gegeven bij vraag 18 van Nota van Inlichtingen 1
121	2	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - Artikel 16.8 (vraag 30 Nvl 1)	“U geeft aan dat u niet akkoord kunt gaan met eventuele doorgifte buiten de EER. Indien doorgifte buiten de EER niet akkoord is, zou dit impact kunnen hebben op de dienstverlening, bijvoorbeeld met betrekking tot beschikbaarheid van specifieke expertise of het gebruik van remote access oplossingen. Voor reeds bestaande diensten van leverancier, waarbij ook sprake kan zijn van doorgifte buiten de EER, hebben Erasmus MC en leverancier reeds afspraken hierover gemaakt, waaronder dat leverancier maatregelen neemt om te zorgen dat voldaan wordt aan geldende wet- en regelgeving, met name de AVG. Deze afspraken zijn vastgelegd in de verwerkersovereenkomst tussen Erasmus MC en leverancier. U geeft bij de vraag op artikel 16.6 aan dat u akkoord gaat met het van toepassing verklaren van de bestaande verwerkersovereenkomst op de nieuwe overeenkomst. Kunt u bevestigen dat dit betekent dat in geval van gunning de bestaande afspraken tussen Erasmus MC en leverancier rondom doorgifte buiten de EER, zoals vastgelegd in de verwerkersovereenkomst, ook van toepassing zullen zijn op de nieuwe overeenkomst?”	Dat kunnen wij bevestigen
122	2	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 5a invuldocument SSO, artikel 6.5 (NVI-1 vraag 62)	Kunt u een maximum toevoegen?	De maximum vergoeding wordt gesteld op 100% van de factuurprijs per jaar.

123	2	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden NFU - punt 15.3	Onder 15.3 gaat het om het op verzoek aanleveren van een 'grondstoffenpaspoort'. Kunt u aangeven wat uw definitie is van een grondstoffenpaspoort?	Dit verwijst naar een document waarin staat welke materialen en grondstoffen zijn gebruikt in het product, inclusief herkomst, samenstelling, en eventueel recyclebaarheid.
124	2	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 5a Samenstelling-Overeenkomst-invuldocument-SSO-versie-4.1 (1)	Ref.Nr. 95 2.15 Uptime. Wij stellen voor deze passage te wijzigen in: Indien leverancier niet voldoet aan haar garantie ten aanzien van de beschikbaarheid van het systeem zal creditering door leverancier als volgt plaatsvinden. Bij een beschikbaarheid van: 1% onder de overeengekomen uptime: 5% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding 2% onder de overeengekomen uptime: 10% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding 3% onder de overeengekomen uptime: 15 van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding 4% onder de overeengekomen uptime: 20% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding 5% of meer onder de overeengekomen uptime: 25% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding Indien leverancier constateert dat de uptime niet behaald dreigt te worden dan zal leverancier ook buiten de normale productietijd werken aan het voorkomen van het niet behalen van de uptime. De hierdoor ontstane extra kosten komen voor rekening van leverancier.	Niet akkoord
125	2	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 5a Samenstelling-Overeenkomst-invuldocument-SSO-versie-4.1 (1)	Ref.Nr. 97 6.5 Vergoedingspercentage. Wij stellen voor deze passage te wijzigen in: Overeengekomen vergoedingspercentage bij overschrijding maximum responsetijd ingeval van storingen 5% van factuurprijs per keer	Niet akkoord

126	2	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen	Bijlage 7 Formulier gebruikerstest C-bogen 536390 - NVI 1 vraag 66	Onze voorkeur voor de gebruikerstest is gewijzigd naar 8 oktober en anders 7 oktober. Zou dat mogelijk zijn?	Erasmus MC probeert hier rekening mee te houden.
127	2	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Offerte leidraad Hoofdstuk 4.1 Inschrijvingsprocedure 4.1 Belangrijke data	Dank voor de verlenging. Graag maken wij hierbij onze voorkeur kenbaar om onze gebruikerstest te plannen op 7 of 8 oktober. Zou dit mogelijk zijn?	Erasmus MC probeert hier rekening mee te houden.
128	2	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 1 PvE en PvW Perceel 1 en 2 PvE Vraag 2.8	Wij begrijpen dat het in het belang van Erasmus MC is om zoveel mogelijk zekerheid te krijgen dat systemen toekomstbestendig zijn en geen verouderde technologie bevatten. Tegelijkertijd achten wij de KO-bepaling zoals nu geformuleerd niet uitvoerbaar of in balans met de praktijk van medische technologie en het leveranciersbelang. Het kosteloos uitvoeren van upgrades, toevoegen van opties of zelfs het volledig omruilen van systemen binnen twee jaar legt een onbeheersbaar risico volledig bij de leverancier. Levering en ondersteuning van medische beeldvormende systemen vraagt om een partnership gebaseerd op samenwerking en redelijkheid, en deze KO-bepaling draagt daar in de huidige vorm niet aan bij. Ons voorstel ter vervanging van de KO-eis: • Leverancier garandeert dat uitsluitend systemen met de laatste generatie hard- en software bij levering worden geïnstalleerd. • Gedurende de contractperiode worden alle beschikbare software-updates geleverd conform MDR-verplichtingen en afgesloten servicecontracten. • Nieuwe optionele functies of hardwaregeneraties die na gunning wereldwijd beschikbaar komen, kunnen desgewenst commercieel worden aangeboden, maar vallen niet kosteloos binnen de scope van deze aanbesteding. Wij verzoeken u dit voorstel te accepteren als een redelijke en werkbare invulling van de KO-eis, die zowel het belang van Erasmus MC als dat van de leverancier borgt en de basis legt voor een duurzame samenwerking.	Het Erasmus MC begrijpt uw beredenering en heeft besloten de termijn van twee jaar te wijzigen naar één jaar na gunning.

129	2	Perceel 1 Mobiele 2D C-bogen, Perceel 2 Mobiel 3D C-boog systeem	Bijlage 1 en Bijlage 1A	In de Nota van Inlichtingen is aangegeven dat minimaal één positioneringslaser aanwezig dient te zijn. Wij bieden standaard één laser en daarnaast de mogelijkheid voor een tweede laser, waarmee het oorspronkelijke doel van de KO-eis volledig wordt ingevuld en de positionering verder wordt geoptimaliseerd. Kunt u bevestigen dat het aanbieden van extra positioneringslaser wordt meegenomen als meerwaarde in de beoordeling, in de vorm van extra punten?	Voor een tweede positioneringslaser worden geen extra punten toegekend.
-----	---	--	-------------------------	--	---