Onderhoud- en inspectierapport

Endress+Hauser
People for Process Automation

Endress+Hauser BV
Nikkelstraat 6, NL-1411 AJ Naarden
Tel: +31 35 6958611 Fax: +31 35 695 8825
Certified ISO 9001:2015 nr. 19132

Rapportnummer
Inspectiedatum **10 november 2022**

Opdrachtgever

Klantnaam	**Waterschap Hollandse Delta**
	Hoofdkantoor
Adres	**Handelsweg 100**
Postcode / Plaats	**2988 DC RIDDERKERK**
Serviceordernr.	**004402957443**

Montageadres

Klantnaam	**Waterschap Hollandse Delta**
	RWZI Heenvliet
Adres	**Oost Kanaaldijk 3**
Postcode / plaats	**3218 LE Heenvliet**
Contactpersoon	**Afdeling meet- en regeltechniek**

Instrumentgegevens

Instrumenttype	**CSF48-172A2/0**
Serienummer	**PA008A05D00**
Beschrijving	**Monstername INF RWZI Heenvliet**
Fabrikant	**Endress+Hauser**
Parameter	**Analyse**
Medium	**Afvalwater**

Actueel programma	**Programma 1**			
Start conditie	**Extern**	**signaal**		
Flessen verdeling	**2**	**vat**	**25**	**liter**
Doseer volume software	**1**	**x**	**50**	**ml**
Doseer volume effectief	**1**	**x**	**50**	**ml**
Monstername modus	**Ext sign.**			

Ingang	**Binair**	**ing**	**S1**
Vatwissel	**Extern signaal**		
Vat wissel sign.	**Bin. Ing. S2**		
Meerdere vaten	**0**		
Doel temperatuur	**4**	**°C**	
Aflaten monster	**Drukloos**		

Gebruikte meetmiddelen

Beschrijving	Serienummer	Certificaat nummer	Kalibratiedatum	Geldig tot
Druktester -1 Bar / 3 Bar	**N.V.T.**	**N.V.T.**		

Gebruikte SOP's voor onderhoud

SOP-nummer	SOP beschrijving
INS-55004	**Instructie voor: Vacuüm monsternamesystemen**
SOP-20005	**Standard Operating Procedure for Preparation of On-Site Maintenace**
SOP-20006	**Standard Operating Procedure for Completion of On-Site Maintenace**

Onderhoud checklist / Situatie bij aankomst

Montage / inbouw	☑ OK	☐ Niet OK
Visuele inspectie	☑ OK	☐ Niet OK
Testen van de elektronica	☑ OK	☐ Niet OK
Druktest	☑ OK	☐ Niet OK
Temperatuur regeling	☑ OK	☐ Niet OK
Onderhoud volgens procedure	☑ OK	☐ Niet OK

Onderhouds-/Inspectieresultaat ☑ OK ☐ Niet OK

Opmerkingen

Instrument schoongemaakt vervolgens gecontroleerd op functioneren. Preventief zijn de volgende onderdelen verbruikt die uit de onderhoudskit komen: filter kast, monsternameglas, afvoerslang, afvoerpijpje, diverse o-ringen, rollmembraan en filter luchtsysteem. Tevens is de buitenslang gecontroleerd op vervuiling en preventief doorgesprikt. Druk van vacuümsysteem is gecontroleerd m.b.v. een drukmeter.

Servicetechnicus **Remko Kenter**
Handtekening

Printdatum **10 november 2022**