Onderhoud- en inspectierapport
050QT200004

Endress+Hauser
People for Process Automation

Endress+Hauser BV
Nikkelstraat 6, NL-1411 AJ Naarden
Tel: +31 35 6958611 Fax: +31 35 695 8825
Certified ISO 9001:2015 nr. 19132

Rapportnummer	GTA03EWF5
Inspectiedatum	oktober 03, 2022

Opdrachtgever

Klantnaam	Waterschap Hollandse Delta Hoofdkantoor
Adres	Handelsweg 100
Postcode / Plaats	2988 DC RIDDERKERK
Serviceordernr.	004402956646

Montageadres

Klantnaam	Waterschap Hollandse Delta RWZI Strijen
Adres	Sportlaan 30
Postcode / plaats	3291 TN Strijen
Contactpersoon	Afdeling Meet en regeltechniek

Instrumentgegevens

Instrumenttype	CUS51D-11H3/0
Serienummer	P9045705T00
Beschrijving	Drogestofsensor RWZI Strijen
Fabrikant	Endress+Hauser
Tagnummer	050QT200004
Parameter	Troebelheid
Medium	Afvalwater
Temperatuur	18,2 °C

Meetbereik	0	tot	10	g/l
Uitgangssignaal	4	tot	20	mA

Aanwijzing instrument	3,02	g/l
Aanwijzing monster	2,98	g/l

Toebehoren / Componenten

Type	Beschrijving	Serienummer
CM442-AHK7/0	Droge stof transmitter	P90F9D05G00

Gebruikte meetmiddelen

Beschrijving	Serienummer	Certificaat nummer	Kalibratiedatum	Geldig tot
NL-TF-EM-0718 Multimeter	27510060	2356003	juli 10, 2021	juli 10, 2023

Gebruikte SOP's voor onderhoud

SOP-nummer	SOP beschrijving
SOP-20003	Standard Operating Procedure for Preparation of On-Site Verification
SOP-20004	Standard Operating Procedure for Completion of On-Site Verification

Onderhoud checklist / Situatie bij aankomst

Inbouw/toepassing	☑ OK	☐ Niet OK
Visuele inspectie	☑ OK	☐ Niet OK
Electrische controle	☑ OK	☐ Niet OK
Sensor controle	☑ OK	☐ Niet OK
Uitgangs signaal Check	☑ OK	☐ Niet OK
Onderdelen vervanging en reiniging	☑ OK	☐ Niet OK

Onderhouds-/Inspectieresultaat ☑ OK ☐ Niet OK

Opmerkingen

Transmitter en sensor gecontroleerd. De klant heeft op eerdere momenten de droge stof waarde bepaald. Deze waarde stonden op de lijst die op de RWZI lag. Deze waarden zijn vergeleken met de aanwijzing van het instrument. Deze kwamen volgens de specificaties overeen. Er zijn geen parameters gewijzigd.



Servicetechnicus Remko Kenter
Handtekening

Printdatum oktober 03, 2022