

Medelingen Aanbestedende dienst

Toegevoegd bij deze 2e Nota van inlichtingen

Gewijzigd prijzenblad, bijlage 5A revisie 2

Gewijzgde Bijlage 7 Overzicht storingsmagazijn Endress + Hauser 2023 revisie 1

Bijlage 14 Raming aantal Kuvettentesten

Ref. nr.	Fase	Onderwerp	Vraag	Antwoord
15a	Inschrijffase	Vragen t.b.v Nota 2	Cel D38 in het gewijzigde prijzenblad is niet bewerkbaar, daardoor is de voorraadwaarde niet in te vullen in het gewijzigde prijzenblad. Kunt u dit aanpassen?	De opmerking is juist. Bij deze 2e Nota van inlichtingen is een gewijzigde Bijlage 5a Prijzenblad rev.2 toegevoegd.
15b	Inschrijffase	Vragen t.b.v Nota 2	Bijlage 7: Kolom I & J & K & L: wat dient inschrijver hier te vermelden?	Alleen kolom I (groene cellen) moet door de inschrijver worden ingevuld. De ander kolommen zijn voor intern gebruik. Aan deze 2e nota is een gewijzigde bijlage 7 Overzicht storingsmagazijn Endress + Hauser revisie 1 toegevoegd. Het totaalbedrag van kolom I moet inschrijver overzetten naar cel D38 van het prijzenblad voor perceel 1 (bijlage 5A, rev.2).
15c	Inschrijffase	Vragen t.b.v Nota 2	Bijlage 5A - CEL: D34 gewijzigde Prijzenblad perceel 1: Voorrijdkosten worden niet goed berekend. Totaalkosten moeten zijn: Tarief*30 vervangingen	De opmerking is juist. Bij deze 2e Nota van inlichtingen is een gewijzigde Bijlage 5a Prijzenblad rev.2 toegevoegd.
16	Inschrijffase	Programma v Eisen	Mag een bestaand onderhoudscontract met WSHD opgegeven worden als referentieopdracht voor de Kerncompetitie?	Ja, dat mag. Mits wordt voldaan aan alle minimumeisen die zijn opgenomen in paragraaf 3.2.2 van de inschrijvingsleidraad.
17	Inschrijffase	Programma v Eisen	De ammonium, fosfaat en nitraat meters van perceel 2 worden volgens de inschrijvingsleidraad op korte termijn uitgefaseerd. Is training van het WSHD personeel op deze apparatuur dan nog nodig? Omdat er onder andere apparatuur voor de training in bruikleen beschikbaar gesteld moet worden door de leverancier gedurende de looptijd van de raamovereenkomst, brengt dit kosten met zich mee die in de inschrijfprijs verwerkt zullen worden.	Ja, training is wel relevant want niet op alle locaties worden de ammonium-, fosfaat- en nitraat meters uitgefaseerd.
18	Inschrijffase	Programma v Eisen	Kalibratie van de elektronische pipetten uit perceel 2 kan alleen gebeuren bij de leverancier van deze pipetten. Hiervoor moeten de pipetten opgestuurd worden. Onderhoud en controle kan wel op de locatie van WSHD uitgevoerd worden. Wil de aanbesteden dienst daadwerkelijk een kalibratie, of is onderhoud en controle ook voldoende?	De pipetten mogen niet opgestuurd worden. Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de pipet de voor deze pipet ingestelde hoeveelheid opzuigt. Dit kan op locatie gebeuren en hoe opdrachtnemer dat doet is aan hem.
19	Inschrijffase	Programma v Eisen	Kan de opdrachtgever aangeven of er in de ATEX-zone op Sluisjesdijk apparatuur uit perceel 2 hangt dat onderhouden dient te worden?	Nee. Er bevindt zich geen apparatuur uit perceel 2 in de ATEX-zone op Sluisjesdijk.
20	Inschrijffase	Programma v Eisen	Kan de opdrachtgever aangeven wat de verwachte ontwikkeling van grootte is van perceel 2 in de loop van het contract? Er is immers sprake van het uitfasen van de ammonium, fosfaat en nitraat meters.	Zoals aangegeven in paragraaf 1.6 van de leidraad zal WSHD aan het begin van een nieuw contractjaar aangeven welke instrumenten gedurende dat contractjaar uit onderhoud zullen worden gehaald.
24	Inschrijffase	Verdeling perceel 2	In perceel 2 worden ook de onderhoudskosten voor de online meetinstrumenten uitgevraagd, naast het onderhoud voor de spectrofotometers en de elektronische pipetten. Dient inschrijver op beide onderdelen in te schrijven om de opdracht gegund te krijgen? In deze markt is het aantal aanbieders dat beide onderdelen kan leveren zeer minimaal, waardoor er ons inziens geen eerlijk speelveld wordt gecreëerd en andere leveranciers worden uitgesloten die geen onderhoud aan online meetapparatuur kunnen faciliteren, maar wel aan spectrofotometers en pipetten.	Inschijver dient inderdaad op beide onderdelen voor perceel 2 in te schrijven. Uit het oogpunt van beschikbare capaciteit, beheersbaarheid, planning en coördinatie wil WSHD het aantal onderhoudscontracten beperkt houden en daarom is ervoor gekozen om de opdracht voor perceel 2 als één geheel in de markt te zetten. Inschijver kan voor onderdelen van de opdracht die hij zelf niet kan uitvoeren, samenwerking zoeken met andere partijen en inschrijven in de vorm van een combinatie of onderaanneming.

Ref. nr.	Fase	Onderwerp	Vraag	Antwoord
25	Inschrijffase	Kuvettentesten	In het prijzenblad voor perceel 2 noemt opdrachtgever een fictieve waarde per jaar voor de kuvettentesten. Kan inschrijver het jaarverbruik per kuvettentest openbaar maken?	Het huidige jaarverbuik voor de kuvettentesten is als bijlage 14 bij deze Nota van inlichtingen gevoegd. Deze aantallen zullen gedurende de contracttermijn minder worden, omdat er instrumenten worden uitgefaseerd. Aan deze aantallen kan inschrijver geen rechten ontleden. In het geval dat er andere kuvettentesten worden aangeboden dient inschrijver de gelijkwaardigheid van deze kuvettentesten aan te tonen,. In ieder geval wordt daaronder verstaan dat deze andere kuvettentesten op dezelfde wijze functioneren en herkenbaar te zijn voor het instrument waarin ze worden gebruikt als het geval is met de de kuvettentesten die nu worden gebruikt.
26	Inschrijffase	Verwarmingsblokken	In perceel 2 in de instrumentenlijst ziet inschrijvende partij geen verwarmingsblokken opgenomen bij de spectrofotometers. Gebruikt WSHD deze niet en hoeft hier dus geen onderhoud op te worden uitgevoerd?	Nee. Er worden geen verwarmingsblokken bij de spectrofotometers gebruikt.