

Algemene informatie

Aanbesteding: Levering Troponine meetapparatuur
Aanbestedende Dienst: Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Referentie: VRGZ/25/IM0079

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1	Onderwerp: Beschikbare communicatiemogelijkheden Vraag: Wat zijn de communicatiemogelijkheden (WIFI en/of bedraad) in de ambulance en op de ambulancepost? Antwoord: Op alle ambulanceposten is een WIFI verbinding beschikbaar. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Percelen: P1 Levering Troponine meetapparatuur Beantwoord op: 14 jul. 2025
Ref.nr. 2	Onderwerp: Kosten fabrieksgarantie Vraag: De leverancier dient een fabrieksgarantie van 7 jaar aan te bieden. Kan deze kostenpost als een aparte post worden opgevoerd of moet dit verwerkt zitten in de prijs van de analyzer of licentiekosten? Antwoord: In de aangepaste inschrijfstaat is een aparte post opgenomen waar de kosten voor de fabrieksgarantie opgenomen kunnen worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering Troponine meetapparatuur

Beantwoord op:

14 jul. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Aansprakelijkheid

Vraag:

Kan de aansprakelijkheid worden aangepast naar €2.000.000 per claim en een maximum van €2.500.000 per jaar?

Antwoord:

Akkoord. De inschrijvingsleidraad en de overeenkomst zijn hierop aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering Troponine meetapparatuur

Beantwoord op:

14 jul. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

ARIV-2018

Vraag:

mededeling van aanbestedende dienst: per abuis zijn de ariv-2018 niet toegevoegd bij de publicatie.

Antwoord:

De ARIV-2018 is bij de documenten onder de nota van inlichtingen bijgevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering Troponine meetapparatuur

Beantwoord op:

14 jul. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Verbruiksmaterialen inschrijfstaat

Vraag:

In de inschrijfstaat wordt vermeld dat alle noodzakelijke verbruiksmaterialen voor de analyse gespecificeerd moeten worden, inclusief materiaal voor de monsterafname. Is dit ook het geval als voor de monsterafname een regulier spuitje gebruikt mag worden? Of geldt dit voor specifiek analyzer afhankelijk (monster) materiaal/ applicator, wat doorgaans niet aanwezig is in de ambulance?

Antwoord:

Alle verbruiksmaterialen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de analyse en die niet standaard aanwezig zijn in de ambulance, dienen te worden gespecificeerd en geprijsd in de inschrijfstaat. Dit betreft onder andere POCT meter-specifieke materialen zoals testcassettes, pipetten, applicators of andere toebehoren die benodigd zijn voor het functioneren van de POCT meter.

Regulier afnamemateriaal, zoals standaard spuitjes, dat reeds aanwezig is in de ambulance en niet specifiek vereist is door de POCT meter, hoeft niet te worden afgeprijsd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering Troponine meetapparatuur

Beantwoord op:

21 jul. 2025