

Algemene informatie

Aanbesteding: Hoog-resolutie massaspectrometrie systeem
Aanbestedende Dienst: Aqualysis
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 47
Onderwerp: Bijlage 9 - Applicatietest analysewerkplan

Vraag:

Tijdens het meten van de monsters is gebleken dat bij onderdeel 2, Target screening waarvoor een referentiestandaard TS is meegestuurd (bijlage 9) twee (2) van de acht (8) componenten ontbreken, te weten Atrazine en Benzotriazol kan aanbestedende dienst bevestigen dat deze twee componenten ontbreken?

Antwoord:

Aanbestedende dienst kan dit bevestigen. Tijdens het bereiden van de monsters zijn de componenten Atrazine en Benzotriazol per kennelijke ommissie niet toegevoegd aan de monsters voor de Target screening. Aanbestedende dienst kan bevestigen dat de overige zes componenten wel zijn toegevoegd aan de monsters. Een nieuwe versie van bijlage 9 is bij deze nota van inlichtingen toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Hoog-resolutie massaspectrometrie systeem

Beantwoord op: 2 feb 2026