

Algemene informatie

Aanbesteding:	Hoog-resolutie massaspectrometrie systeem
Aanbestedende Dienst:	Aqualysis
Referentie:	-

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr.	Onderwerp:
49	Aanvulling / verduidelijking beoordelingsprotocol

Vraag:

Ter voorbereiding op de sluiting van de aanbesteding heeft de aanbestedende dienst het beoordelingsprotocol opnieuw gecontroleerd. Daarbij is geconstateerd dat de PFAS-samples zijn aangemaakt in een andere oplosverhouding dan in het protocol is vermeld.

In het protocol is een afwijkende verhouding opgenomen. De daadwerkelijk gebruikte verhouding betreft 98% water en 2% ethanol.

Naar aanleiding van deze constatering heeft een interne analyse plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat de gehanteerde oplosverhouding geen invloed heeft op de samenstelling, stabiliteit of beoordeling van de monsters. De beoordeling vindt derhalve plaats op basis van de verstrekte samples, zonder dat deze afwijking gevolgen heeft voor de uitkomst van de beoordeling.

Voor het overige blijven de aanbestedingsstukken ongewijzigd van kracht.

Antwoord:

Aanvulling / verduidelijking beoordelingsprotocol

Ter voorbereiding op de sluiting van de aanbesteding heeft de aanbestedende dienst het beoordelingsprotocol opnieuw gecontroleerd. Daarbij is geconstateerd dat de PFAS-samples zijn aangemaakt in een andere oplosverhouding dan in het protocol is vermeld.

In het protocol is een afwijkende verhouding opgenomen. De daadwerkelijk gebruikte verhouding betreft 98% water en 2% ethanol.

Naar aanleiding van deze constatering heeft een interne analyse plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat de gehanteerde oplosverhouding geen invloed heeft op de samenstelling, stabiliteit of beoordeling van de monsters. De beoordeling vindt derhalve plaats op basis van de verstrekte samples, zonder dat deze afwijking gevolgen heeft voor de uitkomst van de beoordeling.

Voor het overige blijven de aanbestedingsstukken ongewijzigd van kracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Hoog-resolutie massaspectrometrie systeem

Beantwoord op: 11 feb 2026