**1. Koper**

**1.1 Koper**

| | |
|---|---|
| Officiële naam: | Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) / Poliklinische Apotheek UMCG |
| Rechtsvorm van de koper: | Publiekrechtelijke instelling |
| Activiteit van de aanbestedende dienst: | Gezondheid |

**2. Procedure**

**2.1 Procedure**

| | |
|---|---|
| Titel: | Vrijwillige transparantie vooraf voor de aanschaf van een DEXA systeem |
| Beschrijving: | Binnen de afdeling NGMB maken wij momenteel gebruik van een DEXA-scanner van het merk Hologic, die inmiddels meer dan 10 jaar oud is. Deze scanner vertoont steeds vaker storingen en functioneert niet meer betrouwbaar, wat de continuïteit van zorg in gevaar brengt. De scanner heeft zijn normale levensduur ruimschoots overschreden. Bovendien heeft Hologic op dit moment geen opvolgend model beschikbaar op de markt dat aan onze vervangingsbehoefte kan voldoen. Om tot een passende vervanging te komen, is een marktconsultatie uitgevoerd om te onderzoeken welke leveranciers een technisch en klinisch geschikt alternatief kunnen bieden. De nadruk in de consultatie lag op: Vooral: continuïteit van zorg en overdraagbaarheid van onze bestaande -- database met patiëntgegevens -Technische prestaties van de scanner -Kwaliteit van service en ondersteuning -Training en implementatie Onze huidige database bevat meer dan 10 jaar aan DEXA-scans, die essentieel zijn voor de lange termijn opvolging van patiënten, waaronder veel chronische patiënten die jaarlijks terugkomen. De mogelijkheid om deze historische data op een valide en gecertificeerde manier over te dragen naar het nieuwe systeem is een cruciale vereiste. Twee leveranciers hebben gereageerd op de marktconsultatie: DUOMED en Fujifilm. De ingediende documenten zijn onafhankelijk beoordeeld door 2 klinisch fysici en 1 nucleaire geneeskundige, met als unanieme conclusie dat alleen het systeem van DUOMED voldoet aan de gestelde eisen. Belangrijkste overweging: continuïteit van zorg DUOMED biedt als enige een gevalideerde procedure voor datamigratie: bestaande Hologic-scans kunnen correct overgezet, opnieuw geanalyseerd en gekalibreerd worden, waardoor volledige vergelijkbaarheid in vervolgmetingen behouden blijft. Fujifilm daarentegen geeft aan dat data-overdracht niet mogelijk is. Zij stellen slechts dat "waarden van verschillende systemen binnen marges zouden moeten vallen", zonder inhoudelijke onderbouwing of oplossing. Dit maakt het voorstel van Fujifilm voor ons ongeschikt en vormt een knock-outcriterium. Aanvullende redenen om voor DUOMED te kiezen: • Technologische superioriteit: Het systeem van DUOMED biedt aantoonbaar betere resolutie en detectiecapaciteit dankzij unieke hardwarecomponenten (x10 beter). Dit resulteert in superieure beeldkwaliteit, zowel klinisch als wetenschappelijk van groot belang. • Ervaring en ondersteuning: DUOMED heeft een sterk netwerk in Nederland, met meerdere installaties en serviceteams, ook in onze regio. Fujifilm kon geen contactinformatie aanleveren van systemen die sinds 2022 in Nederland zijn geïnstalleerd. • Training en implementatie: Alleen DUOMED heeft een concreet, gedetailleerd trainings- en implementatieplan aangeleverd. Fujifilm heeft hierop niet gereageerd. |
| Identificatiecode van de procedure: | 06b7f985-d351-4fea-8280-ba84991cc288 |
| Eerdere aankondiging : | 989a4b45-0262-434b-94b4-19777833f585-01 |
| Interne identificatiecode: | T162949 |
| Type procedure: | Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging |

**2.1.1 Doel**

| | |
|---|---|
| Aard van het contract : | Leveringen |
| Belangrijkste classificatie (cpv): | 33111660 Botdensitometers |



Rijksoverheid

| | |
|---|---|
| Aanvullende classificatie (cpv): | 33110000 Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik |

**2.1.2 Plaats van uitvoering**

| | |
|---|---|
| Land: | Nederland |

Overal in het desbetreffende land

| | |
|---|---|
| Aanvullende informatie: | Zie documentatie |

**2.1.3 Waarde**

| | |
|---|---|
| Geraamde waarde exclusief btw: | 165 000 Euro |

**2.1.4 Algemene informatie**

Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

**5. Perceel**

**5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0000**

| | |
|---|---|
| Titel: | Vrijwillige transparantie vooraf voor de aanschaf van een DEXA systeem |
| Beschrijving: | Binnen de afdeling NGMB maken wij momenteel gebruik van een DEXA-scanner van het merk Hologic, die inmiddels meer dan 10 jaar oud is. Deze scanner vertoont steeds vaker storingen en functioneert niet meer betrouwbaar, wat de continuïteit van zorg in gevaar brengt. De scanner heeft zijn normale levensduur ruimschoots overschreden. Bovendien heeft Hologic op dit moment geen opvolgend model beschikbaar op de markt dat aan onze vervangingsbehoefte kan voldoen. Om tot een passende vervanging te komen, is een marktconsultatie uitgevoerd om te onderzoeken welke leveranciers een technisch en klinisch geschikt alternatief kunnen bieden. De nadruk in de consultatie lag op: Vooral: continuïteit van zorg en overdraagbaarheid van onze bestaande -- database met patiëntgegevens -Technische prestaties van de scanner -Kwaliteit van service en ondersteuning -Training en implementatie Onze huidige database bevat meer dan 10 jaar aan DEXA-scans, die essentieel zijn voor de lange termijn opvolging van patiënten, waaronder veel chronische patiënten die jaarlijks terugkomen. De mogelijkheid om deze historische data op een valide en gecertificeerde manier over te dragen naar het nieuwe systeem is een cruciale vereiste. Twee leveranciers hebben gereageerd op de marktconsultatie: DUOMED en Fujifilm. De ingediende documenten zijn onafhankelijk beoordeeld door 2 klinisch fysici en 1 nucleaire geneeskundige, met als unanieme conclusie dat alleen het systeem van DUOMED voldoet aan de gestelde eisen. Belangrijkste overweging: continuïteit van zorg DUOMED biedt als enige een gevalideerde procedure voor datamigratie: bestaande Hologic-scans kunnen correct overgezet, opnieuw geanalyseerd en gekalibreerd worden, waardoor volledige vergelijkbaarheid in vervolgmetingen behouden blijft. Fujifilm daarentegen geeft aan dat data-overdracht niet mogelijk is. Zij stellen slechts dat "waarden van verschillende systemen binnen marges zouden moeten vallen", zonder inhoudelijke onderbouwing of oplossing. Dit maakt het voorstel van Fujifilm voor ons ongeschikt en vormt een knock-outcriterium. Aanvullende redenen om voor DUOMED te kiezen: • Technologische superioriteit: Het systeem van DUOMED biedt aantoonbaar betere resolutie en detectiecapaciteit dankzij unieke hardwarecomponenten (x10 beter). Dit resulteert in superieure beeldkwaliteit, zowel klinisch als wetenschappelijk van groot belang. • Ervaring en ondersteuning: DUOMED heeft een sterk netwerk in Nederland, met meerdere installaties en serviceteams, ook in onze regio. Fujifilm kon geen contactinformatie aanleveren van systemen die sinds 2022 in Nederland zijn geïnstalleerd. • Training en implementatie: Alleen DUOMED heeft een concreet, gedetailleerd trainings- en implementatieplan aangeleverd. Fujifilm heeft hierop niet gereageerd. |
| Interne identificatiecode: | T162949 |

**5.1.1 Doel**

| | |
|---|---|
| Aard van het contract : | Leveringen |
| Belangrijkste classificatie (cpv): | 33111660 Botdensitometers |



Rijksoverheid

| | |
|---|---|
| Aanvullende classificatie (cpv): | 33110000 Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik |

**5.1.2 Plaats van uitvoering**

| | |
|---|---|
| Land: | Nederland |

Overal in het desbetreffende land

| | |
|---|---|
| Aanvullende informatie: | Zie documentatie |

**5.1.5 Waarde**

| | |
|---|---|
| Geraamde waarde exclusief btw: | 165 000 Euro |

**5.1.6 Algemene informatie**

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

| | |
|---|---|
| De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): | ja |

**5.1.10 Gunningscriteria**

Criterium:

| | |
|---|---|
| Type: | Prijs |
| Naam: | Vrijwillige Transparantie vooraf |
| Beschrijving: | Vrijwillige Transparantie vooraf |
| Categorie van het gunningscriterium gewicht: | Vaste waarde (totaal) |
| Gunningscriterium numerieke waarde: | 250 000 |

**5.1.15 Technieken**

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Geen dynamisch aankoopsysteem

**5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie**

| | |
|---|---|
| Organisatie voor beroepsprocedures: | Rechtbank Noord Nederland |
| Informatie over de termijnen voor beroep: | geen bezwaren binnengekomen |

**6. Resultaten**

| | |
|---|---|
| Waarde van alle contracten toegekend in deze kennisgeving: | 165 000 Euro |

Onderhandse gunning:

| | |
|---|---|
| Rechtvaardiging voor onderhandse gunning: | De opdracht kan alleen door een bepaalde ondernemer worden uitgevoerd wegens het ontbreken van mededinging om technische redenen<br><br>Belangrijkste overweging: continuïteit van zorg DUOMED biedt als enige een gevalideerde procedure voor datamigratie: bestaande Hologic-scans kunnen correct overgezet, opnieuw geanalyseerd en |



Rijksoverheid

| | |
|---|---|
| Andere rechtvaardiging: | gekalibreerd worden, waardoor volledige vergelijkbaarheid in vervolgmetingen behouden blijft. Fujifilm daarentegen geeft aan dat data-overdracht niet mogelijk is. Zij stellen slechts dat "waarden van verschillende systemen binnen marges zouden moeten vallen", zonder inhoudelijke onderbouwing of oplossing. Dit maakt het voorstel van Fujifilm voor ons ongeschikt en vormt een knock-outcriterium. |

**6.1 ID resultaat perceel: LOT-0000**

Er is ten minste één winnaar gekozen.

**6.1.2 Informatie over winnaars**

| | |
|---|---|
| Winnaar: | |
| Officiële naam: | Duomed The Netherlands B.V. |
| Inschrijving: | |
| Identificatiecode van de inschrijving: | T162949 |
| Identificatiecode van het perceel of de groep percelen: | LOT-0000 |
| Waarde van de aanbesteding: | 165 000 Euro |
| De inschrijving is gerangschikt: | neen |
| De inschrijving is een variant: | neen |
| Onderaanneming: | Neen |
| Informatie over het contract: | |
| Identificatiecode van het contract: | UMCG - 99509xx |
| Titel: | Aanschaf van een DEXA systeem |
| Datum waarop de winnaar is gekozen: | 07/07/2025 |

**6.1.4 Statistische informatie**

| | |
|---|---|
| Samenvatting van de door de koper ontvangen beroepen: | |
| Aantal klagers: | 0 |
| Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname: | |
| Type van de ontvangen inschrijvingen: | Inschrijvingen |
| Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname: | 1 |

**8. Organisaties**

**8.1 ORG-0001**

| | |
|---|---|
| Officiële naam: | Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) / Poliklinische Apotheek UMCG |
| Registratienummer: | 01169570 |
| Postadres: | Hanzeplein 1 |
| Stad: | Groningen |
| Postcode: | 9713GZ |
| Onderverdeling land (NUTS): | Overig Groningen (NL115) |



Rijksoverheid

| | |
|---|---|
| Land: | Nederland |
| Contactpunt: | Ludolf Boven |
| E-mail: | l.g.boven@umcg.nl |
| Telefoon: | +31655257527 |
| Kopersprofiel: | https://s2c.mercell.com/buyer/5554 |

Rollen van deze organisatie:

Koper

**8.1 ORG-0002**

| | |
|---|---|
| Officiële naam: | Rechtbank Noord Nederland |
| Registratienummer: | 82950385 |
| Postadres: | Guyotplein 1 |
| Stad: | Groningen |
| Postcode: | 9712NX |
| Onderverdeling land (NUTS): | Overig Groningen (NL115) |
| Land: | Nederland |
| E-mail: | info-inkoop@umcg.nl |

Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

**8.1 ORG-0003**

| | |
|---|---|
| Officiële naam: | Duomed The Netherlands B.V. |
| Omvang van de ondernemer: | Middelgroot |
| Registratienummer: | 30186632 |
| Stad: | Veenendaal |
| Postcode: | 3925PG |
| Onderverdeling land (NUTS): | Utrecht (NL350) |
| Land: | Nederland |

Rollen van deze organisatie:

Inschrijver

Winnaar van deze percelen: LOT-0000

**Informatie over een aankondiging**

| | |
|---|---|
| Identificatiecode /versie van de aankondiging: | 25e225fa-fc9f-4b5d-8d1b-b7b19d803938 - 01 |
| Type formulier: | Resultaat |
| Type aankondiging: | Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling |
| Verzenddatum van de aankondiging: | 12/12/2025 12:07 +00:00 |
| Aankondiging datum verzending (eSender) : | 12/12/2025 12:08 +00:00 |
| Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: | Nederlands |



Rijksoverheid