



Eindverslag - marktconsultatie

Modulaire Laboratorium inrichting UMCG

Universitair Medisch Centrum Groningen

16-1-2026

Inhoudsopgave

1	Algemeen.....	2
1.1	Inleiding.....	2
1.2	Marktconsultatie.....	2
2	Resultaten schriftelijke consultatie.....	2
2.1	Ervaring en Referentieprojecten.....	2
2.2	Voldoen aan Uitgangspunten.....	2
2.3	Afwijkingen van Uitgangspunten.....	2
2.4	Meerwaarde van Leveranciers.....	2
2.5	Proefopstelling.....	3
2.6	Bouwteam & Samenwerking.....	3
2.7	Vroege Betrokkenheid.....	3
2.8	Rol in Projectfasen.....	3
2.9	Logistiek Concept & Modulaire Opslag.....	3
2.10	Overige Aandachtspunten.....	3
3	Resultaten proefopstellingen.....	3
4	Conclusie en vervolg.....	4

1 Algemeen

1.1 Inleiding

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft een marktconsultatie georganiseerd om te komen tot een gedegen en door de markt gedragen uitvraag voor de levering van modulaire laboratorium inrichting.

1.2 Marktconsultatie

Het voorliggende document is het eindverslag van deze Marktconsultatie. De leidraad bevat een samenvatting van de marktconsultatie en de bevindingen. De marktconsultatie bestond uit twee delen, een openbare schriftelijke consultatie op basis van een vragenlijst en een proefopstelling van een aantal geselecteerde partijen.

De schriftelijke consultatie liep van april tot en met mei 2025. Hierop zijn vijf reacties met ingevulde vragenlijsten gekomen. Al deze partijen zijn uitgenodigd voor een toelichtend gesprek. Op basis van deze gespreken is ervoor gekozen om vier partijen in de gelegenheid te stellen om een proefopstelling te plaatsen. Deze proefopstellingen zijn vervolgens in de periode van juli tot en met september 2025 bezocht en beproeft door vertegenwoordigers van de toekomstige gebruikers van het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research (CLDR).

2 Resultaten schriftelijke consultatie

Hieronder volgt een geanonimiseerde samenvatting van de antwoorden op de vragen van de marktconsultatie Laboratoriuminrichting

2.1 Ervaring en Referentieprojecten

Leveranciers hebben ruime ervaring met modulaire laboratoriuminrichting en projecten bij academische instellingen, ziekenhuizen en internationale onderzoeksorganisaties.

2.2 Voldoen aan Uitgangspunten

Alle partijen kunnen voldoen aan de eisen voor flexibiliteit, modulariteit, demontabiliteit en integratie met technische voorzieningen. Materialen zijn geschikt voor MLII/MLIII en voldoen aan duurzaamheidseisen.

2.3 Afwijkingen van Uitgangspunten

Meeste leveranciers wijken niet af. Enkele aandachtspunten zijn stabiliteit van eilandtafels zonder vloeranker en verdere afstemming over logistieke moduleconcepten.

2.4 Meerwaarde van Leveranciers

Meerwaarde zit in maatwerk binnen modulaire systemen, duurzame materialen, certificeringen, eigen productie, snelle levering, prefabricage, lifecycle-service en regionale nabijheid.

2.5 Proefopstelling

Leveranciers stellen proefopstellingen voor met labtafels, servicegoten, standers, opslagkasten en apparatuurzones. Sommige elementen worden als dummy of alternatief gepresenteerd.

2.6 Bouwteam & Samenwerking

Alle partijen zijn positief over deelname in een bouwteam. Dit biedt integrale afstemming, minder faalkosten, betere planning en optimale technische integratie.

2.7 Vroege Betrokkenheid

Vroegtijdige betrokkenheid zorgt voor maatwerk, kostenoptimalisatie, tijdige inventarisatie van gebruikerswensen en snellere ontwikkeling van prototypes.

2.8 Rol in Projectfasen

Leveranciers zien zichzelf als partner in ontwerp, uitvoering, oplevering en nazorg, inclusief gebruikersvertegenwoordiging, kwaliteitsbewaking en stuurgroep lidmaatschap.

2.9 Logistiek Concept & Modulaire Opslag

De leverancier speelt een sleutelrol bij het definiëren van kasten, karren en manden per gebruikersgroep en bij integratie van workflows, ergonomie en herbruikbaarheid.

2.10 Overige Aandachtspunten

Belangrijke thema's zijn circulariteit, beperking van varianten, opslag voor hergebruik, duurzame materiaalkeuze en modulaire plafondoplossingen.

3 Resultaten proefopstellingen

Tijdens de proefopstellingen zijn gebruikers in de gelegenheid gesteld om een oordeel te geven over de geplaatste proefopstellingen. Meer dan 300 gebruikers hebben dit gedaan. Uit de resultaten van deze oordelen blijkt dat alle proefopstellingen positieve en negatieve aspecten bevatten. Elke leverancier had haar eigen sterke en minder sterke punten. Ook de ruimte binnen de specificaties van het UMCG voor de proefopstelling kwam tijdens dit proces aan het licht. Het kunnen zien en ervaren van de proefopstellingen heeft geleid tot een beter beeld van de (on-)mogelijkheden binnen de opdracht voor de laboratoriuminrichting. Deze inzichten zijn gebruikt om het Programma van Eisen en de scope van de opdracht verder vorm te geven voordat deze via een Europese aanbesteding op de markt gebracht wordt.

4 Conclusie en vervolg

Het UMCG dankt nogmaals alle betrokken partijen voor de openheid en bereidwilligheid die zij hebben laten zien in deze marktconsultatie. De marktconsultatie heeft tot waardevolle inzichten geleid welke zijn verwerkt in de aanbestedingsstukken voor de Europese Aanbesteding voor de labinrichting CLDR.

Dit verslag zal inclusief de stukken zoals gedeeld bij publicatie van de marktconsultatie worden toegevoegd aan de aanbestedingsstukken voor de Europese Aanbesteding voor de labinrichting CLDR.