

Algemene informatie

Aanbesteding: Europese Aanbesteding Cochleaire Implantaten
Aanbestedende Dienst: Erasmus MC
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 20
Onderwerp: Programma van Eisen

Vraag:

In 2.2 van het programma van eisen geeft u een definitie van een CI. Het is gebruikelijk om met coderingen te werken. Kunt u bevestigen dat uw definitie neerkomt op de European Medical Devices Nomenclature (EMDN) Code J0301 voor cochleaire implantaten en de EMDN code J0302 voor CI-geluidsprocessoren?

Antwoord:

We kiezen ervoor om niet te werken met deze coderingen en het te houden bij de omschrijving uit het PvE. De codes zijn weinig specifiek. Code J0302 staat overigens voor MIDDLE EAR ACTIVE-IMPLANTABLE DEVICES.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Cochleaire Implantaten en processoren

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr. 21
Onderwerp: Vervolgvrage bij eis 8.6

Vraag:

In eis 8.6 stelt ErasmusMC dat inschrijver de resultaten van onderzoek naar disfunctie en biofilm (infectie) binnen 2 maanden aan het Erasmus MC dient

te sturen. Het vaststellen en analyseren van disfunctie en biofilm gebeurt volgens het eigen protocol van de inschrijver.

Is het in het kader van de snelheid van analyse ook mogelijk dat het ErasmusMC de analyse naar biofilm (infectie) in opdracht uitvoert waarbij inschrijver de kosten vergoedt?

Antwoord:

Dat is mogelijk. Maar het is niet bij alle explantaties nodig. De formulering van eis 8.6 lijkt het nu wel voor iedere explantatie te vragen. De tekst van eis 8.6 wordt daarom als volgt aangepast:

8.6: Na inzending aan de inschrijver door het Erasmus MC van een geëxplanteerd implantaat, zal deze de resultaten van onderzoek naar disfunctie binnen 2 maanden aan het Erasmus MC sturen. Het vaststellen en analyseren van disfunctie gebeurt volgens het eigen protocol van de inschrijver.

In geval het Erasmus MC een biofilm analyse wenst, overlegt het Erasmus MC met inschrijver over wie de analyse wanneer doet en inschrijver werkt mee aan het mogelijk maken van de analyse.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Cochleaire Implantaten en processoren

Beantwoord op:

18 jun. 2025