

Algemene informatie

Aanbesteding: EA Monsternamekasten
Aanbestedende Dienst: Waterschap Rijn en IJssel
Referentie: 352278
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 13
Onderwerp: Gebruikte vaten

Vraag:

Zowel het programma van eisen als de vorige vragenronde stipuleert dat de vaten van WRIJ gebruikt dienen te worden, in vraag 3 bij vragenronde 1 werd er gerefereerd naar de 39 liter vaten van WRIJ.

Echter, welke vaten dienen gebruikt te worden bij de configuratie met 2 of 3 vaten? Het programma van eisen (5.2, pagina 3) stipuleert een 20 liter vat, maar zouden de afmetingen van de gebruikte 20 liter vaten ook gedeeld kunnen worden?

Antwoord:

De specificaties van de 20L vaten:
Fabrikant: Curtec
Type product: ZONDER HANDGREEP
Totale inhoud (L): 20 L
Hoogte (mm): 417 mm
Uitwendige opening Ø (mm): 203 mm

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

7 mei 2026

Percelen:

P1 Levering en onderhoud monsternamekasten