Leids Universitair Medisch Centrum

Nota van Inlichtingen

Europese aanbesteding Metalen Stents - Maag-,Darm- en Leverziekten

Tweede nota van inlichtingen



KENMERK M-EU-25-10

Datum 13 mei 2026

Inleiding

Algemeen

Deze Nota van inlichtingen bevat onze antwoorden en reacties op vragen en opmerkingen van Geïnteresseerden. Deze Nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van de Aanbestedingsstukken en prevaleert boven het Beschrijvend document en de daarbij behorende Bijlagen.

Aanvullingen

Met deze Nota van inlichtingen hebben we de volgende documenten gewijzigd en bijgevoegd als Herziene documentatie:

- Bijlage 2 – Programma van Eisen

Vragen/opmerkingen van Geïnteresseerden en antwoorden/reacties van het LUMC

Vraagnr.	Vraag heeft betrekking op document	Paragraaf	Blz.	Vraag van Geïnteresseerde	Antwoord
1	Bijlage 2 programma van eisen	Eis F2		Wij verzoeken om de range van de 8mm LAMS Stent aan te passen van 8mm tot 30mm	Ja, de lengte voor LAMS met een diameter van 8 mm wordt aangepast naar een bereik van 8-30 mm. Dit houdt in dat een aangeboden lengte tussen de 8 mm en 30 mm moet liggen.