1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: FT-HRAM systeem inclusief toebehoren en onderhoud #1874

Beschrijving: Aanleiding en achtergronden: A. Opdracht en gebruiksdoel Het Rijkswaterstaat (RWS)-laboratorium voert Non-Target Screening (NTS) uit ten behoeve van: • verkennende monitoring van rijkswateren op bekende, onbekende en opkomende stoffen; • actieve waterkwaliteitsbewaking; • calamiteitenondersteuning, waaronder incidenten en lozingen; • opsporing en handhaving. De NTS-resultaten worden gebruikt voor ruimtelijke en temporele detectie en trendanalyse op basis van panoramische (full scan) HR-MS1-data, en voor identificatie en annotatie op basis van HR-MS2-data. Het doel is tijdige signalering van relevante stoffen en ondersteuning van interventies. Deze taken vereisen een combinatie van: • een hoog detailniveau; • continue operationele beschikbaarheid; • hoge analysecapaciteit; • en snelle rapportage. B. Internationale randvoorwaarden RWS participeert sinds 2022 als mede-ontwikkelaar en uitvoerend laboratorium in het internationale ICBR/IKSR NTS-Rijnprogramma. Binnen dit programma worden dagelijks 12- en/of 24-uurs verzamelmonsters van Bimmen en Lobith geanalyseerd. Binnen dit samenwerkingsverband is RWS gehouden aan: • een geharmoniseerde methodiek; • vastgelegde datakwaliteit; • massaspectrometrische specificaties; • en trendconsistentie op basis van bestaande datasets. Bestuurlijk is besloten deze werkwijze één-op-één uit te breiden naar het Maasstroomgebied, met behoud van volledige compatibiliteit en trendcontinuïteit. Ingrijpende wijzigingen in analysetechnologie of datakarakteristieken zijn daardoor niet toegestaan, aangezien deze leiden tot breuken in internationale meerjarige trendreeksen en herontwikkeling van bestaande workflows noodzakelijk maken. C. Infrastructuur op basis van een FT-HRAM-MS platform (type Orbitrap) De volledige RWS-NTS-analyseketen – inclusief analysemethoden, QA/QC, dataformaten, databanken, trendmodellen en rapportageprocessen – is gebaseerd op FT-HRAM-MS-technologie met een specifieke datakarakteristiek. De onderhavige toepassing is in de afgelopen jaren volledig ontwikkeld en geoptimaliseerd op dit platform dat: • een gelijkwaardige full-scan resolutie en massanauwkeurigheid levert; • compatibel is met bestaande spectra, databanken en trenddata; • inzetbaar is binnen bestaande RWS- en ICBR/IKSR-workflows; • en trendcontinuïteit waarborgt. D. Huidige knelpunten RWS beschikt momenteel over een FT-HRAM-MS-platform ingericht op een gecombineerde DIA/DDA-workflow, met als doel maximale informatieverzameling per analyse. In de praktijk gelden de volgende beperkingen: • De dagelijkse monsterstroom en calamiteitenanalyses vereisen maximale informatie per injectie, met een zo volledig mogelijke dekking van zowel MS1- als MS2-data. Binnen de huidige workflows moet analysetijd worden verdeeld tussen MS1- en MS2-scans, wat leidt tot een intrinsieke trade-off tussen detectie (MS1) en identificatie (MS2). • De huidige combinatie van DDA en DIA vermindert deze trade-off slechts gedeeltelijk en leidt tot verhoogde systeembelasting en beperkte analysecapaciteit. • Herinjecties of aanvullende analyses om ontbrekende HR#MS2-informatie aan te vullen zijn, gegeven de capaciteits- en doorlooptijdeisen, zijn niet haalbaar. • Het huidige systeem nadert het einde van de levensduur en dient te worden vervangen. Zoals genoemd in B en D bestaat de inkoopbehoefte uit: • Vervanging van het huidige systeem, vanwege einde levensduur • Uitbreiding van de meetcapaciteit vanwege van de RWS-bijdrage aan het internationale ICBR /IKSR NTS-Rijn-programma met monitoring van het Maas-stroomgebied. E. Noodzaak van parallelle duale HR-acquisitie Naast genoemde compatibele vervanging is aanvullende functionaliteit noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de genoemde toenemende operationele vraag. Uit marktverkenning blijkt dat FT-HRAM-MS-platformen met parallelle duale HR-acquisitie in staat zijn om gelijktijdig een hoge-resolutie MS1 full-scan te genereren en parallel uitgebreide en gevoelige HR-MS2-informatie te verzamelen. Hiermee wordt de trade-off t. g.v. de traditionele sequentiële verdeling tussen MS1 en MS2 in belangrijke mate opgeheven. Deze functionaliteit is noodzakelijk om de volgende redenen: 1. Uitbreiding van het internationale programma naar het Maasstroomgebied De huidige configuratie biedt niet voldoende analysecapaciteit om naast de Rijn monitoring, ook het Maasstroomgebied te

Rijksoverheid

bedienen. Met de parallelle duale HR-acquisitie ontstaat ruimte om binnen één systeem een groter aantal monsters te analyseren, wat de uitbreiding naar het Maasstroomgebied mogelijk maakt. 2. Maximale informatiedichtheid per injectie Parallelle acquisitie maakt het mogelijk om gelijktijdig hoogwaardige detectie (MS1) en identificatie-informatie (MS2) te verkrijgen binnen één analysegang. 3. Retrospectieve inzetbaarheid Voor retrospectieve analyses is her analyse van monsters doorgaans niet mogelijk waardoor missende (MS2) informatie niet kan worden aangevuld. De initiële dataset moet daarom een zo volledig mogelijk beeld bevatten, om zowel detectie als identificatie te faciliteren. Scope van de opdracht De opdracht omvat de levering, installatie en acceptatie van een hoge#resolutie accurate#massa FT#massaspectrometer met parallelle duale#HRMS#acquisitie, inclusief (U)HPLC en robot#autosampler, voor Non Target Screening (NTS) in Rijn en Maas. Het systeem moet in één run gelijktijdig panoramische HR#MS1 (trend/tracking) en snelle, gevoelige HR#MS2 (annotatie/identificatie) leveren, zonder MS1#MS2#trade#off, en is bestemd voor: • NTS-tijdsreeksen op dagelijkse 12/24#uurs verzamelmonsters (Bimmen/Lobith; uitbreiding Maas), • Calamiteitenondersteuning (beeldvorming/opsporing lozing), en • Verkennende monitoring (target/suspect/non#target). De functionele en technische eisen, acceptatiecriteria, service/onderhoud en optionele uitbreidingen zijn uitgewerkt in het programma van eisen (zie § 5 en Bijlage 1). De samenstelling en opbouw van het ingekochte instrument- en toebehoren moet hieraan voldoen.

Identificatiecode van de procedure:	a9b9f37f-c6fa-4dd8-a3e2-6c26ca8fb719
Interne identificatiecode:	5493de6f-523b-4ed2-82c4-5885acbbedd0
Type procedure:	Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging

2.1.1 Doel

Aard van het contract:	Leveringen
Aanvullende aard van het contract:	Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv):	38432000 Analyseapparatuur
Aanvullende classificatie (cpv):	50430000 Reparatie en onderhoud van precisie-uitrusting

2.1.2 Plaats van uitvoering

Land:	Nederland

Overal in het desbetreffende land

Aanvullende informatie: Zie documentatie

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0000

Titel: FT-HRAM systeem inclusief toebehoren en onderhoud #1874

Aanleiding en achtergronden: A. Opdracht en gebruiksdoel Het Rijkswaterstaat (RWS)-laboratorium voert Non-Target Screening (NTS) uit ten behoeve van: • verkennende monitoring van rijkswateren op bekende, onbekende en opkomende stoffen; • actieve waterkwaliteitsbewaking; • calamiteitenondersteuning, waaronder incidenten en lozingen; • opsporing en handhaving. De NTS-resultaten worden gebruikt voor ruimtelijke en temporele detectie en trendanalyse op basis van panoramische (full scan) HR-MS1-data, en voor identificatie en annotatie op basis van HR-MS2-data. Het doel is tijdige signalering van relevante stoffen en ondersteuning van interventies. Deze taken vereisen een combinatie van: • een hoog detailniveau; • continue operationele beschikbaarheid; • hoge analysecapaciteit; • en snelle rapportage. B. Internationale randvoorwaarden RWS participeert sinds 2022 als mede-ontwikkelaar en uitvoerend laboratorium in het internationale ICBR/IKSR NTS-Rijnprogramma. Binnen dit programma worden dagelijks 12- en/of 24-uurs verzamelmonsters van Bimmen en

Rijksoverheid

Beschrijving:	Lobith geanalyseerd. Binnen dit samenwerkingsverband is RWS gehouden aan: • een geharmoniseerde methodiek; • vastgelegde datakwaliteit; • massaspectrometrische specificaties; • en trendconsistentie op basis van bestaande datasets. Bestuurlijk is besloten deze werkwijze één-op-één uit te breiden naar het Maasstroomgebied, met behoud van volledige compatibiliteit en trendcontinuïteit. Ingrijpende wijzigingen in analysetechnologie of datakarakteristieken zijn daardoor niet toegestaan, aangezien deze leiden tot breuken in internationale meerjarige trendreeksen en herontwikkeling van bestaande workflows noodzakelijk maken. C. Infrastructuur op basis van een FT-HRAM-MS platform (type Orbitrap) De volledige RWS-NTS-analyseketen – inclusief analysemethoden, QA/QC, dataformaten, databanken, trendmodellen en rapportageprocessen – is gebaseerd op FT-HRAM-MS-technologie met een specifieke datakarakteristiek. De onderhavige toepassing is in de afgelopen jaren volledig ontwikkeld en geoptimaliseerd op dit platform dat: • een gelijkwaardige full-scan resolutie en massanauwkeurigheid levert; • compatibel is met bestaande spectra, databanken en trenddata; • inzetbaar is binnen bestaande RWS- en ICBR/IKSR-workflows; • en trendcontinuïteit waarborgt. D. Huidige knelpunten RWS beschikt momenteel over een FT-HRAM-MS-platform ingericht op een gecombineerde DIA/DDA-workflow, met als doel maximale informatieverzameling per analyse. In de praktijk gelden de volgende beperkingen: • De dagelijkse monsterstroom en calamiteitenanalyses vereisen maximale informatie per injectie, met een zo volledig mogelijke dekking van zowel MS1- als MS2-data. Binnen de huidige workflows moet analysetijd worden verdeeld tussen MS1- en MS2-scans, wat leidt tot een intrinsieke trade-off tussen detectie (MS1) en identificatie (MS2). • De huidige combinatie van DDA en DIA vermindert deze trade-off slechts gedeeltelijk en leidt tot verhoogde systeembelasting en beperkte analysecapaciteit. • Herinjecties of aanvullende analyses om ontbrekende HR#MS2-informatie aan te vullen zijn, gegeven de capaciteits- en doorlooptijdeisen, zijn niet haalbaar. • Het huidige systeem nadert het einde van de levensduur en dient te worden vervangen. Zoals genoemd in B en D bestaat de inkoopbehoefte uit: • Vervanging van het huidige systeem, vanwege einde levensduur • Uitbreiding van de meetcapaciteit vanwege van de RWS-bijdrage aan het internationale ICBR /IKSR NTS-Rijn-programma met monitoring van het Maas-stroomgebied. E. Noodzaak van parallelle duale HR-acquisitie Naast genoemde compatibele vervanging is aanvullende functionaliteit noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de genoemde toenemende operationele vraag. Uit marktverkenning blijkt dat FT-HRAM-MS-platformen met parallelle duale HR-acquisitie in staat zijn om gelijktijdig een hoge-resolutie MS1 full-scan te genereren en parallel uitgebreide en gevoelige HR-MS2-informatie te verzamelen. Hiermee wordt de trade-off t. g.v. de traditionele sequentiële verdeling tussen MS1 en MS2 in belangrijke mate opgeheven. Deze functionaliteit is noodzakelijk om de volgende redenen: 1. Uitbreiding van het internationale programma naar het Maasstroomgebied De huidige configuratie biedt niet voldoende analysecapaciteit om naast de Rijn monitoring, ook het Maasstroomgebied te bedienen. Met de parallelle duale HR-acquisitie ontstaat ruimte om binnen één systeem een groter aantal monsters te analyseren, wat de uitbreiding naar het Maasstroomgebied mogelijk maakt. 2. Maximale informatiedichtheid per injectie Parallelle acquisitie maakt het mogelijk om gelijktijdig hoogwaardige detectie (MS1) en identificatie-informatie (MS2) te verkrijgen binnen één analysegang. 3. Retrospectieve inzetbaarheid Voor retrospectieve analyses is her analyse van monsters doorgaans niet mogelijk waardoor missende (MS2) informatie niet kan worden aangevuld. De initiële dataset moet daarom een zo volledig mogelijk beeld bevatten, om zowel detectie als identificatie te faciliteren. Scope van de opdracht De opdracht omvat de levering, installatie en acceptatie van een hoge#resolutie accurate#massa FT#massaspectrometer met parallelle duale#HRMS#acquisitie, inclusief (U)HPLC en robot#autosampler, voor Non Target Screening (NTS) in Rijn en Maas. Het systeem moet in één run gelijktijdig panoramische HR#MS1 (trend/tracking) en snelle, gevoelige HR#MS2 (annotatie/identificatie) leveren, zonder MS1#MS2#trade#off, en is bestemd voor: • NTS-tijdsreeksen op dagelijkse 12/24#uurs verzamelmonsters (Bimmen/Lobith; uitbreiding Maas), • Calamiteitenondersteuning (beeldvorming/opsporing lozing), en • Verkennende monitoring (target/suspect/non#target). De functionele en technische eisen, acceptatiecriteria, service/onderhoud en optionele uitbreidingen zijn uitgewerkt in het programma van eisen (zie § 5 en Bijlage 1). De samenstelling en opbouw van het ingekochte instrument- en toebehoren moet hieraan voldoen.
Interne identificatiecode:	61beb2a7-6a4a-4b7f-99d1-2dd597a50e47

5.1.1 Doel

Rijksoverheid

Aard van het contract:	Leveringen
Aanvullende aard van het contract:	Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv):	38432000 Analyseapparatuur
Aanvullende classificatie (cpv):	50430000 Reparatie en onderhoud van precisie-uitrusting

5.1.2 Plaats van uitvoering

Land:	Nederland

Overal in het desbetreffende land

Aanvullende informatie:	Zie documentatie

5.1.3 Geraamde duur

Looptijd:	10 Jaar

5.1.4 Verlenging

Maximumaantal verlengingen:	5
Overige informatie over verlengingen:	De totale periode voor garantie en onderhoud bedraagt maximaal tien (10) jaar. Het eerste jaar betreft de garantieperiode. Na afloop van de garantieperiode wordt een onderhoudsovereenkomst aangegaan voor een initiële periode van vier (4) jaar. Opdrachtgever heeft vervolgens de mogelijkheid om de onderhoudsovereenkomst maximaal vijf (5) keer te verlengen voor een periode van telkens maximaal één (1) jaar per verlenging.

5.1.6 Algemene informatie

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):	ja

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Bemiddelingsorganisatie :	Rechtbank Den Haag
Organisatie voor beroepsprocedures:	Rechtbank Den Haag
Informatie over de termijnen voor beroep:	Indien een ondernemer zich tegen de voorgenomen onderhandse gunning en contractering met Thermo Fisher Scientific B.V. wenst te verzetten, dient hij een kortgedingprocedure bij de rechtbank te ‘s-Gravenhage aanhangig te maken binnen 20 kalenderdagen na publicatie van deze ex ante aankondiging op straffe van verval van recht de geldigheid en/of uitvoering van deze voorgenomen overeenkomst aan te tasten. Als binnen bovengenoemde termijn, ook wel opschortende termijn genoemd, een kort geding aanhangig is gemaakt, hetgeen moet blijken uit toezending van een kopie van het exploot van dagvaarding, zal de Aanbestedende dienst niet tot gunning en contractering van de opdracht overgaan voordat in kort geding vonnis is gewezen. Bovengenoemde termijn van twintig kalenderdagen is een vervaltermijn. Na het verstrijken van deze termijn kan er geen vernietiging meer worden gevorderd door een ondernemer.
Organisatie die informatie verstrekt over de voorschriften die op	

Rijksoverheid

de plaats van de verrichtingen gelden inzake belasting:	Rechtbank Den Haag
Organisatie die informatie verstrekt over de voorschriften die op de plaats van de verrichtingen gelden inzake milieubescherming:	Rechtbank Den Haag
Organisatie die informatie verstrekt over de voorschriften die op de plaats van de verrichtingen gelden inzake de bescherming van de werknemers en inzake arbeidsvoorwaarden:	Rechtbank Den Haag
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt:	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken:	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures:	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

6. Resultaten

Onderhandse gunning:	
Rechtvaardiging voor onderhandse gunning:	De opdracht kan alleen door een bepaalde ondernemer worden uitgevoerd wegens het ontbreken van mededinging om technische redenen

Samenvatting Programma van Eisen (verkorte weergave) Onderstaande tekst betreft een beknopte samenvatting van het volledige Programma van Eisen. De volledige onderbouwing staat in de aanbestedingsdocumentatie. Rijkswaterstaat (RWS) zoekt een directe vervanging van het huidige FT HRAM MS-systeem voor Non-Target Screening (NTS). De gevraagde technische specificaties zijn niet louter wenselijk, maar functioneel en operationeel noodzakelijk voor de uitvoering van de bestaande RWS NTS-taken. De noodzaak volgt uit: (i) continuering van de operationele werkwijze, (ii) compatibiliteit met de bestaande FT HRAM-gebaseerde analyseketen, (iii) internationale verplichtingen en leverafspraken binnen ICBR/IKSR Rijn en de uitbreiding naar het Maasstroomgebied, en (iv) integratie binnen het bestaande RWS HRMS-data-ecosysteem. Het te leveren systeem betreft een FT HRAM MS-platform van het type Orbitrap dat, naast compatibiliteit met het te vervangen systeem, beschikt over parallelle duale HR-acquisitie. Hiermee moeten gelijktijdig panoramische HR MS1-data en identificatiegeschikte HR MS2-data kunnen worden verkregen zonder de klassieke tijdsverdeling tussen MS1- en MS2-metingen. Deze architectuur is noodzakelijk om maximale informatiedichtheid per injectie te realiseren, retrospectieve analyses mogelijk te houden en voldoende analysecapaciteit beschikbaar te maken voor zowel Rijn- als Maasmonitoring. Daarnaast moet het systeem voldoen aan een minimaal prestatieniveau voor zowel MS1- als MS2-metingen. Dit omvat onder meer ultrahoge resolutie, hoge massanauwkeurigheid, stabiele prestaties en snelle, gevoelige HR MS2-acquisitie. Alleen wanneer aan deze prestatie-eisen wordt voldaan, blijven de verkregen gegevens geschikt voor trendanalyse, signalering, identificatie, annotatie, retrospectieve beoordeling en calamiteitenrespons. Het systeem en de gegenereerde gegevens moeten volledig compatibel zijn

Rijksoverheid

Andere rechtvaardiging:	met de bestaande operationele RWS NTS-workflows. Deze workflows, inclusief analysemethoden, QA/QC-processen, algoritmen, bibliotheken, trendmodellen en rapportageprocessen, zijn gedurende meerdere jaren ontwikkeld en gevalideerd op basis van FT HRAM MS (Orbitrap)-data. Een fundamenteel afwijkend platform zou leiden tot substantiële herontwikkeling, heroptimalisatie en hervalidatie van de bestaande analyseketen. Ook moet de gegenereerde data functioneel gelijkwaardig zijn aan de gegevens waarop de bestaande projectmatige workflows voor onder meer ICBR/IKSR Rijn zijn gebaseerd. Dit is noodzakelijk om bestaande tijdreeksen, signaleringsdrempels, bibliotheken, dashboards en internationale dataleveringen zonder trendbreuk of projectmigratie te kunnen voortzetten. Afwijkende datakarakteristieken zouden omvangrijke herontwikkeling en afstemming met projectpartners vereisen. Ten slotte moet het systeem volledig integreerbaar zijn binnen het bestaande RWS HRMS-data-ecosysteem, inclusief de huidige inrichting voor instrumentaansturing, datamanagement, metadata, kwaliteitsborging, audit trails en gegevensverwerking (thans ingericht op ARDIA). Ontbreekt deze compatibiliteit, dan ontstaat een aanvullende migratie-, integratie- en validatieopgave met aanzienlijke kosten, personele inzet, doorlooptijd en implementatierisico's. Conclusie De beschreven eisen zijn in onderlinge samenhang noodzakelijk voor de ononderbroken voortzetting van de bestaande RWS NTS-taken. Zij volgen rechtstreeks uit de vereiste systeemarchitectuur, het benodigde prestatieniveau, de bestaande operationele en projectmatige workflows en de integratie in het huidige RWS HRMS-data-ecosysteem. Een systeem dat niet aan deze cumulatieve eisen voldoet, leidt tot substantiële herontwikkeling, hervalidatie, specialistische inzet en implementatierisico's. Dergelijke systemen vormen daarom geen redelijk technisch en economisch substituut voor de gevraagde vervanging. De gevraagde specificaties worden daarom als objectief noodzakelijk beschouwd voor uitvoering en continuïteit van de betreffende RWS-taken. Markt Er is een marktverkenning /marktconsultatie uitgevoerd. Hiervoor is de volgende aanpak gebruikt: • Internetonderzoek De genoemde eisen zijn getoetst tegen hetgeen de markt aanbiedt, met de vraag welke technische oplossing (apparaat) voldoet aan welke eis. Geen redelijk substituut In par. 2 en 5 is toegelicht wat RWS nodig heeft om haar onderzoeksvraag te kunnen uitvoeren. Op basis van de gevraagde functionele en technische eisen, in samenhang bezien, en gelet op de noodzaak van ketencontinuïteit zonder databreuk, heeft RWS vastgesteld dat binnen deze opdracht maar 1 geschikte technische oplossing is, te weten een FT-HRAM-Orbitrap-platform met parallelle duale HR-acquisitie. Ook blijkt uit de analyse dat er geen redelijk technisch, functioneel en economisch substituut beschikbaar is. De marktverkenning toont ook aan dat op dit moment slechts één leverancier een direct passend FT-HRAM-Orbitrap-systeem met parallelle duale HR-acquisitie levert dat aan de gestelde eisen voldoet, namelijk Thermo Fisher Scientific met het Orbitrap Astral Zoom-platform. De vermelding van de merknaam dient uitsluitend ter duiding en ter onderscheiding van de gevraagde technische oplossing.

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0000

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:	
Officiële naam:	Thermo Fisher Scientific B.V.
Inschrijving:	
Identificatiecode van de inschrijving:	T222418
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen:	LOT-0000
Waarde van de aanbesteding:	2 114 153 Euro
De inschrijving is gerangschikt:	neen
Informatie over het contract:	
Identificatiecode van het contract:	1874

Rijksoverheid

Titel:	Levering van een FT-HRAM systeem inclusief toebehoren en onderhoud
Datum waarop de winnaar is gekozen:	11/06/2026

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam:	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Registratienummer:	30276683
Postadres:	Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
Stad:	Bilthoven
Postcode:	3721MA
Onderverdeling land (NUTS):	Utrecht (NL350)
Land:	Nederland
Contactpunt:	Sayed Hosseini
E-mail:	sayed.hosseini@rivm.nl
Telefoon:	+31634922018
Internetadres:	https://www.rivm.nl
Kopersprofiel:	https://s2c.mercell.com/buyer/31188

Rollen van deze organisatie:

Koper

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures

8.1 ORG-0002

Officiële naam:	Rechtbank Den Haag
Registratienummer:	82946175
Stad:	Den Haag
Postcode:	2595AJ
Onderverdeling land (NUTS):	Agglomeratie 's-Gravenhage (NL361)
Land:	Nederland
E-mail:	voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon:	+31 883622200

Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

Bemiddelingsorganisatie

Organisatie die informatie verstrekt over de voorschriften die op de plaats van de verrichtingen gelden inzake belasting

Organisatie die informatie verstrekt over de voorschriften die op de plaats van de verrichtingen gelden inzake milieubescherming

Organisatie die informatie verstrekt over de voorschriften die op de plaats van de verrichtingen gelden inzake de bescherming van de werknemers en inzake arbeidsvoorwaarden

8.1 ORG-0003

Officiële naam:	Thermo Fisher Scientific B.V.
Omvang van de ondernemer:	Micro, klein of middelgroot
Stad:	Breda
Postcode:	4818 CL

Rijksoverheid

Onderverdeling land (NUTS):	West-Noord-Brabant (NL411)
Land:	Nederland
Rollen van deze organisatie:	
Inschrijver	
Winnaar van deze percelen:	LOT-0000

Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging:	a7487bd2-8129-4678-9a28-810dacec4789 - 01
Type formulier:	Vooraankondiging onderhandse gunning
Type aankondiging:	Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf
Verzenddatum van de aankondiging:	07/07/2026 08:47 +00:00
Aankondiging datum verzending (eSender):	07/07/2026 11:16 +00:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is:	Nederlands

Rijksoverheid