Bijlage Specificaties huidige Mobiele Screeningseenheden

- Samenvatting Klimaatsysteem:

Airco	nominaal koelvermogen	bovenwaarde	Luchtverplaatsing Max	Luchtstroom bekijkruimte	Luchtvochtigheid	Omgevingstemperatuur:
Toshiba RAV-SM806BTP-E/RAV-SM806ATP-E	6,7kW	7,4kW	1200M3/h	25%	10 - 80 % (niet condenserend)	15 - 30 °C

- Databekabeling en aansluitingen:

	Aantal	Naar	Type
Serverruimte	2	MAMMOGRAAF	UTP CAT 6
	2	Balie	UTP CAT 6
	2	Onderzoekruimte	UTP CAT 6
	2	Bekijkruimte	UTP CAT 6
	2	Bekijkruimte	UTP CAT 6
HK2	2	Balie	UTP CAT 6

- Grondplaten:

fundatieplaat	Dikte
Onder de bedieningstafel	900x900x10mm.
Onder de Mammograaf	1100x1200x10mm

- Afzekering mammografiesysteem:

Mammograaf systeem	Bedieningstafel tafel is 16A C
	Mammograaf is 32A C
voedingskabel voor de mammograaf	3x6mm²

De voedingskabel is direct aangesloten aan de mammograaf met daarin verwerkt een werkschakelaar.

- Vloerdikte in de mobiele screeningsunit is 143mm
- De voedingskabel voor de mammograaf is een 3x6mm²