Bijlage 5	Opzet technische test EA Beademing ICNK Erasmus MC
Doel	De geoffreerde oplossing technisch verifiëren op aspecten uit het Programma van Eisen (PVE) in een niet klinische opzet. Indien tijdens de technische test blijkt dat de inschrijving niet voldoet aan één of meerdere punten uit het PVE zal uw inschrijving alsnog als ongeldig worden verklaard. Als wij twijfelen aan de juistheid van het ingevulde PVE, zullen wij dit bij u verifiëren.
Voorwaarden	1. Na de inschrijvingsdeadline worden alle inschrijvingen gecontroleerd op volledigheid: - Inschrijver voldoet aan de criteria van paragraaf 3.2.1 - Het Programma van Eisen bevat geen 'knock-outs' 2. De partijen die een volledige inschrijving hebben gedaan ontvangen het verzoek de geoffreerde beademingsapparaten in bruikleen te leveren aan met álle geoffreerde toebehoren.
Te leveren aantal	De testopstelling is gelijk aan de aanbiedingsconfiguratie, dus volledig zoals geoffreerd. De leverancier levert: o 1 beademingsapparaat met de configuratie voor Neonatale beademing en benodigde disposables/accessoires. o 1 beademingsapparaat met de configuratie voor Pediatrische beademing en benodigde disposables/accessoires. Of; o 2 beademingsapparaten van de configuratie geschikt voor beide patiëntgroepen. (graag 2 stuks t.b.v. parallel testen) met benodigde disposables/accessoires. Bevochtigingsapparatuur en slangensets zullen worden voorzien door het Erasmus MC.
Testverloop	Naast het nalopen van de het programma van eisen op de geleverde apparatuur zullen de volgende tests in ieder geval plaatsvinden: • Dataontsluiting Het Erasmus MC maakt gebruik van de MDDG van Itémedical voor het ontsluiten van data richting het PDMS (HIX) en de alarmketen (IQM). Als onderdeel van de technische test zal een verbinding met MDDG tot stand worden gebracht om te valideren dat de data daar volgens de gestelde eisen in terecht kan komen. • IT-security Op basis van de aangeleverde informatie zal het IT-security team worden gevraagd te adviseren over de risico's op dit onderwerp en of deze overbrugbaar zijn. • Reiniging, desinfectie en sterilisatie (indien van toepassing) Als er onderdelen zijn die periodiek op de CSA verwerkt dienen te worden zal op basis van de aangeleverde informatie en eventueel visuele inspectie van de onderdelen de DSMH worden gevraagd te adviseren over de risico's en uitvoerbaarheid op dit onderwerp en of deze overbrugbaar zijn.

Testomgeving	Technische test vindt plaats in een niet-klinische omgeving en wordt uitgevoerd door de afdeling medische technologie, IT collega's en met ondersteuning van Itémedical.
Gevraagde begeleiding vanuit leverancier	Telefonische bereikbaarheid en/of fysieke aanwezigheid voor het stellen van vragen. Indien noodzakelijk technische ondersteuning voor het tot stand brengen van de dataontsluiting.