

NL-Leiden: Aanschaf Röntgenstatief inclusief onderhoudsdiensten - Referentie M-EU-15-05

CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33110000-4 (Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik),
50400000 – Reparatie en onderhoud van medische en precisie-uitrusting

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van een aankondiging van een opdracht / oproep tot mededinging

Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het PBEU in overeenstemming met artikel 31 van Richtlijn 2004/18/EG.

Beste mevrouw, mijnheer,

Wij zijn voornemens de opdracht voor levering van een röntgenstatief te gunnen aan de onderneming Siemens Nederland N.V. gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 800, te 2595 BN Den Haag,

De werken/goederen/diensten kunnen alleen worden uitgevoerd/geleverd/verleend door een specifieke inschrijver om: technische redenen, in verband met de bescherming van uitsluitende rechten.

1. Het systeem is links gemonteerd i.v.m. gebruik voor Maag-Darm-Lever (MDL)
2. De tafel is in zowel de x, y als z richting beweegbaar
3. Het systeem kan stralingsvrij de patiënt herpositioneren
4. Het systeem heeft een 100kW generator

De opdrachtwaarde bedraagt ca. € 380.000 exclusief B.T.W. Voor het systeem zal tevens een onderhoudsovereenkomst worden afgesloten.

Aanleiding: De afdelingen Radiologie en MDL van het LUMC hebben de beschikking over één röntgenstatief endoscopie dat in 2002 is aangeschaft. De afdeling gebruikt dit statief dagelijks voor interventies op de endoscopie afdeling. De conditie van dit statief is slecht en kan ieder moment uitvallen. Een marktonderzoek (deskresearch) heeft uitgewezen dat alleen Siemens Nederland N.V. een systeem beschikbaar heeft dat voldoet aan de specifieke eisen.

Gegadigden worden verzocht zich bij de contactpersoon te melden indien zij een systeem kunnen aanbieden dat aan de voornoemde kenmerkende eigenschappen voldoen.