

Bijlage 2b - Programma van Wensen

EA 1151 Aanschaf 2 Bloedtransfusieanalyse systemen

Invulinstructie

Op onderstaande onderdelen kan Inschrijver zich kwalitatief onderscheiden.

Indien aan de wens wordt voldaan zet u een ☒ kruis of indien u niet kunt voldoen dan laat u het invulhokje ☐ leeg.

Per wens zijn de te verdienen punten aangegeven.

Wens	Omschrijving	Antwoord Leverancier	Opmerkingen Leverancier	Punten (max.)	Weging	Beoordeling
1.1.	Kan het bloedtransfusieanalyse systeem op basis van een geselecteerd testprofiel een antistof identificatie uitvoeren?	☐ Ja ☐ Nee		40	4	Ja = 10 punten Nee = 0 punten
1.2.	Kan de software van het bloedtransfusieanalyse systeem de reactiepatronen van een antistofidentificatie panel interpreteren?	☐ Ja ☐ Nee		10	1	Ja = 10 punten Nee = 0 punten
1.3.	Kan er tegelijkertijd met een kruisproef een screening van hetzelfde monster uitgevoerd worden uitgevoerd?	☐ Ja ☐ Nee		40	4	Ja = 10 punten Nee = 0 punten
1.4.	Kan het bloedtransfusieanalyse systeem op basis van een geselecteerd testprofiel een DAT uitgesplitst (IgG/C3d/IgA/IgM) bepalen?	☐ Ja ☐ Nee		20	2	Ja = 10 punten Nee = 0 punten
1.5.	Is er in de software een testprofiel in te stellen voor bijvoorbeeld het bepalen van een bloedgroep uit twee buizen (erythrocyten en plasma apart)?	☐ Ja ☐ Nee		20	2	Ja = 10 punten Nee = 0 punten
1.6.	Wordt barcode type 39 door het bloedtransfusieanalyse systeem gelezen?	☐ Ja ☐ Nee		20	2	Ja = 10 punten Nee = 0 punten

1.7.	Kan het bloedtransfusieanalyse systeem op basis van een geselecteerd testprofiel een plasma verdunningsreeks maken en interpreteren ¹⁰ ?	☐ Ja ☐ Nee		40	4	Ja = 10 punten Nee = 0 punten
1.8.	Waarschuwt het bloedtransfusieanalyse systeem bij te weinig reagentia /cellen voor aanvang van de testen?	☐ Ja ☐ Nee		40	4	Ja = 10 punten Nee = 0 punten
1.9.	Waarschuwt het bloedtransfusieanalyse systeem indien reagentia / cellen binnen x tijd verlopen?	☐ Ja ☐ Nee		40	4	Ja = 10 punten Nee = 0 punten
1.10.	Hoe lang kunnen cellen onafgebroken op het bloedtransfusieanalyse systeem gebruikt worden?	☐ ≤1 dag ☐ ≤2 dagen ☐ ≤3 dagen ☐ >3 dagen		40	1	≤1 dag = 10 punten ≤2 dagen = 20 punten ≤3 dagen = 30 punten >3 dagen = 40 punten
1.11.	Kan een aangeboden 3% suspensie monster worden verwerkt?	☐ Ja ☐ Nee		10	1	Ja = 10 punten Nee = 0 punten
1.12.	Kan een aangeboden 0.8% suspensie monster worden verwerkt?	☐ Ja ☐ Nee		10	1	Ja = 10 punten Nee = 0 punten
1.13.	Kan uit een aangeboden minicolect Greiner REF 450474 een volledige ABO/RhD bloedgroep (Forward en Reverse) , antistofscreening en Rh/K worden bepaald?	☐ Ja ☐ Nee		40	4	Ja = 10 punten Nee = 0 punten
1.14.	Kan uit een aangeboden minicolect Greiner REF 450474 een ABO/RhD Forward bloedgroep worden bepaald ?	☐ Ja ☐ Nee		40	4	Ja = 10 punten Nee = 0 punten
1.15.	Wat is het minimale benodigde volume erythrocyten voor het uitvoeren van een ABO/RhD Forward bloedgroep?	☐ ≤250 µl ☐ ≥ 250 µl		30	1	≤250 µl = 30 punten ≥ 250 µl = 0 punten
1.16.	Bij uitval van beide bloedtransfusieanalyse systemen dient er binnen 24 uur een vervangend apparaat geleverd te worden en technisch operationeel te zijn. Kunt u hieraan voldoen?	☐ Ja ☐ Nee		40	4	Ja = 10 punten Nee = 0 punten

1.17.	Is het bloedtransfusiesanalyse systeem voorzien van een systeem waarmee een dop op de monsterbuis gedetecteerd kan worden?	☐ Ja ☐ Nee		40	4	Ja = 10 punten Nee = 0 punten
1.18.	Kunnen handmatige bepalingen met een reader worden afgelezen en de resultaten digitaal worden doorgestuurd naar GLIMS?	☐ Ja ☐ Nee		40	4	Ja = 10 punten Nee = 0 punten
1.19.	Is het mogelijk om vanuit een andere locatie beelden te beoordelen?	☐ Ja ☐ Nee		30	3	Ja = 10 punten Nee = 0 punten
1.20.	Hoeveel manuele handelingen zijn er nodig tijdens het aanbieden van monsters aan het systeem tot het moment dat de het systeem begint aan het analyseren van het monster	☐ ≤ 2 handelingen ☐ <u>3-4 handelingen</u> ☐ > 4 handelingen		160	4	≤ 2 handelingen = 40 punten 3-4 handelingen = 20 punten > 4 handelingen = 0 punten
1.21.	Wat is de hoogste frequentie van regulier onderhoud op het bloedtransfusies analyse systeem , uitgevoerd door Radboudumc analisten .	☐ Dagelijks ☐ <u>Wekelijks</u> ☐ <u>Maandelijks</u>		160	4	Dagelijks = 10 punten wekelijks = 20 punten Maandelijks = 40 punten

Additionele informatie

Hierbij verzoeken wij u uw inschrijving te voorzien van de volgende additionele informatie ten behoeve van de benodigde apparatuur, installatie, validatie en onderhoud.

Hoe is het op afstand beoordelen van beelden geregeld?	
Wat is de warmteproductie van het bloedtransfusieanalyse systeem?	
Hoe is het herkenbaar dat een bepaling niet door het bloedtransfusieanalyse systeem is bepaald maar door de manuele reader?	
Welke eisen worden door de leverancier gesteld aan het nodige oppervlak, aansluitingen, netwerk, afvoer enz?	
<u>Prijzen onderdelen:</u> Wij verzoeken u in bijlage 2a - Prijsopgave formulier deel 2 onder 2d) aan te geven wat de prijzen zijn van de onderdelen die buiten het jaarlijks preventief onderhoud vallen. Deze prijslijst zal worden toegevoegd aan als bijlage E aan de onderhoudsovereenkomst.	

Ondertekening van dit document

Ondergetekende verklaart alle vragen en bijlagen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn.

Ondergetekende is ermee bekend en stemt daarmee in dat het Radboudumc dit document en de overlegde bewijzen en bijlagen eventueel verifieert of zal laten verifiëren. Ondergetekende zal, indien het Radboudumc tot verificatie van gegevens wenst over te gaan, daaraan zijn medewerking verlenen.

Aldus, naar waarheid opgemaakt op

Datum : dag, maand, jaar

Te : plaats

door : naam en voorletters, functie

als rechtsgeldige vertegenwoordiger van : onderneming