

3^e Nota van inlichtingen, 2016/S 115-204783, 18 augustus 2016

Europese Aanbesteding Bloedtransfusieanalyse systemen, referentie 1151/MP, 14 juli 2016.

In onderliggende Nota van Inlichtingen treft u geanonimiseerde vragen en de antwoorden daarop.

De Nota maakt integraal onderdeel uit van de Aanbestedingsstukken en zal opgenomen worden in de te sluiten overeenkomst. De Nota is met zorg samengesteld. Mochten er zich onverhoopt tegenstrijdigheden voordoen, wordt u verzocht dit schriftelijk kenbaar te maken voorafgaand aan uw inschrijving. Het gestelde in de Nota prevaleert boven eerder verstrekte Aanbestedingsstukken.



Nr.	Document/paragraaf	Vraag
1.	RECTIFICATIE_EA_11 51_Bijlage 3_Prijsopgave formulier deel 1 en deel 2	In deel 2 verwijst cel E82 naar G78. Dit is mijn inziens een onjuiste verwijzing Vraag: moet in Cel E82 niet de totale onderhoudskosten worden vermeld voor de benodigde apparatuur? Dan worden de kosten in deel 1 onder B22 ook correct weergegeven.
Antwoord	Het klopt dat in cel E82 geen verwijzing naar cel G78 moet staan. Verzoek aan leverancier om deze te verwijderen! In Cel E82 dienen de jaarlijkse onderhoudskosten te worden vermeld waarna automatisch de berekening voor de contract periode van 7 jaar plaatsvindt in cel `g82. De totale onderhoudskosten uit cel G82 worden overgenomen in cel B22 in deel 1 voor de TCO berekening en dit is correct.	