

AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE VOORAF

Leveringen

Deze aankondiging valt onder: Richtlijn 2004/18/EG

I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

Officiële benaming:

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Nationale identificatie:

51666152

Postadres:

Heidelberglaan 100

Plaats:

UTRECHT

Postcode:

3584CX

Land:

NL

Contactpunt(en):

-

Ter attentie van:

Jorgen Groenewegen

Telefoon:

+31 650124857

E-mail:

j.groenewegen@umcutrecht.nl

Fax:

-

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst:

<http://www.umcutrecht.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

Elektronische toegang tot informatie:

<https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=92130>

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming:

-

I.2) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Publiekrechtelijke instelling

I.3) HOOFDACTIVITEIT

- Gezondheid

I.4) GUNNING VAN DE OPDRACHT NAMENS ANDERE AANBESTEDENDE DIENSTEN

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1) BESCHRIJVING

II.1.1) Aan de opdracht gegeven benaming

Mammo biopsietafel en vacuüm biopsiesysteem met bijbehorende naalden

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten

Type: Leveringen

Categorie: Aankoop

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:

utrecht

NUTS-code:

NL

II.1.3) Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopstelsel (DAS)

-

II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

Aanschaf Mammo biopsietafel en vacuüm biopsiesysteem met bijbehorende naalden

II.1.5) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

Hoofdpdracht:

Hoofdcategorieën:

33111000 - Röntgenapparatuur

Subcategorieën:

-

Bijkomende opdrachten:

Hoofdcategorieën:

33141323 - Biopsienaalden

Subcategorieën:

-

II.1.6) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

II.2) TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN

II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

-

IV: PROCEDURE

IV.1) TYPE PROCEDURE

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van een aankondiging van een opdracht / oproep tot mededinging

IV.2) GUNNINGSCRITERIA

IV.2.1) Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op

Criterium: Prijs/kwaliteit

Beschrijving: In de huidige markt is er maar één leverancier van systemen die aan de eisen van het UMC Utrecht voldoet. Zie ook verdere motivering.

Vereisten: -

IV.2.2) Inlichtingen over de elektronische veiling

Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen

IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst

16EA041

IV.3.2) Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

neen

V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT

**OPDRACHT NR 1: MAMMO BIOPSIETAFEL EN VACUÛM
BIOPSIESYSTEEM MET BIJBEHORENDE NAALDEN**

V.1) DATUM VAN DE BESLISSING TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT

06/10/2016

V.2) INFORMATIE OVER INSCHRIJVINGEN

Aantal ontvangen inschrijvingen: 1

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -

**V.3) NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS
GEGUND**

Officiële benaming:

Tromp Medical BV

Postadres:

Oude Haarlemmerweg 75

Plaats:

Castricum

Postcode:

1901 ND

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

V.4) INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT

-

V.5) INLICHTINGEN OVER UITBESTEDING

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1) INLICHTINGEN OVER MIDDELEN VAN DE EUROPESE UNIE

De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen

VI.2) NADERE INLICHTINGEN

J.Groenewegen@umcutrecht.nl

VI.3.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

-

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.3.2) Instellen van beroep

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:

-

VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.4) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

10/10/2016

D1 – ALGEMENE AANBESTEDING: MOTIVERING VOOR DE GUNNING VAN DE OPDRACHT ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VAN EEN AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT IN HET PUBLICATIEBLAD VAN DE EUROPESE UNIE (PBEU)

D1.1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het PBEU in overeenstemming met artikel 31 van Richtlijn 2004/18/EG

Geen of geen geschikte inschrijvingen in het kader van een: -

De werken/goederen/diensten kunnen alleen worden uitgevoerd/geleverd/verleend door een specifieke inschrijver om:

- technische redenen

Voor de aankoop van goederen tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

-

D1.2) Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het PBEU

-

Om te kunnen gebruikmaken van de verkorte termijnen waarnaar hierboven wordt verwezen, gelieve na het/de vakje(s) hierboven te hebben aangekruist op duidelijke en begrijpelijke wijze aan te geven waarom de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie wettig is, door in elk geval de relevante feiten en, waar nodig, de wettelijke bevindingen te vermelden in overeenstemming met Richtlijn 2004/18/EG:

UMC Utrecht heeft op objectieve gronden bepaald aan welke eisen de nieuwe systemen moeten voldoen om deze optimaal te kunnen inzetten. Aan de systemen worden, vanuit de wens om de beste zorg aan patiënten te kunnen bieden, onder meer de volgende eisen gesteld:

- ›Er moet gebiopteerd kunnen worden zonder dat daarmee de patiëntendoorstroom van de huidige mammograaf wordt geblokkeerd, ergo een stand alone systeem.
- ›Patiënten moeten gepositioneerd zijn met de borst hangend naar beneden (prone) om zo goed mogelijk ruimte te creëren voor biopteren.
- ›De beelden die worden gegenereerd moeten van dezelfde kwaliteit zijn als die van de mammograaf, want de daarop gevonden laesies moeten worden teruggevonden op het biopsiesysteem.
- ›Het systeem moet ook tomosynthese beelden kunnen maken, omdat laesies soms alleen zichtbaar zijn met tomosynthese en de mammograaf daarom ook tomosynthese gebruikt.
- ›Patiënten moeten 360 graden aanprikbaar zijn.
- ›Er moeten stereotactische beelden kunnen worden gemaakt om juist te kunnen aanprikken.

Uitgaand van deze technische eisen hebben de ervaren medewerkers van de Divisie uitvoerig gekeken naar hetgeen op de huidige markt wordt aangeboden en zijn tot de conclusie gekomen dat er in de huidige markt maar één leverancier is van systemen die aan de eisen

van het UMC Utrecht voldoen. Een vergelijkbaar en redelijk alternatief is niet voorhanden. UMC Utrecht heeft daarom besloten om de nieuwe systemen aan te schaffen bij de firma Hologic (via de firma Tromp).

Overigens ligt de geraamde waarde van deze levering beneden de Europese aanbestedingsdrempel.

Bij de aanschaf van beide systemen spelen ook disposables (naalden) een belangrijke rol. De disposables voor het vacuüm biopsiesysteem zijn onlosmakelijk gerelateerd aan het systeem. Dit betekent dat er geen naalden van derden aan het systeem te koppelen zijn. Uit een oogpunt van patiëntveiligheid (JCI) zou het gebruik van verschillende producten in dit verband ook ontoelaatbaar zijn. Vorenstaande betekent dat UMC Utrecht voornemens is om de disposables voor de punctietafel ook van de firma Hologic (via Tromp) af te nemen.