

Beantwoording Nota van Inlichtingen

Bijgaand treft u de vragen en de daarbij behorende antwoorden aan die zijn gesteld naar aanleiding van de aanbestedingsstukken behorende bij de Europese aanbesteding levering en onderhoud van een röntgeninstallatie, bijbehorende koppelingen en diensten met kenmerk 21116.

Alle vragen (en antwoorden) in deze Nota van Inlichtingen zijn geanonimiseerd weergegeven.

Datum: 29 november 2016

VRAAG NUMMER	DOCUMENT / BIJLAGE AANDUIDING	PAGINA EN ARTIKEL AANDUIDING	OMSCHRIJVING VRAAG
1.	Bijlage 2 Programma van eisen nr. 2.2	Pagina 37 aanbestedings- document	Kunt u aangeven waar het systeem aan moet voldoen om het te plaatsen in een mobiele oplossing.
		Antwoord:	"Het systeem dient, zoals aangegeven, gevalideerd geschikt te zijn voor plaatsing in een mobiele unit. In feite moet dus worden aangetoond door middel van verificatie of kwalificatie dat het systeem bij plaatsing in een mobiele unit met een grote mate van zekerheid in staat is te voldoen aan de door de in het aanbestedingsdocument gestelde eisen."
2.	Bijlage 3	Pagina 42,43 en 44 aanbestedings- document	Graag vernemen wij van u hoe en waar het programma van Wensen, bijlage 3 beantwoord moet worden.
		Antwoord:	"Zoals aangegeven in paragraaf 7.2.2.2 dient uw antwoord op de wensen concreet, helder en daar waar van toepassing aantoonbaar te worden beschreven. In uw inschrijving is de plaats voor beantwoording volgordelijk als bepaald in paragraaf 4.6."